

Техникалық сипаттама

Senti Desktop Flex диагностикалық аудиометрін сервистік баптау бойынша қызметке

Сервистік баптау және тексеру жабдықтың белгіленген техникалық және метрологиялық талаптарға сәйкестігін растау, өлшеулердің дәлдігін, жабдық жұмысының сенімділігін қамтамасыз ету және пациенттерге диагностикалық тексерулер жүргізу кезінде сенімді нәтижелер алу мақсатында жүргізіледі.

1. Қызмет көрсетуге қойылатын талаптар

1. Өнім беруші Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 15 желтоқсандағы № КР ДСМ-273/2020 бұйрығының талаптарына жауап беруі тиіс, атап айтқанда: Қазақстан Республикасында медициналық техникаға сервистік қызмет көрсетуді: штатында медициналық техниканы жөндеу және қызмет көрсету жөніндегі маманы (мамандары) бар, тиісті түрлерін (атауларын) өндіруші кәсіпорындарда оқытудан өткен Денсаулық сақтау субъектілері жүзеге асырады медициналық техника немесе ұйымдарда, тиісті медициналық техника түрлеріне (бұдан әрі - субъектілер) техникалық қызмет көрсету бойынша кәсіптік даярлықты жүзеге асыруға құқығы бар; сервистік қызметтер. Сервистік жұмыстарды жүзеге асыру кезінде субъектілер мен сервистік қызметтер мынадай құжаттар тізбесін ұсынады: ГОСТ ISO 9001 немесе ГОСТ ISO 13485 сәйкес қолданыстағы сапа менеджменті жүйесінің бар екендігі туралы сертификат; дайындаушының қолданыстағы техникалық және пайдалану құжаттамасы. 2а, 2б және 3 Қауіпсіздік сыныптарындағы медициналық техникаға сервистік қызмет көрсетуді: медициналық техниканы өндірушінің сервистік қызметтері; медициналық техниканы өндірушіден сервистік қызмет көрсету құқығына Құжаттамалық растамасы бар сервистік қызметтер жүзеге асырады)"
2. Уақыт бойынша өзгертін сервистік парольдің және дайындаушы зауыт ұсынған тиісті бағдарламалық қамтамасыз етудің болуы.
3. Аудиометриялық жабдықты сервистік баптау және тексеру қызметтерін жеткізуші сервистік баптау және аудиометриялық жабдықты тексеру хаттамаларының көшірмелерін ұсынуы тиіс.
4. Қызмет көрсету мерзімі: тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн.
5. Хаттаманы ұсыну мерзімі тексеру күнінен бастап 5 күнтізбелік күннен кешіктірілмейді.
6. Жұмыстарды орындау орны: Өскемен қ. Әуезов даңғылы 26

Касс

Техническая спецификация на услугу по сервисной настройке диагностического аудиометра Senti Desktop Flex

Сервисная настройка и поверка проводятся в целях подтверждения соответствия оборудования установленным техническим и метрологическим требованиям, обеспечения точности измерений, надёжности работы оборудования и получения достоверных результатов при проведении диагностических обследований пациентов.

1. Требования к оказанию услуги

1. Поставщик должен отвечать требованиям Приказа Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № КР ДСМ-273/2020, а именно: Сервисное обслуживание медицинской техники в Республике Казахстан осуществляется: субъектами здравоохранения, имеющими в штате специалиста (специалистов) по ремонту и обслуживанию медицинской техники, прошедшие обучение на предприятиях-производителях соответствующих видов (наименований) медицинской техники или в организациях, имеющих право осуществлять профессиональную подготовку по техническому обслуживанию соответствующих видов медицинской техники (далее - субъекты); сервисными службами. При осуществлении сервисных работ субъекты и сервисные службы предоставляют следующий перечень документов: сертификат о наличии действующей системы менеджмента качества в соответствии с ГОСТ ISO 9001 или ГОСТ ISO 13485; действующую техническую и эксплуатационную документацию изготовителя. Сервисное обслуживание медицинской техники 2а, 2б и 3 классов безопасности осуществляется: сервисными службами производителя медицинской техники; сервисными службами, имеющими документальное подтверждение от производителя медицинской техники на право проведения сервисного обслуживания)»
2. Наличие сервисного пароля, изменяющегося во времени и соответствующего программного обеспечения, предоставленные заводом – изготовителем.
3. Поставщик услуг сервисной настройки и поверки аудиометрического оборудования должен предоставить копии протоколов сервисной настройки и поверки аудиометрического оборудования.
4. Срок оказания услуги: 15 календарных дней с момента получения заявки от заказчика.
5. Срок предоставления протокола не позднее 5 календарных дней с даты обследования.
6. Место выполнения работ: г.Усть-Каменогорск пр. Ауэзова 26

