

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 16864523-1
Сатып алудың атауы:	Дәрілік заттар және медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алу. Тауардың техникалық сипаттамасымен мұқият танысуды сұраймын.
Лоттың нөмірі:	№ 82326601-3ЦП5
Лоттың атауы :	Қағаз
Лоттың сипаттауы:	сызба
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Узи қағазы 110*20*17мм
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751410000, Алматы қ., Бостандық ауданы Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Әлмерек 1/1 көшесі
Жеткізу мерзімі:	техникалық сипаттамаға сәйкес 2026 жылдың соңына дейін

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Сатып алынатын тауардың Техникалық ерекшелігі Тапсырыс берушінің атауы «Оқжетпес ЕСК» АҚ «Алматы» филиалы Тауардың атауы. Узиге арналған арнайы қағаз 110*20*17мм Тауарды жеткізу орны, мекен-жайы. «Оқжетпес ЕСК» АҚ «Алматы» филиалы Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Әлмерек көшесі 1/1 Тауарды жеткізу мерзімі. Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша, жылдың соңына дейін жеткізу. Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы. Қажетті сипаттамалардың, параметрлердің және басқа бастапқы деректердің сипаттамасы. 1. Жалпы талаптар Термиялық қағаз диагностикалық кескіндерді басып шығару үшін медициналық ультрадыбыстық принтерлерде қолдануға арналған. Термиялық қағаз анық, қарама-қарсы және берік кескінді қамтамасыз етуі керек. Өнім медициналық ультрадыбыстық бейне принтерлермен үйлесімді болуы керек. 2. Негізгі техникалық сипаттамалары Түрі: медициналық бейне принтерлерге арналған термиялық қағаз Орам ені: 110 мм Орам диаметрі: 20 мм Втулканың ішкі диаметрі: 17 мм Орам түрі: орам Басып шығару түрі: термиялық басып шығару Қағаздың тығыздығы: кемінде 55 г/м² Қағаз түсі: ақБеті: тегіс, ақаулары жоқ Басып шығару сапасы: айқын, қарама-қарсы сурет Сезімталдық: термиялық басып шығаруға жоғары сезімталдық Кескін тұрақтылығы: қалыпты сақтау жағдайында өшуге төзімділік Үйлесімділік: медициналық ультрадыбыстық бейне принтерлермен үйлесімді 3. Қаптамаға қойылатын талаптар Орамдар жеке қорғаныс қаптамасына салынуы керек. Топтық қаптама ылғалдан, шаңнан және механикалық зақымданудан қорғауды қамтамасыз етуі керек. 4. Таңбалауға қойылатын талаптар Таңбалау мыналарды қамтуы тиіс: - бұйымның атауы - өлшемдері - партия нөмірі - шығарылған күні - өндірушінің атауы - өндіріс елі 5. Жарамдылық және сақтау талаптары Жеткізу кезіндегі жарамдылық мерзімі-белгіленген жарамдылық мерзімінің кемінде 70%. Құрғақ жерде +5°С-тан +25°С-қа дейінгі температурада сақтаңыз. Тікелей күн сәулесінің әсерінен аулақ болыңыз. 6. Құжаттарға қойылатын талаптар Жеткізуші қамтамасыз етуі керек: - сәйкестік сертификаты немесе сәйкестік декларациясы - сапа паспорты немесе өнімнің сапасын растайтын өзге де құжат
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16864523-1
Наименование закупки:	Приобретение лекарственных средств и изделия медицинского назначения. Прошу внимательно ознакомиться с Тех.спецификацией товара.
Номер лота:	№ 82326601-ЗЦП5
Наименование лота:	Бумага
Описание лота:	чертежная
Дополнительное описание лота:	бумага для узи 110*20*17мм
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751410000, г.Алматы, Бостандыкский район г. Алматы, Бостандыкский район, улица Альмерек 1/1
Срок поставки:	согласно технической спецификации до конца 2026 года

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Техническая спецификация закупаемого товара Наименование Заказчика АО «ЛОК Окжетпес» филиал «Алматы». Название товара Бумага для узи 110*20*17мм Место доставки товара, адрес. АО «ЛОК Окжетпес» филиал «Алматы». г. Алматы, Бостанлыкский р/н, ул. Альмерек 1/1 Время доставки товара. Поставка по предварительной заявке заказчика, до конца года. Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных. 1. Общие требования Термобумага предназначена для использования в медицинских ультразвуковых принтерах для печати диагностических изображений. Термобумага должна обеспечивать получение четкого, контрастного и долговечного изображения. Изделие должно быть совместимо с медицинскими видеопринтерами УЗИ. 2. Основные технические характеристики Тип: термобумага для медицинских видеопринтеров Ширина рулона: 110 мм Диаметр рулона: 20 мм Внутренний диаметр втулки: 17 мм Тип намотки: рулон Тип печати: термопечать Плотность бумаги: не менее 55 г/м² Цвет бумаги: белый Поверхность: гладкая, без дефектов Качество печати: четкое, контрастное изображение Чувствительность: высокая чувствительность к термопечати Стабильность изображения: устойчивость к выцветанию при нормальных условиях хранения Совместимость: совместима с медицинскими УЗИ видеопринтерами 3. Требования к упаковке Рулоны должны быть упакованы в индивидуальную защитную упаковку. Групповая упаковка должна обеспечивать защиту от влаги, пыли и механических повреждений. 4. Требования к маркировке Маркировка должна содержать: - наименование изделия - размеры - номер партии - дату изготовления - наименование производителя - страну производства 5. Требования к сроку годности и хранению Срок годности на момент поставки — не менее 70% от установленного срока годности. Хранить в сухом месте при температуре от +5°С до +25°С. Избегать воздействия прямых солнечных лучей. 6. Требования к документам Поставщик должен предоставить: - сертификат соответствия или декларацию соответствия - паспорт качества или иной документ, подтверждающий качество продукции
--	--