

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17798750-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық ерекшеліктерге сәйкес тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88253901-3ЦП1
Лоттың атауы:	Пышақ
Лоттың сипаттауы:	медициналық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	«Фотек» ЭХВЧ аппаратына арналған электрохирургиялық пышақ. Аргонмен күшейтілген коагуляцияға және хирургиялық араласуға арналған.
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791710000, Шымкент қ., Қаратау ауданы Нұрсат м/а, 188 ғимарат
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімінен кейін 16 күннің ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ЭХВЧ «ФОТЕК» электрохирургиялық пышағын, аргонмен күшейтілген коагуляция және хирургия функциялары бар электрохирургиялық аппаратты сатып алуға 1. Тауардың атауы: Жоғары жиілікті электрхирургиялық әсер етуге арналған (ЭХВЧ) аргонмен күшейтілген коагуляция және хирургия функциялары бар электрохирургиялық аппарат (электрохирургиялық пышақ). 2. Тауардың мақсаты: Электрохирургиялық аппарат жоғары жиілікті электр тогын қолдана отырып хирургиялық араласулар жүргізуге, биологиялық тіндерді кесуге, қан тамырларын коагуляциялауға және қан кетуді тоқтатуға, оның ішінде аргонмен күшейтілген коагуляцияны қолдануға арналған. Аппарат тиісті хирургиялық рәсімдерді жүргізу кезінде медициналық ұйым жағдайында пайдалануға мүмкіндік беруі тиіс. 3. Техникалық сипаттамалары мен талаптары: Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген және ақаулары жоқ болуы тиіс. Аппарат жоғары жиілікті электр тогын пайдалана отырып электрохирургиялық операцияларды жүргізуге арналған болуы тиіс. Аппарат биологиялық тіндерді кесу және коагуляциялау режимдерін қамтамасыз етуі тиіс. Тиісті аргон модулі мен үйлесімді керек-жарақтар болған жағдайда аргонмен күшейтілген коагуляция жүргізу мүмкіндігі қарастырылуы тиіс. Аппарат тіндерді тиімді коагуляциялауды және қан кетуді тоқтатуды өзінің мақсаты мен техникалық мүмкіндіктеріне сәйкес қамтамасыз етуі тиіс. Жұмыс режимдерін басқару аппараттың басқару панелі және/немесе өндіруші көздеген үйлесімді басқару құралдары арқылы жүзеге асырылуы тиіс. Аппарат өндірушінің талаптарына сәйкес қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ететін қорғаныс және бақылау жүйесімен жабдықталуы тиіс. Электрмен қоректендіру және қосылу параметрлері өндірушінің техникалық құжаттамасына және медициналық ұйымдағы пайдалану жағдайларына сәйкес болуы тиіс. Аппарат пен оның құрамдас бөліктері «ФОТЕК» электрохирургиялық жабдығымен үйлесімді болып, мәлімделген функциялардың орындалуын қамтамасыз етуі тиіс. Аппараттың конструкциясы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес сыртқы беттерін санитариялық өңдеуге мүмкіндік беруі тиіс. Тауардың техникалық сипаттамалары, жиынтықталуы және функционалдық мүмкіндіктері өндірушінің техникалық құжаттамасымен расталуы тиіс.

4. Жиынтықтылығына қойылатын талаптар:

Тауар мақсаты бойынша пайдалануға қажетті жиынтықта жеткізілуі тиіс. Жиынтыққа өндіруші көздеген негізгі компоненттер мен керек-жарақтар, оның ішінде жеткізілетін жабдықтың құрамына кіретін болса, аргонмен күшейтілген коагуляция функциясын іске асыруға қажетті бөлшектер енгізілуі тиіс.

Егер жұмыс істеу үшін қосымша аргон модулі, аргон көзі, жалғағыш элементтер немесе арнайы электродтар қажет болса, өнім берушінің техникалық ұсынысында олардың бар-жоғы және жабдықпен үйлесімділігі көрсетілуі тиіс.

5. Сапасы мен қауіпсіздігіне қойылатын талаптар:

Тауар Қазақстан Республикасының медициналық бұйымдардың айналысы саласындағы заңнамасының талаптарына сәйкес болуы тиіс.

Медициналық бұйымның Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген қажетті тіркеу құжаттары болуы тиіс.

Жеткізу кезінде заңнамада көзделген жағдайларда бұйымның паспорты және/немесе қазақ және/немесе орыс тілдеріндегі пайдалану жөніндегі нұсқаулығы, сондай-ақ сапасы мен тауардың шығу тегін растайтын құжаттар ұсынылуы тиіс.

Тауар өндіруші мәлімдеген техникалық сипаттамаларға сәйкес болуы тиіс.

6. Кепілдік міндеттемелері:

Тауарға кепілдік мерзімі, егер өндірушінің құжаттамасында немесе шарт талаптарында өзгеше мерзім белгіленбесе, қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 айды құрауы тиіс.

Кепілдік мерзімі ішінде өнім беруші шартта көзделген тәртіппен және мерзімдерде анықталған өндірістік ақауларды жоюды қамтамасыз етуге міндетті.

7. Жеткізу шарттары:

Жеткізу мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Шымкент қаласы, Нұрсат шағынауданы, 188-ғимарат, Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының ШЖҚ «Қалалық перинаталдық орталығы» МКК.

Өнім беруші тауарды жеткізуді, тасымалдау кезінде оның сақталуын және тапсырыс берушінің уәкілетті өкіліне тапсыруды қамтамасыз етуге міндетті.

8. Тауарды қабылдау:

Тапсырыс беруші тауарды саны, жиынтықтылығы, сыртқы жай-күйі және техникалық ерекшелік талаптарына сәйкестігі бойынша қабылдайды. Сәйкессіздіктер анықталған жағдайда тапсырыс беруші шарт талаптарына сәйкес оларды жоюды талап етуге құқылы.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17798750-1
Наименование закупки:	Закуп товаров согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 88253901-3ЦП1
Наименование лота:	Нож
Описание лота:	медицинский
Дополнительное описание лота:	Электрохирургический нож для ЭХВЧ Фотек. Аргонусиленный коагуляции и хирургии.
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791710000, г.Шымкент, Каратауский район мкр. Нурсат, 188 строение
Срок поставки:	По заявке Заказчика в течение 16 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Электрохирургический аппарат (электрохирургический нож) для электрохирургического высокочастотного воздействия (ЭХВЧ) с функцией аргон-усиленной коагуляции и хирургии. 2. Назначение товара: Электрохирургический аппарат предназначен для выполнения хирургических вмешательств с применением высокочастотного электрического тока, осуществления резания биологических тканей, коагуляции сосудов и остановки кровотечений, в том числе с использованием аргон-усиленной коагуляции. Аппарат должен обеспечивать возможность применения в условиях медицинской организации при проведении соответствующих хирургических процедур. 3. Технические характеристики и требования: Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не иметь дефектов. Аппарат должен быть предназначен для выполнения электрохирургических операций с использованием высокочастотного электрического тока. Аппарат должен обеспечивать режимы резания биологических тканей и коагуляции. Должна быть предусмотрена возможность аргон-усиленной коагуляции при наличии соответствующего аргонового модуля и совместимых принадлежностей. Аппарат должен обеспечивать эффективную коагуляцию тканей и остановку кровотечений в соответствии с назначением и техническими возможностями оборудования. Управление режимами работы должно осуществляться с панели управления аппарата и/или с помощью совместимых средств управления, предусмотренных изготовителем. Аппарат должен иметь систему защиты и контроля, обеспечивающую безопасную эксплуатацию в соответствии с требованиями изготовителя. Электропитание и параметры подключения должны соответствовать технической документации изготовителя и условиям эксплуатации в медицинской организации. Аппарат и комплектующие должны быть совместимы с электрохирургическим оборудованием «ФОТЕК» и обеспечивать выполнение заявленных функций. Конструкция аппарата должна обеспечивать возможность санитарной обработки наружных поверхностей в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Технические характеристики, комплектация и функциональные возможности товара должны подтверждаться технической документацией изготовителя.

4. Требования к комплектности:

Товар должен поставляться в комплекте, необходимом для его эксплуатации по назначению. Комплектация должна включать основные компоненты и принадлежности, предусмотренные изготовителем для реализации заявленных функций, в том числе для аргон-усиленной коагуляции, если они входят в состав поставляемого оборудования.

Если для работы требуется дополнительный аргонный модуль, источник аргона, соединительные элементы или специальные электроды, их наличие и совместимость должны быть указаны в техническом предложении участника закупки.

5. Требования к качеству и безопасности:

Товар должен соответствовать требованиям законодательства Республики Казахстан в области обращения медицинских изделий.

Медицинское изделие должно иметь необходимые регистрационные документы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

При поставке должны быть предоставлены паспорт изделия и/или руководство по эксплуатации на русском и/или казахском языке, а также документы, подтверждающие качество и происхождение товара в случаях, предусмотренных законодательством.

Товар должен соответствовать техническим характеристикам, заявленным изготовителем.

6. Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок на товар должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи, если иной срок не установлен документацией изготовителя или условиями договора.

В течение гарантийного срока поставщик обязан обеспечить устранение выявленных производственных дефектов в порядке и сроки, предусмотренные договором.

7. Условия поставки:

Поставка осуществляется по адресу: Республика Казахстан, город Шымкент, микрорайон Нурсат, здание 188, ГКП на ПХВ «Городской перинатальный центр» управления здравоохранения города Шымкента.

Поставщик обязан обеспечить доставку товара, его сохранность при транспортировке и передачу уполномоченному представителю заказчика.

8. Приемка товара:

Приемка товара осуществляется заказчиком по количеству, комплектности, внешнему состоянию и соответствию технической спецификации. При выявлении несоответствий заказчик вправе потребовать их устранения в соответствии с условиями договора.