

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17784938-1
Сатып алудың атауы:	ОДО үшін реагенттерді сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88105979-3ЦП2
Лоттың атауы:	Реагент
Лоттың сипаттауы:	судың рН деңгейін өлшеуге арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ГОСТ 4919.1-2016. Судағы РН көрсеткішін фотометриялық анықтауға арналған реагентті таблеткалар. Жүзу бассейндері суының рН мәнін анықтауға арналған таблетка, жылдам Реагент. Талдау әдісі фотометриялық / колориметриялық фенол қызыл индикатор реагентін қолданады. РН өлшеу диапазоны 6,8-8,4. Дозасы: бір су сынамасына 1 таблетка. Таблетка РН мәніне байланысты зерттелетін үлгінің түсінің өзгеруін қамтамасыз етуі керек және суда тез ериді. Реагент осы әдіспен рН-ны фотометриялық анықтауды қамтамасыз ететін фотометрлермен және су сапасының анализаторларымен үйлесімді болуы керек. Шығару формасы: герметикалық көпіршікті қаптамадағы таблеткалар. Блистерде 10 таблеткадан орау. Жеткізу кезінде жарамдылық мерзімі кемінде 12 ай. Сақтау шарттары өндірушінің талаптарына сәйкес, құрғақ жерде, түпнұсқа герметикалық қаптамада.
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	117020100, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. Микрорайон ЦРБ 5А
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ГОСТ 4919.1-2016. Судағы РН көрсеткішін фотометриялық анықтауға арналған реагентті таблеткалар. Жүзу бассейндері суының рН мәнін анықтауға арналған таблетка, жылдам Реагент. Талдау әдісі фотометриялық / колориметриялық фенол қызыл индикатор реагентін қолданады. РН өлшеу диапазоны 6,8-8,4. Дозасы: бір су сынамасына 1 таблетка. Таблетка РН мәніне байланысты зерттелетін үлгінің түсінің өзгеруін қамтамасыз етуі керек және суда тез ериді. Реагент осы әдіспен рН-ны фотометриялық анықтауды қамтамасыз ететін фотометрлермен және су сапасының анализаторларымен үйлесімді болуы керек. Шығару формасы: герметикалық көпіршікті қаптамадағы таблеткалар. Блистерде 10 таблеткадан орау. Жеткізу кезінде жарамдылық мерзімі кемінде 12 ай. Сақтау шарттары өндірушінің талаптарына сәйкес, құрғақ жерде, түпнұсқа герметикалық қаптамада.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17784938-1
Наименование закупки:	Приобретение реагентов для ЦОПа
Номер лота:	№ 88105979-ЗЦП2
Наименование лота:	Реагент
Описание лота:	для измерения уровня pH воды
Дополнительное описание лота:	ГОСТ 4919.1-2016. Таблетки реагентные для фотометрического определения показателя pH в воде. Реагент таблетированный, быстрорастворимый, предназначенный для определения значения pH воды плавательных бассейнов. Метод анализа фотометрический/колориметрический с использованием индикаторного реагента фенолового красного. Диапазон измерения pH 6,8–8,4. Дозировка: 1 таблетка на одну пробу воды. Таблетка должна обеспечивать изменение окраски исследуемой пробы в зависимости от значения pH и быстро растворяться в воде. Реагент должен быть совместим с фотометрами и анализаторами качества воды, предусматривающими фотометрическое определение pH данным методом. Форма выпуска: таблетки в герметичной блистерной упаковке. Фасовка в блистерах по 10 таблеток. Срок годности на момент поставки не менее 12 месяцев. Условия хранения согласно требованиям производителя, в сухом месте, в оригинальной герметичной упаковке.
Количество:	2
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	117020100, Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск Микрорайон ЦРБ 5А
Срок поставки:	16 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ГОСТ 4919.1-2016. Таблетки реагентные для фотометрического определения показателя pH в воде. Реагент таблетированный, быстрорастворимый, предназначенный для определения значения pH воды плавательных бассейнов. Метод анализа фотометрический/колориметрический с использованием индикаторного реагента фенолового красного. Диапазон измерения pH 6,8–8,4. Дозировка: 1 таблетка на одну пробу воды. Таблетка должна обеспечивать изменение окраски исследуемой пробы в зависимости от значения pH и быстро растворяться в воде. Реагент должен быть совместим с фотометрами и анализаторами качества воды, предусматривающими фотометрическое определение pH данным методом. Форма выпуска: таблетки в герметичной блистерной упаковке. Фасовка в блистерах по 10 таблеток. Срок годности на момент поставки не менее 12 месяцев. Условия хранения согласно требованиям производителя, в сухом месте, в оригинальной герметичной упаковке.