Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18004098-1
Сатып алудың атауы:	Лампа неонатальная сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87128090-3ЦП1
Лоттың атауы:	Мамандандырылған шам
Лоттың сипаттауы:	ЖҰҚЖ үшін, цоколь типі сымдар домалақ ұялы жалғағышпен, қуаты 200 Вт
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Лампа неонатальная 20W/52; мощность 20 Вт; напряжение - 220-240 В; для облучателя фототерапевтического; Спектр: синий (440-480 НМ); Цоколь G13;
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	316630100, Жамбыл облысы, Шу ауданы, Төле би а. Жамбылская область,Шуский район,с.Толе би, пер. Алтынсарин №1
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 25 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Phillips TL 20W/52. Қуаты: 20 Вт; кернеу : ~ (айнымалы ток) 220-240 В; мақсаты: фототерапиялық сәулелендіргіш үшін; спектрі: көк (440-480 нм) жертөле : G13; Ресурс: бастапқы сипаттамаға сәйкес келеді; жеткізуші есебінен жеткізу түсіру және орнату. Өнімнің жағдайы жаңа болуы керек. сәйкес келмеген жағдайда тауар түзетілуі немесе жаңасына ауыстырылуы керек 3 жұмыс күні ішінде. Сапасы бойыншаГОСТ,СТКZ және Ту талаптарына сәйкес келуі керек.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18004098-1
Наименование закупки:	закуп Лампа неонатальная
Номер лота:	№ 87128090-3ЦП1
Наименование лота:	Лампа специализированная
Описание лота:	для ИВПП, тип цоколя провода с круглым гнездовым разъемом, мощность 200 Вт
Дополнительное описание лота:	Лампа неонатальная 20W/52; мощность 20 Вт; напряжение - 220-240 В; для облучателя фототерапевтического; Спектр: синий (440-480 НМ); Цоколь G13;
Количество:	6
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	316630100, Жамбылская область, Шуский район, с.Толе би Жамбылская область,Шуский район,с.Толе би, пер. Алтынсарин №1
Срок поставки:	в течении 25 календарных дней со дня подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Phillips TL 20W/52. Мощность: 20 Вт; напряжение : ~ (переменный ток) 220-240 В; Назначение: для облучателя фототерапевтического; Спектр: синий (440-480 нм) Цоколь : G13; Ресурс: соответствует оригинальной спецификации; Доставка выгрузка и установка за счет поставщика. Состояние товара должно быть новым.в случае несоответствия товар должен быть исправлен или заменен на новыйв течение 3 рабочих дней. Покачество должно соответствовать требованиям ГОСТ, СТ KZ и ту,регламентирующих качество поставляемого товара.