

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17784985-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық шарттарға сәйкес.
Лоттың нөмірі:	№ 87090192-3ЦП1
Лоттың атауы:	Қыздырғыш элемент
Лоттың сипаттауы:	зарарсыз медициналық жабдықтар үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ГК-100-3М стерилизаторына (автоклавына) арналған құбырлы электр қыздырғыш (ТЭН).
Саны, көлемі:	18
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Шымкент қаласы Абдразакова көшесі 7/5
Жеткізу мерзімі:	келісім шартқа қол қойылған сәттен бастап 16 күнтүзбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ГК-100-3М стерилизаторына (автоклавқа) арналған ТЭН Кернеуі – 220 В. Материалы – мыс. Ұзындығы – 410 мм. Салмағы – 600 грамм. Қабықшасының диаметрі – 12 мм. Орнатуға арналған штуцерлердің (төлкелердің) бұранда өлшемі – М18×1,5. Қуаты – 2 кВт. Контактілік өзектердің бұранда өлшемі – М4. Қолданылатын орта – су. Төлкелердің осьтері арасындағы қашықтық – 50 мм. Жиынтықта жез сомындар, шайбалар және тығыздағыш төсемдер бар. Стандарт – ҚР СТ ГОСТ талаптарына сәйкес.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17784985-1
Наименование закупки:	Согласно технической спецификации.
Номер лота:	№ 87090192-ЗЦП1
Наименование лота:	Элемент нагревательный
Описание лота:	для стерилизационного медицинского оборудования
Дополнительное описание лота:	ТЭН для стерилизатора (автоклавов) ГК-100-ЗМ.
Количество:	18
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район город Шымкент, улица Абдуразакова, 7/5
Срок поставки:	с момента подписания договора 16 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЭН для стерилизатора (автоклавов) ГК-100-ЗМ. напряжение-220В. Материал-медь. Длина -410мм. Масса-600 грамм. Диаметр оболочки-12 мм. Резьба штуцеров (втулок для установки) М18х1,5. Мощность-2квт. Резьба контактных стержней-М4. Среда применения-вода. Расстояние между осями втулок-50 мм. В комплекте латунные гайки, шайбы и прокладки. ГОСТ СТ РК.