

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17788127-1
Сатып алудың атауы:	Ұрық монитормына арналған жазу қағазы 150*90*150 (КТГ арналған)
Лоттың нөмірі:	№ 81882983-3ЦП1
Лоттың атауы:	Термоқағаз
Лоттың сипаттауы:	басып шығару үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ұрық монитормына арналған жазу қағазы 150*90*150
Саны, көлемі:	300
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	431010000, Қызылорда облысы, Қызылорда қ. Қызылорда қаласы,С.Бейбарыс №12
Жеткізу мерзімі:	Келісім-шарт жасасқан күннен бастап 16 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	КТГ үшін ұрық монитормы үшін 150x90x150 жазатын ұрық қағазы. Таспаның ені - 150 мм, қатпарлар арасындағы қашықтық (буманың ұзындығы) - 90 мм, бумада - көлденең перфорациямен бөлінген 150 парақ. Ажыратымдылық-8 т. / ММ. Техникалық параметрлер: ұрық монитормын (КТГ) жазуға арналған бүктелген термиялық қағаз. Бұл графикалық ыстыққа сезімтал қағаз. Қағаз ені: кем емес 150 мм. Ұзындығы: кем емес 90 м. Қаптамада 150 парақтан кем емес. Қағаз түрі: термалды парақ-Z-жинақталу. Фон: ақ. Оның жұқа балауыз немесе химиялық жабыны бар. Ұрық монитормының қағазы бір-бірінен 1 мм қашықтықта орналасқан көлденең және тік жіңішке сызықтардан тұратын график түрінде белгіленеді, әр бесінші жол қалың қаріппен белгіленеді. Қалың сызықтар бір-бірінен 5 мм қашықтықта орналасқан. Жіңішке және қараңғы сызықтар көлденең және тігінен батып кетеді. 25 мм қағаз бір секунд ішінде жазылады. Бір үлкен шаршыда ені 0,2 секунд (көлденеңінен) және биіктігі 5 м (тігінен) 5 кішкентай квадрат бар. Қыздыруға жауап беретін арнайы жабыны бар қапталған қағаз және диаграмма торы. Материал ана мен ұрықтың жағдайын бақылау үшін қажетті талаптарға жауап береді. Үйлесімділік: тауар өзінің физика-химиялық және геометриялық қасиеттері бойынша ұйымда бар U. M. C. KZ ұрық мониторингі жүйесімен (C22) немесе баламасымен толық үйлесімді болуы тиіс. Жеткізілетін қағазды пайдалану позициялау датчиктерінің істен шығуына, аппараттың кіріктірілген термопринтерімен парақтардың бітелуіне әкеп соқпауы тиіс және аталған модельдердің принтер термостатының кепілдігін жоғалтуына немесе мерзімінен бұрын тозуына әкеп соқпауы тиіс. ГОСТ 7826-93. Тауарға қол қойылғаннан кейін тауарды жеткізу мерзімі 16 күнтізбелік күн.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17788127-1
Наименование закупки:	Бумага для записи для фетального монитора 150*90*150 (для КТГ)
Номер лота:	№ 81882983-ЗЦП1
Наименование лота:	Термобумага
Описание лота:	для печати
Дополнительное описание лота:	Бумага для записи для фетального монитора 150*90*150
Количество:	300
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	431010000, Кызылординская область, г.Кызылорда г.Кызылорда, ул.С.Бейбарыс №12
Срок поставки:	После подписания договора 16 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Фетальная бумага для записи 150x90x150 для фетального монитора для КТГ. Ширина ленты - 150 мм, расстояние между складками (длина пачки) - 90 мм, в пачке - 150 листов, разделенных поперечной перфорацией. Разрешающая способность- 8 т./мм. Технические параметры : Фальцованная термобумага для записи фетальный монитор (КТГ). Представляет собой графическую термочувствительную бумагу. Ширина бумаги: не менее 150мм. Длина: не менее 90м. В пачке не менее 150 листов. Тип бумаги: Лист термальная- Z-сложением. Фон: белый. Имеет тонкое покрытие из воска или химиката. Бумага для фетального монитора помечена в виде графика, состоящего из горизонтальных и вертикальных тонких линий, расположенных на расстоянии 1 мм друг от друга, при этом каждая пятая строка выделена жирным шрифтом. Жирные линии расположены на расстоянии 5 мм друг от друга. По горизонтали и вертикали на нем тонут тонкие и темные линии. 25 мм бумаги записывается в течение одной секунды. Один большой квадрат содержит 5 маленьких квадратов шириной 0,2 секунды (по горизонтали) и высотой 5 м (по вертикали). Мелованная бумага со специальным покрытием, реагирующим на нагревание, и диаграммной сеткой. Материал отвечает требованиям, необходимым для проведения мониторинга состояния матери и плода. Совместимость: Товар должен быть полностью совместим по своим физико-химическим и геометрическим свойствам с имеющейся в организации системой фетального мониторинга U.M.C. KZ (C22) или эквивалент. Использование поставляемой бумаги не должно приводить к сбоям датчиков позиционирования, заминанию листов встроенным термопринтером аппарата и не должно приводить к потере гарантии или преждевременному износу термоголовки принтера указанных моделей. ГОСТ 7826-93. Срок поставки товара после подписания товара 16 календарных дней.