

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17864672-1
Сатып алудың атауы:	Сөйлеу шығысы бар медициналық электронды термометр
Лоттың нөмірі:	№ 84087229-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Термометр
Лоттың сипаттауы:	медициналық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Сөйлеу шығысы бар медициналық электронды термометр
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	315433100, Жамбыл облысы, Мерке ауданы, Жамбыл а. А.Исмайлова 157
Жеткізу мерзімі:	келісімшартқа қол қойылған сәттен бастап күнтізбелік он бес күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	<p>Атауы: Дауыс шығару функциясы бар медициналық электрондық термометр. «Медициналық электрондық термометрлер. Салыстырып тексеру әдістемесі» СТ РК 2.596-2019 стандартына сәйкес дайындалуы тиіс.</p> <p>Мақсаты:</p> <p>Адам денесінің температурасын үй жағдайында және медициналық мекемелерде өлшеуге арналған, оның ішінде көру қабілеті бұзылған адамдардың өздігінен пайдалануына жарамды болуы тиіс.</p> <p>Термометр өлшеу нәтижесін орыс тілінде анық дауыстап хабарлауды қамтамасыз етуі тиіс. Пайдаланушы өлшеу нәтижесін дисплейдегі көрсеткіштерді көзбен көріп оқымай-ақ анықтай алуы тиіс.</p> <p>Техникалық талаптар:</p> <p>Дауыс шығару функциясы бар медициналық электрондық термометр адам денесінің температурасын жанастыру әдісімен өлшеуге арналған болуы тиіс.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Өлшеу диапазоны — 32,0 °C-тан 42,0 °C-қа дейін қоса алғанда; • Рұқсат етілетін шекті қателік — $\pm 0,1$ °C-тан аспауы тиіс; • Термометр цифрлық дисплеймен және өлшеу нәтижесін орыс тілінде дауыстап қайталау функциясымен жабдықталуы тиіс; • Өлшеуді бастауға дайын болғаны туралы дауыстық/дыбыстық хабарлау функциясы болуы тиіс; • Қосу және өшіру кезінде дыбыстық немесе дауыстық хабарлау қамтамасыз етілуі тиіс; • Өлшеу уақыты — 60 секундтан аспауы тиіс; • Өлшеу нәтижесі кемінде бір өлшеу нәтижесін сақтауға арналған кіріктірілген жадыда сақталуы тиіс; • Автоматты түрде өшіру — пайдаланушы басқару элементтеріне соңғы рет әсер еткеннен кейін 5 минуттан кешіктірілмей жүзеге асырылуы тиіс; • Қуат көзі — ішкі қуат көзінен; • Термометр дезинфекциялауға жарамды болуы және өткір жиектері мен бұрыштары болмауы тиіс; • Метрологиялық сипаттамалары Қазақстан Республикасының заңнамасында және өлшем бірлігін қамтамасыз ету саласында қолданыстағы нормативтік құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкес келуі тиіс; • Салыстырып тексеру — СТ РК 2.596-2019 стандартына сәйкес жүргізілуі тиіс. <p>Жеткізуші бұйымның медициналық бұйымдарға қойылатын белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды, сондай-ақ қазақ және орыс тілдеріндегі пайдалану құжаттамасын ұсынуы тиіс.</p>

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17864672-1
Наименование закупки:	Термометр медицинский электронный с речевым выходом
Номер лота:	№ 84087229-ЗЦП1
Наименование лота:	Термометр
Описание лота:	медицинский
Дополнительное описание лота:	Термометр медицинский электронный с речевым выходом
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	315433100, Жамбылская область, Меркенский район, с.Жамбыл А.Исмайлова 157
Срок поставки:	в течений пятнадцати календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	<p>Наименование: Термометр медицинский электронный с речевым выходом. «Термометры медицинские электронные. Методика поверки» должны изготавливаться в соответствии с СТ РК 2.596-2019</p> <p>Назначение:</p> <p>Предназначен для измерения температуры тела человека в домашних условиях и медицинских учреждениях, в том числе для самостоятельного использования лицами с нарушением зрения.</p> <p>Термометр должен обеспечивать чёткое речевое воспроизведение результата измерения температуры на русском языке. Пользователь должен иметь возможность определить результат измерения без визуального считывания показаний дисплея.</p> <p>«Термометр медицинский электронный с речевым выходом, предназначенный для измерения температуры тела человека контактным методом. Диапазон измерений — от 32,0 °С до 42,0 °С включительно; предел допускаемой погрешности — не более $\pm 0,1$ °С. Термометр должен иметь цифровой дисплей и функцию речевого дублирования результата измерения на русском языке, функцию речевого/звукового оповещения о готовности к измерению, а также звуковое или речевое оповещение при включении и выключении. Время измерения — не более 60 секунд. Результат измерения должен сохраняться во встроенной памяти не менее одного измерения. Автоматическое отключение — не позднее 5 минут после последнего воздействия пользователя на элементы управления. Питание — от внутреннего источника питания. Термометр должен быть пригоден для дезинфекции и не иметь острых краёв и углов. Метрологические характеристики должны соответствовать требованиям законодательства Республики Казахстан и действующих нормативных документов в области обеспечения единства измерений. Поверка — в соответствии с СТ РК 2.596-2019.»</p> <p>Поставщик должен предоставить документы, подтверждающие соответствие изделия требованиям, установленным для медицинских изделий, а также эксплуатационную документацию на русском языке.</p>