Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17847388-1
Сатып алудың атауы:	№ 206 Толық науқастарға арналған мүгедектер арбасы.
Лоттың нөмірі:	№ 88300836-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Мүгедектер кресло-арбашасы
Лоттың сипаттауы:	кресло-арба
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Толық емделушілерге арналған мүгедектер арбасы алынбалы, жиналмалы, биіктігі мен бұрышы бойынша реттелетін, аяққа арналған жұмсақ аялдамалары бар табандармен жабдықталуы тиіс. Ені (дөңгелектердің ең кең бөліктері арасындағы қашықтық) 700 мм-ден 850 мм – ге дейін, биіктігі – шамамен 109 см, ұзындығы – шамамен – 120 см, жүк көтергіштігі 130-150 кг .Қос болат, күшейтілген жақтау, дөңгелектер-құйылған, пневмониялық, артқы дөңгелектердің диаметрі-шамамен 60 см. , алдыңғы-шамамен 20 см. былғарыдан жасалған орындық пен арқа. Тежегіш түрі –қолмен, жетек түрі – механикалық. Функция-көлбеу, тұрақ тежегіші, итеру тұтқалары жоғары қозғалған кезде арбаны артқа еңкейтуге жол бермеу үшін аударылып кетуден қорғау. ҚР СТ 3692-2020
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	593620100, Солтүстік Қазақстан облысы, Мағжан Жұмабаев ауданы, Булаев қ. СҚО, М. Жұмабаев ауданы, Булаев қаласы, Зеленая көшесі, 35
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Толық емделушілерге арналған мүгедектер арбасы алынбалы, жиналмалы, биіктігі мен бұрышы бойынша реттелетін, аяққа арналған жұмсақ аялдамалары бар табандармен жабдықталуы тиіс. Ені (дөңгелектердің ең кең бөліктері арасындағы қашықтық) 700 мм-ден 850 мм – ге дейін, биіктігі – шамамен 109 см, ұзындығы – шамамен – 120 см, жүк көтергіштігі 130-150 кг .Қос болат, күшейтілген жақтау, дөңгелектер-құйылған, пневмониялық, артқы дөңгелектердің диаметрі-шамамен 60 см. , алдыңғы-шамамен 20 см. былғарыдан жасалған орындық пен арқа. Тежегіш түрі –қолмен, жетек түрі – механикалық. Функция-көлбеу, тұрақ тежегіші, итеру тұтқалары жоғары қозғалған кезде арбаны артқа еңкейтуге жол бермеу үшін аударылып кетуден қорғау. ҚР СТ 3692-2020

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17847388-1
Наименование закупки:	№ 206 Инвалидное кресло-коляска для полных пациентов.
Номер лота:	№ 88300836-ЗЦП2
Наименование лота:	Инвалидное кресло-коляска
Описание лота:	кресло-коляска
Дополнительное описание лота:	Инвалидное кресло-коляска для полных пациентов, должно быть оснащено съемными, откидными, регулируемыми по высоте и углу наклона подножками с мягкими упорами для ног. Ширина (расстояние между самыми широкими частями колес) от 700 мм до 850 мм, высота – около 109 см, длина – около – 120 см., грузоподъемность 130-150 кг. Двойная стальная, усиленная рама, колеса – литые, пневмонические, диаметр задних колес -около 60 см . , передних – около 20 см. Сиденье и спинка из кожзама. Тип тормоза –ручной, тип привода – механический. Функция -защита от опрокидывания для предотвращения откидывания коляски назад при движении вверх по склону, стояночный тормоз, ручки для толкания. СТ РК 3692-2020
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	593620100, Северо-Казахстанская область, Район Магжана Жумабаева, г.Булаево СКО, р-н М.Жумабаева, г.Булаево, ул. Зеленая , 35
Срок поставки:	16-ть календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Инвалидное кресло-коляска для полных пациентов, должно быть оснащено съемными, откидными, регулируемыми по высоте и углу наклона подножками с мягкими упорами для ног. Ширина (расстояние между самыми широкими частями колес) от 700 мм до 850 мм, высота – около 109 см, длина – около – 120 см., грузоподъемность 130-150 кг. Двойная стальная, усиленная рама, колеса – литые, пневмонические, диаметр задних колес -около 60 см . , передних – около 20 см. Сиденье и спинка из кожзама. Тип тормоза –ручной, тип привода – механический. Функция -защита от опрокидывания для предотвращения откидывания коляски назад при движении вверх по склону, стояночный тормоз, ручки для толкания. СТ РК 3692-2020