

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17795245-1
Сатып алудың атауы:	Кардиология F3И үшін реагенттер жиынтығы
Лоттың нөмірі:	№ 88188200-3ЦП1
Лоттың атауы:	Калибратор
Лоттың сипаттауы:	зертханалық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	C.f.a.s. Proteins
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	751110000, Алматы қ., Алмалы ауданы АЙТЕКЕ БИ, 120/25
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Cobas pure анализаторларында қолдану үшін ақуыз Калибраторы.C. f. A.S. (автоматтандырылған жүйелерге арналған Калибратор) мән кестелерінде көрсетілгендей Roche Clinical chemistry анализаторларында Roche сандық әдістерін калибрлеуге арналған.C. f.A.S. ақуыздар - бұл адамның сарысуы негізіндегі сұйық, қолдануға дайын калибратор. Калибратор компоненттерінің концентрациясы клиникалық химиялық анализаторларда тиісті Roche әдістерінің оңтайлы калибрленуін қамтамасыз ету үшін түзетілді. Тиісті спецификацияда көрсетілген кейбір әдістер барлық елдерде қол жетімді болмауы мүмкін.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17795245-1
Наименование закупки:	Набор реагентов для НИИ кардиологии
Номер лота:	№ 88188200-ЗЦП1
Наименование лота:	Калибратор
Описание лота:	лабораторный
Дополнительное описание лота:	C.f.a.s. Proteins
Количество:	1
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	751110000, г.Алматы, Алмалинский район АЙТЕКЕ БИ, 120/25
Срок поставки:	По заявке Заказчика в течении 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Для использования на анализаторах cobas pure калибратор белков.C.f.a.s. (Калибратор для автоматизированных систем) предназначен для калибровки количественных методов Roche на анализаторах Roche clinical chemistry , как указано в таблицах значений.C.f.a.s. Протеины - это жидкий, готовый к применению калибратор на основе человеческой сыворотки. Концентрации компонентов калибратора были скорректированы таким образом, чтобы обеспечить оптимальную калибровку соответствующих методов Roche в клинических химических анализаторах. Некоторые методы, указанные в соответствующей спецификации, могут быть доступны не во всех странах.