

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17857925-1
Сатып алудың атауы:	МММ тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88324185-3ЦП2
Лоттың атауы:	Пульсоксиметр
Лоттың сипаттауы:	медициналық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Пульсоксиметр
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711110000, Астана қ., Алматы ауданы Манас көшесі 17
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде (егер өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса, тапсырыс берушіден өтінімдерді алғаннан кейін 60 күнтізбелік күн)
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Саусақ импульстік оксиметрі саусақ импульстік Оксиметрі А2. Негізгі Fingertip Өндірушісі Батарея қуатының түрі Түсі Қара Мүмкіндіктер заряд деңгейінің индикаторы, Автоматты Функция өшіру Өлшеу түрі оттегінің қанықтылығы, жүрек соғу жиілігі Пайдаланушы сипаттамалары Түрі портативті Түсті Дисплей Өлшемдері, мм 100x60x30 Салмағы (г) 40 Қанықтылықты өлшеу диапазоны 70-99% Импульсті өлшеу диапазоны минутына 30-240 соққы Өлшеу дәлдігі +-2% OLED дисплей Түрі Аппарат түрі импульстік оксиметр

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17857925-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров ИМН
Номер лота:	№ 88324185-3ЦП2
Наименование лота:	Пульсоксиметр
Описание лота:	медицинский
Дополнительное описание лота:	Пульсоксиметр
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711110000, г.Астана, район Алматы улица Манаса 17
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней по заявкам заказчика (60 календарных дней после получения заявок от заказчика, если поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей)
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Пульсоксиметр на палец Fingertip Pulse Oximeter A2. Основные Производитель Fingertip Тип питания Батарейки Цвет Черный Особенности Индикатор уровня заряда, Функция автоматического отключения Тип измерения Сатурация кислорода, Частота сердечных сокращений Пользовательские характеристики Тип портативный Дисплей цветной Размеры, мм 100x60x30 Вес (г) 40 Диапазон измерения сатурации 70-99% Диапазон измерения пульса 30-240 ударов в минуту Точность измерения +-2% Тип дисплея OLED Тип аппарата пульсоксиметр