

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17849838-1
Сатып алудың атауы:	Бассейнге арналған керек-жарақтар
Лоттың нөмірі:	№ 87323675-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Мембрана
Лоттың сипаттауы:	биохимиялық талдағыштың электродына арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Бос хлор датчигінің мембранасы
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	271010000, Батыс Қазақстан облысы, Орал қ. Самал 134
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Бассейнге арналған аксессуарлар. Органикалық емес хлор датчигіне арналған түпнұсқа мембрана CL.01.02 (art. RIC0154106), жүзу бассейндерінің суындағы бос хлорды өлшеу үшін дозалау және бақылау станцияларында қолданылатын Fluidra амперометриялық сенсорларына арналған ауысымдық шығыс элементі. Мембрана өлшеу электродының сумен дұрыс жанасуын қамтамасыз етеді және тек хлор молекулалары үшін өткізгіш болады. Арнайы электролитпен талап етіледі, себебі алмастыру кезінде мембрана зақымдануы және аспаптың дұрыс көрсетілмеуіне әкелуі мүмкін. 2 дана. Тапсырыс берушімен өнімнің техникалық сипаттамалары туралы алдын ала келісіңіз.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17849838-1
Наименование закупки:	Товары для бассейна
Номер лота:	№ 87323675-ЗЦП1
Наименование лота:	Мембрана
Описание лота:	для электрода биохимического анализатора
Дополнительное описание лота:	Мембрана датчика свободного хлора
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	271010000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск Самал 134
Срок поставки:	в течение 20 календарных дней со дня заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Комплектующие для бассейна. Оригинальная мембрана для датчика неорганического хлора CL.01.02 (арт. RIC0154106), сменный расходный элемент для амперометрических сенсоров Fluidra, которые используются в станциях дозации и контроля для измерения свободного хлора в воде плавательных бассейнов. Мембрана обеспечивает корректный контакт измерительного электрода с водой и проницаема только для молекул хлора. Требуется со специальным электролитом, так как при замене может повредится мембрана и привести к неверным показаниям прибора. 2 шт. Предварительно согласовать с заказчиком техническую спецификацию товара.