

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17778634-1
Сатып алудың атауы:	Небулайзер ингаляторы (Компрессорлық Ингалятор)
Лоттың нөмірі:	№ 88167724-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Ингалятор небулайзер
Лоттың сипаттауы:	ингаляциялар үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Компрессорлық типті Ингалятор - компрессорлық небулайзер. Аэрозоль бөлшектерінің орташа мөлшері шамамен 2,5-2,75 мкм, бүрку жылдамдығы кемінде 0,3 мл/мин, небулайзер камерасының сыйымдылығы 12 мл-ге дейін, шу деңгейі 63 дБ-ден аспайды, жұмыс режимі үздіксіз.
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	101010000, Абай облысы, Семей қ. Семей к. Г.Тұқтабаева 54
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Түрі-ересектер мен балаларда ингаляциялық терапия жүргізуге арналған компрессорлық небулайзер. Қуат-230 В, 50 Гц айнымалы ток желісінен. Қуатты тұтыну-150 ВА аспайды. Жұмыс режимі үздіксіз. Аэрозоль бөлшектерінің орташа мөлшері 2,75 мкм-ден аспайды. Дәрілік заттың бүрку жылдамдығы-0,3 мл/мин кем емес.небулайзер камерасының сыйымдылығы — 12 мл дейін. Шу деңгейі — 63 дБ артық емес. Небулайзерлік камера дәрілік ерітіндінің біркелкі бүркуін және дайындаушының нұсқаулығына сәйкес тазалау және дезинфекциялау мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс. Жинақ: ауа сүзгісі бар компрессор, небулайзер камерасы, ұзындығы кемінде 100 см ауа өткізгіш түтік, загубник, мұрын саптамасы, адаптер, ересектерге арналған маска, балаларға арналған маска, Нұсқаулық. Құрылғының салмағы-1,1 кг-нан аспайды. Өнім жаңа, бұрын пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген, механикалық зақымдалмаған, зауыттық қаптамада болуы керек. Медициналық бұйым Қазақстан Республикасының аумағында айналысқа жіберілуге және тіркеу құжаттамасына сәйкес келуге тиіс.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17778634-1
Наименование закупки:	Ингалятор небулайзер (Ингалятор компрессорный)
Номер лота:	№ 88167724-ЗЦП2
Наименование лота:	Ингалятор небулайзер
Описание лота:	для ингаляции
Дополнительное описание лота:	Ингалятор компрессорный Тип — компрессорный небулайзер. Средний размер частиц аэрозоля около 2,5–2,75 мкм, скорость распыления не менее 0,3 мл/мин, емкость небулайзерной камеры до 12 мл, уровень шума не более 63 дБ, режим работы непрерывный.
Количество:	2
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	101010000, область Абай, г.Семей г. Семей ул. Г.Туктабаева 54
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Тип — компрессорный небулайзер, предназначенный для проведения ингаляционной терапии у взрослых и детей. Питание — от сети переменного тока 230 В, 50 Гц. Потребляемая мощность — не более 150 ВА. Режим работы — непрерывный. Средний размер частиц аэрозоля — не более 2,75 мкм. Скорость распыления лекарственного средства — не менее 0,3 мл/мин. Емкость небулайзерной камеры — до 12 мл. Уровень шума — не более 63 дБ. Небулайзерная камера должна обеспечивать равномерное распыление лекарственного раствора и возможность очистки и дезинфекции в соответствии с инструкцией изготовителя. Комплектация: компрессор с воздушным фильтром, небулайзерная камера, воздуховодная трубка длиной не менее 100 см, загубник, насадка для носа, переходник, маска для взрослых, маска для детей, руководство по эксплуатации. Масса прибора — не более 1,1 кг. Товар должен быть новым, ранее не использованным, не восстановленным, без механических повреждений, в заводской упаковке. Медицинское изделие должно быть разрешено к обращению на территории Республики Казахстан и соответствовать регистрационной документации.