

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17761031-1
Сатып алудың атауы:	Лабораториялық қыздырғыш плита
Лоттың нөмірі:	№ 87625185-3ЦП1
Лоттың атауы:	Ысыту тақтасы
Лоттың сипаттауы:	стақандарды, колбаларды және басқа нысандарды тез әрі біркелкі ысыту үшін, зертханалық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Зертханалық ыстық таба
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	471010000, Маңғыстау облысы, Ақтау қ. ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Ақтау қ., 4а шағын ауданы, 19 ғимарат
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 50 күнтізбелік күн ішінде, бірақ 2026 жылғы 25 желтоқсаннан кешіктірмей
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Сатып алынатын тауардың атауы: Қыздырғыш плита. Лоттың қосымша сипаттамасы: Лабораториялық қыздырғыш плита. Саны: 1 Өлшем бірлігі: дана Тауарды жеткізу орны: Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, 4 А шағын ауданы, 19 ғимарат. Жеткізу мерзімі: Шарты жасалған күннен бастап 50 күнтізбелік күн ішінде, бірақ 2026 жылғы 20 желтоқсаннан кешіктірілмей. Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы: Тауардың функционалдылығы мен арналуы: Плитаны қолдану зертханалық талдауларды жүргізу кезінде жылудың тұрақты таралуын қамтамасыз етуге және зерттелетін заттардың жергілікті қызып кетуіне жол бермеуге тиіс. Плитаның техникалық сипаттамалары: - Жұмыс (қыздыру) бетінің өлшемдері — кемінде 440×280 мм; - Плитаның габариттік өлшемдері (Ұ×Ә×Б) — 500×350×200 мм-ден артық емес; - Температураны реттеу диапазоны: төменгі шегі — 40 °С-тан артық емес, жоғарғы шегі — кемінде 400 °С; - Температураны орнату қадамы — 1 °С-тан артық емес; - Орнатылған температураны ұстап тұру тұрақсыздығы — 3 °С-тан артық емес; - Таймер: баптау диапазоны 1 минуттан кемінде 8 сағатқа дейін; - Қорек көзі: 220–230 В, 50 Гц бір фазалы айнымалы ток желісі; - Плитаның тұтынатын қуаты: 3,2 кВт-тан артық емес; - Дисплей: белгіленген және нақты қыздыру температурасын бір уақытта көрсететін ақпараттық дисплейдің болуы; - Басқару: температураны реттеудің электрондық жүйесі; - Жұмыс бетінің температурасы 60 °С-тан аспаған кезде іске қосылатын және қыздыру өшірілген кезде де жұмыс істейтін ыстық бет индикаторының болуы. Жабдықты қызып кетуден қорғау жүйесінің болуы; - Корпусты қорғау: плитаның конструкциясы ішкі электрондық тораптарды сұйықтықтың төгілуінен қорғауы тиіс; - Жұмыс бетінің материалы: дюралюминий (немесе жылу өткізгіштігінің жоғары көрсеткіштері ұқсас басқа металл қорытпасы); - Плита корпусының материалы: коррозияға төзімді болат. Ілеспе қызметтер: - Тауарды Тапсырыс берушінің үй-жайына тасымалдау, түсіру және кіргізу шығындарын Өнім беруші көтереді; олар тауардың құнына кіреді. - Өнім беруші тауарды Тапсырыс беруші шартта көрсеткен мекенжай бойынша жеткізуге міндетті. Өнім беруші тауармен бірге мыналарды ұсынуға міндетті: - Өнімнің паспорты (формуляры). - Пайдалану жөніндегі нұсқаулық (Пайдаланушы нұсқаулығы). - Кепілдік талоны. Тауарды жеткізу кезінде Өнім беруші ЕАЭО қолданылатын техникалық регламенттерінің (ЕАЭО ТР 004/2011, ЕАЭО ТР 020/2011) талаптарына сәйкестік туралы қолданыстағы сәйкестік сертификатының немесе декларациясының көшірмесін ұсынуға міндетті. Өнім беруші ресми Кепілдік талонын ұсынуға міндетті. Кепілдік мерзімі

Тауарды қабылдау-беріп тапсыру актісіне қол қойылған сәттен бастап кемінде 12 айды құрауы тиіс. Кепілдік кезеңінде ақаулық орын алған жағдайда, диагностикалауға, жөндеуге же тасымалдауға жұмсалатын барлық шығындарды Өнім беруші көтереді.

Жеткізілетін тауар жаңа, 2026 жылдан ерте шығарылмаған, пайдалануда болмаған, зауытта құрастырылған, түпнұсқа зауыттық қаптамада, көрінетін ақауларсыз, сызаттарсыз және механикалық зақымдануларсыз болуы тиіс. Тауарды қабылдау кезінде ақаулар, толық еместігі немесе зақымданулар анықталған жағдайда, Өнім беруші тауарды өз есебінен тиісті сападағы жаңа тауарға ауыстыруға міндеттенеді.

Жоғарыда аталған құжаттама шетел тілінде жасалған жағдайда, ол мемлекеттік және/немесе орыс тілдеріне түпнұсқаға сәйкес (аутентичті) аудармасымен бірге ұсынылуы тиіс.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17761031-1
Наименование закупки:	Плита нагревательная лабораторная
Номер лота:	№ 87625185-ЗЦП1
Наименование лота:	Плита нагревательная
Описание лота:	для быстрого и равномерного нагрева стаканов, колб и других объектов, лабораторная
Дополнительное описание лота:	Плита нагревательная лабораторная
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	471010000, Мангистауская область, г.Актау КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г.Актау, 4а мкр, 19 здание
Срок поставки:	В течении 50 календарных дней со дня заключения договора, но не позднее 25 декабря 2026 года
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование закупаемого товара: Плита нагревательная. Дополнительное описание лота: Плита нагревательная лабораторная. Количество: 1 Единица измерения: штука Место поставки товара: Мангистауская область, город Актау, Микрорайон 4 А, здание 19 Срок поставки: в течение 50 календарных дней со дня заключения договора, но не позднее 20 декабря 2026 года. Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара: Функциональность, назначение товара: Применение плиты должно обеспечивать стабильное распределение тепла и предотвращать локальный перегрев исследуемых веществ при проведении лабораторных анализов. Технические характеристики плиты: • Размеры рабочей (нагревательной) поверхности — не менее 440×280 мм; • Габаритные размеры плиты (Д×Ш×В) — не более 500×350×200 мм; • Диапазон регулирования температуры: нижняя граница — не более 40 °С, верхняя — не менее 400 °С; • Шаг установки температуры - не более 1 °С; • Нестабильность поддержания установленной температуры - не более 3 °С; • Таймер: диапазон настройки от 1 минуты до не менее 8 часов; • Питание: однофазная сеть переменного тока 220-230 В, 50 Гц • Потребляемая мощность плиты: не более 3,2 кВт; • Дисплей - наличие информативного дисплея с одновременным отображением заданной и фактической температуры нагрева; • Управление - электронная система регулирования температуры; • Наличие индикатора горячей поверхности, срабатывающего при температуре поверхности не выше 60 °С и работающего при отключенном нагреве. Наличие системы защиты оборудования от перегрева; • Защита корпуса - конструкция плиты должна предохранять внутренние электронные узлы от пролива жидкостей; • Материал рабочей поверхности - дюралюминий (либо иной металлический сплав с аналогичными высокими показателями теплопроводности); • Материал корпуса плиты - коррозионностойкая сталь. Сопутствующие услуги: Расходы на транспортировку, разгрузку и занос товара в помещение Заказчика несёт Поставщик; они включены в стоимость товара Поставщик обязан доставить товар по адресу, указанному Заказчиком в договоре. Вместе с товаром Поставщик обязан предоставить: 1. Паспорт (формуляр) изделия. 2. Инструкцию по эксплуатации (Руководство пользователя). 3. Гарантийный талон. При поставке товара Поставщик обязан предоставить копию действующего сертификата соответствия или декларации о соответствии требованиям применимых технических регламентов ЕАЭС (ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011).

Поставщик обязан предоставить официальный Гарантийный талон. Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания Акта приема-передачи товара. В случае поломки в гарантийный период все расходы на диагностику, ремонт или транспортировку несет Поставщик.

Поставляемый товар должен быть новым, не ранее 2026 года выпуска, не бывшим в употреблении, заводской сборки, в оригинальной заводской упаковке, без видимых дефектов, царапин и механических повреждений. В случае выявления дефектов, некомплектности или повреждений при приемке товара, Поставщик обязуется заменить товар на новый надлежащего качества за свой счет.

В случае если вышеуказанная документация составлена на иностранном языке, то она должна быть предоставлена с аутентичным переводом на государственный и/или русский языки.