

**Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы:	"Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу институты" акционерлік қоғамы
Ұйымдастырушының атауы:	"Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу институты" акционерлік қоғамы
Конкурстың №:	№ 17793244-1
Конкурстың атауы:	Биопсия құрылғысын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 86629807-OK1
Лоттың атауы	Қондырғы
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	265161.000.000002
Тауардың атауы*:	Қондырғы
Өлшем бірлігі*:	Комплект
Саны (көлемі)*:	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	34842500
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	34842500

Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	
Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде, бірақ 2026 жылғы 20 желтоқсаннан кешіктірмей
Жеткізу орны*	751110000, Алматы қ., Алмалы ауданы Алматы қ., Абая к., 91
Аванстық төлем мөлшері*:	0
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	

Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	37
Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	Сандық маммография жүйесіне арналған биопсия функциясы Amulet innovality сандық маммография жүйесімен үйлесімді модель, сериялық нөмірі: 36525133, Fujifilm Corporation шығарған, Жапония. Техникалық сипаттама Биопсиялық құрылғы мыналардан тұруы керек: Позиционер, басқару блогы, басқару панелі, биопсияға арналған қысу тақтасы, ине ұстағыштар ине бағыттағыштары, Қорғаныс тақтасы, калибрлеуге арналған Фантом, сынақ инелеріне арналған нұсқаулық, биопсияға арналған лицензиялық кілт, биопсияға арналған төсем, ине бағыттағышына арналған бекіткіштер. Ұсынылған құрылғы биопсия жинағы болуы керек. Бұл құрылғы пункциялық және вакуумдық биопсия үшін пайдаланылуы керек. Жүйе еңіс бұрыштары -15/+15-тен кем емес биопсия жасай алуы керек. Сандық биопсия блогындағы ине ұстағышты компьютер басқаруы керек және X, y, z координаттарында электр жетегі арқылы қозғалуы керек. Үш өлшемді локализация компьютерде жасалуы керек. Сандық биопсия барлық позицияларда кранио-каудальды және медиалатеральды қиғаш тік және бүйірлік осьтік қозғалыстармен, мақсатты белгілеумен, анықталған тәуекелі бар тіндер туралы ақпарат жинау жұмыс станциясындағы монитордың көмегімен жасалуы керек. Кескін деректері сандық түрде алынуы керек, ал күдікті зақымданудың кеңістіктік координаттары компьютерлік жүйеге және сол жерден биопсияны таңбалау механизміне берілуі керек.

Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	Үйлесімділікке, шығу тегіне, орнатуға және кепілдікке қойылатын талаптар Өнім беруші жеткізілетін бағдарламалық қамтамасыз етудің және қосымша жабдықтың Тапсырыс берушіде бар Fujifilm Corporation, Жапония шығарған цифрлық маммография жүйесімен, соның ішінде аппараттық, бағдарламалық және ақпараттық интеграциямен толық функционалдық үйлесімділігін қамтамасыз етуге міндетті. Жеткізу жеткізілім басталғанға дейін және орнату басталғанға дейін жеткізуші жеткізілетін бағдарламалық жасақтама мен қосымша жабдықтың сәйкестігін оның моделін, бағдарламалық жасақтама нұсқасын және орнатылған жабдықты ескере отырып, тапсырыс берушіде нақты орнатылған сандық маммография жүйесінің конфигурациясымен тексеруге міндетті. Жеткізілетін бағдарламалық жасақтама және қосымша жабдық өндірушінің түпнұсқа өнімі немесе тиісті маммография жүйесімен бірлесіп пайдалану үшін өндіруші ресми түрде қарастырған компоненттер болуы керек. Жеткізу кезінде жеткізуші жеткізілетін бағдарламалық жасақтама мен қосымша жабдықтың шығу тегі мен түпнұсқалығын растайтын құжаттарды ұсынуға міндетті. Барлық орнату жұмыстарын осы жұмыс түрлерін орындау құқығына Құжаттамалық растамасы бар мамандар орындауы керек. Өнім беруші қажетті лицензиялар мен бағдарламалық жасақтама компоненттерін орнатуды, қосуды, конфигурациялауды, іске қосуды, жеткізілетін бағдарламалық жасақтама мен қосымша жабдықты интеграциялауды және функционалды тестілеуді жүзеге асыруға міндетті. Мәлімделген функционалдылықты қамтамасыз ету үшін қажетті барлық жұмыстарды өнім беруші осы Шарт шеңберінде орындайды. Өнім жеткізілетін бағдарламалық қамтамасыз ету мен қосымша жабдыққа кепілдік мерзімі-Тапсырыс беруші жеткізілген жабдықты және орындалған жұмыстарды қабылдау туралы құжатқа қол қойған күннен бастап кемінде 37 (отыз жеті) ай.
--	--

Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	
---	--

Ескертпе:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
 2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
 3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
- *мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

**Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Акционерное общество "Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии"
Наименование организатора	Акционерное общество "Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии"
№ конкурса:	№ 17793244-1
Наименование конкурса:	Приобретение устройства биопсийного
Номер лота:	№ 86629807-OK1
Наименование лота:	Установка
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	265161.000.000002
Наименование товара*:	Установка
Единица измерения*:	Комплект
Количество (объем)*:	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	34842500
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	34842500

Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*:	В течении 20 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика, но не позднее 20 декабря 2026 года
Место поставки товара*:	751110000, г.Алматы, Алмалинский район г. Алматы, пр. Абая, 91
Размер авансового платежа* **:	0 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	

Гарантийный срок (в месяцах)	37
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Функция биопсии для цифровой системы маммографии совместимой с системой цифровой маммографии модели Amulet Innovality, серийный номер: 36525133, производства FUJIFILM Corporation, Япония. Техническая спецификация Устройство биопсийное должно состоять из: Позиционер, Блок управления, Панель управления, Компрессионная пластина для биопсии, Держатели игл направляющие для игл, Пластина защитная, Фантом для калибровки, Направляющая для тест-иглы, Лицензионный ключ для биопсии, Прокладка для биопсии, Фиксаторы направляющей для игл. Предлагаемое устройство должно представлять собой комплект для проведения биопсии. Это устройство должно иметь возможность использоваться для пункционной и вакуумной биопсии. Система должна быть в состоянии выполнять биопсию с углами наклона не хуже -15/+15. Иглодержатель в цифровом блоке биопсии должен управляться компьютером и должен перемещаться с помощью электропривода в координатах x, y, z. Трехмерная локализация должна иметь возможность быть выполненной на компьютере. Цифровая биопсия должна выполняться с кранио-каудальными и медиалатеральным косыми вертикальными и латеральными движениями оси во всех положениях с отметкой мишени с помощью монитора на рабочей станции сбора информации о тканях с выявленным риском. Данные изображения должны быть получены в цифровом виде, а пространственные координаты подозрительного поражения должны быть переданы в компьютерную систему, а оттуда в механизм маркировки биопсии.

Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	Требования к совместимости, происхождению, установке и гарантии □ Поставщик обязан обеспечить полную функциональную совместимость поставляемого программного обеспечения и дополнительного оборудования с имеющейся у Заказчика цифровой системой маммографии производства FUJIFILM Corporation, Япония, включая аппаратную, программную и информационную интеграцию. □ До поставки и начала инсталляции Поставщик обязан провести проверку совместимости поставляемого программного обеспечения и дополнительного оборудования с фактически установленной у Заказчика конфигурацией цифровой системы маммографии, с учетом ее модели, версии программного обеспечения и установленного оборудования. □ Поставляемое программное обеспечение и дополнительное оборудование должны быть оригинальной продукцией производителя, либо официально предусмотренными производителем компонентами для совместной эксплуатации с соответствующей системой маммографии. При поставке Поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие происхождение и оригинальность поставляемого программного обеспечения и дополнительного оборудования. □ Все установочные работы должны быть выполнены специалистами, имеющими документальное подтверждение на право выполнения данных видов работ. □ Поставщик обязан выполнить установку, подключение, настройку, активацию необходимых лицензий и программных компонентов, интеграцию и функциональное тестирование поставляемого программного обеспечения и дополнительного оборудования. Все работы, необходимые для обеспечения заявленной функциональности, выполняются Поставщиком в рамках настоящего договора. □ Гарантийный срок на поставляемое программное обеспечение и дополнительное оборудование — не менее 37 (тридцать семь) месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приемке поставленного оборудования и выполненных работ.
--	--

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	
--	--

Примечание

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
 2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
 3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
- * сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).