

**Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы:	Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Павлодар облыстық онкологиялық диспансері" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны
Ұйымдастырушының атауы:	Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Павлодар облыстық онкологиялық диспансері" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны
Конкурстың №:	№ 17845820-1
Конкурстың атауы:	ПТР зертханасы үшін медициналық жабдықтарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87828616-OK2
Лоттың атауы	Тоңазытқыш
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	231923.300.000090
Тауардың атауы*:	Тоңазытқыш
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	1582980
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	1582980

Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	
Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	Шарт жасалған сәттен бастап 60 күнтізбелік күн
Жеткізу орны*	551010000, Павлодар облысы, Павлодар қ. Ресей көшесі, 57/3 ғимарат
Аванстық төлем мөлшері*:	0
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	Тік фармацевтикалық тоңазытқыш. Температуралық режим +2 ~ +8°C артық емес, көлемі кемінде 316 л. Температура дәлдігі 0,1°C-ден артық емес. Мұдың қатпауын қамтамасыз ететін мәжбүрлі ауаны салқындату жүйесінің бар болуы. Сыртқы өлшемі 640x582x1880 мм артық емес. Ішкі өлшемі 540x425x1380 мм кем емес. Номиналды қуаты 215 Вт. Салмағы 92,5 кг артық емес. Температуралық режим +2 ~ +8°C артық емес, көлемі кемінде 316 л. Интерьердің материалы – тозаңдалған болат пластина. Панельдің алдыңғы бөлігінде басқару блогының, цифрлық дисплейдің, сенсорлық басқару батырмасының бар болуы. Сыртқы камера ақ түсті поксидті-полиэфирлі ұнтақты бояудан жасалған. Компрессордың және дренаж жүйесінің бар болуы. Электр қоректендіру 220 Вт, 50Гц. Жоғары/төмен температура, датчик қатесі, қуаттың істен шығуы, ашық есік туралы хабарлау сигналының бар болуы.

Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	37
Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	Тік фармацевтикалық тоңазытқыш. Температуралық режим +2 ~ +8°C артық емес, көлемі кемінде 316 л. Температура дәлдігі 0,1°C-ден артық емес. Мұдың қатпауын қамтамасыз ететін мәжбүрлі ауаны салқындату жүйесінің бар болуы. Сыртқы өлшемі 640x582x1880 мм артық емес. Ішкі өлшемі 540x425x1380 мм кем емес. Номиналды қуаты 215 Вт. Салмағы 92,5 кг артық емес. Температуралық режим +2 ~ +8°C артық емес, көлемі кемінде 316 л. Интерьердің материалы – тозаңдалған болат пластина. Панельдің алдыңғы бөлігінде басқару блогының, цифрлық дисплейдің, сенсорлық басқару батырмасының бар болуы. Сыртқы камера ақ түсті поксидті-полиэфирлі ұнтақты бояудан жасалған. Компрессордың және дренаж жүйесінің бар болуы. Электр қоректендіру 220 Вт, 50Гц. Жоғары/төмен температура, датчик қатесі, қуаттың істен шығуы, ашық есік туралы хабарлау сигналының бар болуы.

Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	Жеткізуші жұмыс орнына жеткізуді, жабдықты түсіруді, орауды, орнатуды, аспаптарды баптауды және іске қосуды, олардың сипаттамаларын осы құжатқа және фирманың ерекшелігіне сәйкестігін тексеруді (дәлдік, сезімталдық, өнімділік және басқалар), медициналық оқытуды (аппликациялық тренинг) және техникалық персоналды (растайтын құжатты бере отырып, қызмет көрсетудің базалық деңгейін) Тапсырыс берушіні тарта отырып, өнім беруші жүзеге асырады, штатта тиісті мамандар, өндіруші қызметкерлері болмаған жағдайда. Жұмыстар өртке қарсы ережелерді, қауіпсіздік техникасын және нормалар мен ережелерге сәйкес жұмыстарды орындау кезінде еңбекті қорғау жөніндегі өзге де талаптарды сақтай отырып, сондай-ақ қоршаған ортаны қорғау жөніндегі ережелерді сақтай отырып жүзеге асырылуға тиіс. Еңбекті қорғау жөніндегі ережелер мен талаптардың кез келген бұзушылықтары үшін, сондай-ақ осы бұзушылықтардың салдары үшін Өнім беруші жауапты болады.
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	Тауар жеткізуді жүзеге асыру кезінде Өнім беруші Тапсырыс берушіге тауардың бағдарламалық жасақтамасына қолжеткізу үшін барлық сервис-кодтарды ұсынады. Медициналық техникаға кепілдік сервистік қызмет көрсету 37 айдан кем емес. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанда 1 реттен кем болмауы тиіс. Техникалық қызмет көрсету жөніндегі жұмыстар пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалуы тиіс және мыналардан тұрады. - істен шыққан негізгі бөліктерді ауыстыру; - медициналық техниканың жеке бөліктерін ауыстыру немесе қолпына келтіру; - медициналық техниканы теңшеу және реттеу; осы медициналық техникаға сай ерекше жұмыстар және т.б. - негізгі механизмдерді және тораптарды тазалау, майлау және қажет болған кезде сұрыптау. - медициналық техника корпусының оның құрамдас бөліктерінің сыртқы және ішкі беттерінен шаңды, кірді, коррозия мен тотығу іздерін кетіру (ішінара блокты-тораптық бөлшектеумен); - медициналық техниканың нақты түрі үшін ерекше пайдалану құжаттамасында аталған басқа операциялар - Тапсырыс берушіге екі тілде аудармасы бар техникалық және пайдалану құжаттамасының жиынтығын, шығу тегі сертификатын ұсыну.

Ескертпе:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

**Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарский областной онкологический диспансер" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области
Наименование организатора	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарский областной онкологический диспансер" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области
№ конкурса:	№ 17845820-1
Наименование конкурса:	Приобретение медицинского оборудования для ПЦР-лаборатории
Номер лота:	№ 87828616-ОК2
Наименование лота:	Холодильник
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	231923.300.000090
Наименование товара*:	Холодильник
Единица измерения*:	Штука
Количество (объем)*:	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	1582980
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	1582980

Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*:	60 календарных дней с момента заключения Договора
Место поставки товара*:	551010000, Павлодарская область, г.Павлодар ул. Российская, строение 57/3
Размер авансового платежа* **::	0 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов накупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристикикупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	Вертикальный фармацевтический холодильник. Температурный режим не более +2 ~ +8°C, не менее объем 316 л. Точностью температуры не более до 0,1°C. Наличие системы принудительного воздушного охлаждения обеспечивающее отсутствие образования наледи. Внешний размер не более 640x582x1880 мм. Внутренний размер не менее 540x425x1380 мм. Номинальная мощность 215 Вт. Вес не более 92,5 кг. Температура не более +2 ~ +8°C. Объем не менее 316 л. Материал интерьера – стальная пластина с напылением. Наличие блока управления в передней части панели, цифровой дисплей, сенсорные клавиши управления. Внешняя камера белого цвета из эпоксидно-полиэфирного порошкового покрытия. Наличие компрессора и дренажной системы. Электропитание 220 В, 50 Гц. Наличие сигналов предупреждения о: высокая/низкая температура, ошибка датчика, сбой питания, дверь открыта.
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	

Гарантийный срок (в месяцах)	37
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Вертикальный фармацевтический холодильник. Температурный режим не более +2 ~ +8°C, не менее объем 316 л. Точностью температуры не более до 0,1°C. Наличие системы принудительного воздушного охлаждения обеспечивающее отсутствие образования наледи. Внешний размер не более 640x582x1880 мм. Внутренний размер не менее 540x425x1380 мм. Номинальная мощность 215 Вт. Вес не более 92,5 кг. Температура не более +2 ~ +8°C. Объем не менее 316 л. Материал интерьера - стальная пластина с напылением. Наличие блока управления в передней части панели, цифровой дисплей, сенсорные клавиши управления. Внешняя камера белого цвета из эпоксидно-полиэфирного порошкового покрытия. Наличие компрессора и дренажной системы. Электропитание 220 В, 50 Гц. Наличие сигналов предупреждения о: высокая/низкая температура, ошибка датчика, сбой питания, дверь открыта.
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	Поставщик обязан выполнить доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. Работы должны осуществляться с соблюдением противопожарных правил, техники безопасности и иных требований по охране труда при выполнении работ в соответствии с нормами и правилами, а также соблюдением правил по охране окружающей среды. Ответственность за любые нарушения правил и требований по охране труда, а также за последствия этих нарушений несет Поставщик.

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. Предоставление Заказчику комплекта технической и эксплуатационной документации с переводом на двух языках, сертификат происхождения.
---	---

Примечание

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
 2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
 3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
- * сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).