

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по техническому обслуживанию и ремонту медицинского оборудования —
дефибриллятора Philips HeartStart Intrepid

1.Заказчик: ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» управления здравоохранения Туркестанской области.

Место выполнения работ: г. Шымкент, ул. Майлы Кожа, 4.

Наименование оборудования: Дефибриллятор Philips HeartStart Intrepid — 1 (одна) единица.

2. Перечень и объем выполняемых работ

Исполнитель должен выполнить комплекс работ по восстановлению полной работоспособности дефибриллятора, включающий:

1. Первичную диагностику технического состояния оборудования с выявлением неисправностей.
2. Демонтаж неисправной аккумуляторной батареи.
3. Поставку и установку новой оригинальной аккумуляторной батареи, совместимой с указанной моделью дефибриллятора.
4. Настройку и регулировку параметров оборудования после замены аккумуляторной батареи.
5. Проверку электрических цепей питания и работоспособности устройства.
6. Тестирование режимов зарядки аккумуляторной батареи и автономной работы дефибриллятора.
7. Контрольное тестирование дефибриллятора после выполнения ремонтных работ.
8. Проверку работоспособности основных функций оборудования.
9. Проведение итоговой диагностики с подтверждением восстановления полной работоспособности оборудования.

3. Все работы (услуги) должны выполняться в соответствии с технической и эксплуатационной документацией производителя оборудования.

3.1. Устанавливаемая аккумуляторная батарея должна быть новой, ранее не использованной, без дефектов, соответствовать техническим требованиям и обеспечивать полноценную эксплуатацию дефибриллятора.

3.2. После завершения ремонта и технического обслуживания оборудование должно быть полностью исправным, обеспечивать штатную работу и успешно проходить функциональное тестирование.

3.4. По результатам выполненных работ Исполнитель предоставляет акт выполненных работ с указанием произведенных ремонтных работ, замененных запасных частей и результатов итогового тестирования.

3.5. Все расходы, связанные с диагностикой, приобретением и заменой аккумуляторной батареи, транспортировкой, настройкой, тестированием и иными необходимыми мероприятиями, включены в стоимость работ.

4. Срок оказания услуг (выполнения работ): по заявке Заказчика в течении 2026 года.

5. Гарантия на оказанные услуги (выполненные работы) и установленную аккумуляторную батарею — не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания акта выполненных работ.

В течение гарантийного срока Исполнитель обязан за собственный счет устранять неисправности, возникшие вследствие ненадлежащего выполнения ремонтных работ или дефектов установленной запасной части.

Philips heartstart Intrepid медициналық дефибриллятор жабдығына техникалық қызмет көрсету және жөндеу бойынша

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1. Тапсырыс беруші: Түркістан облысы Денсаулық сақтау басқармасының "Облыстық клиникалық аурухана" ШЖҚ МКК.

Жұмыстарды орындау орны: Шымкент қ., Майлы Қожа к-сі, 4.

Жабдықтың атауы: Philips Heartstart Intrepid дефибрилляторы - 1 (бір) бірлік.

2. Орындалатын жұмыстардың тізбесі мен көлемі

Орындаушы дефибриллятордың толық жұмыс қабілеттілігін қалпына келтіру бойынша жұмыстар кешенін орындауы тиіс, оның ішінде:

1. Ақауларды анықтаумен Жабдықтың техникалық жай-күйін бастапқы диагностикалау.

2. Ақаулы батарея жинағын бөлшектеу.

3. Көрсетілген дефибриллятор үлгісімен үйлесімді жаңа түпнұсқа аккумуляторды жеткізу және орнату.

4. Батарея жинағын ауыстырғаннан кейін жабдықтың параметрлерін реттеу және реттеу.

5. Электр тізбектерін және құрылғының жұмысын тексеру.

6. Батареяны зарядтау және дефибриллятордың батареяның қызмет ету мерзімін тексеру.

7. Жөндеу жұмыстарын орындағаннан кейін дефибрилляторды бақылау сынағы.

8. Жабдықтың негізгі функцияларын тексеру.

9. Жабдықтың толық жұмыс қабілеттілігін қалпына келтіруді растай отырып, қорытынды диагностика жүргізу.

3. Барлық жұмыстар (қызметтер) жабдық өндірушінің техникалық және пайдалану құжаттамасына сәйкес орындалуы тиіс.

3.1. Орнатылатын аккумуляторлық батарея жаңа, бұрын пайдаланылмаған, ақаусыз, техникалық талаптарға сай болуы және дефибриллятордың толық жұмыс істеуін қамтамасыз етуі тиіс.

3.2. Жөндеу және техникалық қызмет көрсету аяқталғаннан кейін жабдық толық жарамды болуы, штаттық жұмысты қамтамасыз етуі және функционалдық тестілеуден сәтті өтуі тиіс.

3.4. Орындалған жұмыстардың нәтижелері бойынша орындаушы жүргізілген жөндеу жұмыстарын, ауыстырылған қосалқы бөлшектерді және қорытынды тестілеу нәтижелерін көрсете отырып, орындалған жұмыстардың актісін ұсынады.

3.5. Диагностикаға, аккумуляторлық батареяны сатып алуға және ауыстыруға, тасымалдауға, конфигурациялауға, тестілеуге және басқа да қажетті шараларға байланысты барлық шығындар жұмыс құнына кіреді.

4. Қызмет көрсету (Жұмыстарды орындау) мерзімі: Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 2026 жыл ішінде.

5. Көрсетілген қызметтерге (орындалған жұмыстарға) және орнатылған аккумуляторлық батареяға кепілдік — орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 (он екі) ай.

Кепілдік мерзімі ішінде Орындаушы жөндеу жұмыстарының тиісінше орындалмауы немесе белгіленген қосалқы бөліктің ақаулары салдарынан туындаған ақауларды өз есебінен жоюға міндетті.