

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17851920-1
Сатып алудың атауы:	Гематологияға арналған реагенттер жинағы. ДИЗ Астана
Лоттың нөмірі:	№ 82097490-ОИЗ
Лоттың атауы:	Реагенттер жинағы
Лоттың сипаттауы:	қанның пішіндік элементтерін бояуға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Комплект реагентов для гематологии
Саны, көлемі:	1469
Өлшем бірлігі:	Бір мысқал
Жеткізу орны:	711310000, Астана қ., Сарыарқа ауданы Абайға 150 жыл көшесі, 22/3
Жеткізу мерзімі:	техникалық ерекшелікке сәйкес
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Реагенттерге қойылатын талаптар Реагенттер Abacus Junior Vet 3.10 гематологиялық анализаторымен пайдалануға толық дайын болуы тиіс. Реагенттер жиынтығының құрамында қажетті көлемде төменде көрсетілген реагенттер болуы және кемінде 1469 зерттеу жүргізуге жеткілікті болуы қажет: Қандағы лейкоциттерді, лимфоциттерді және басқа да формалық элементтерді өлшеуге, сондай-ақ гемоглобинді анықтау мақсатында қан үлгілерін антикоагулянтпен сұйылтуға арналған изотониялық сұйылтқыш ерітінді. Бір контейнердің көлемі 20 литрден аспауы тиіс-2канистр. Лейкоциттерді дифференциациялау үшін қанның алғашқы сұйылтпасына қосылатын лизистеуші ерітінді (Nemax 300VET және ASPAN). Әрбір 1 литрлік контейнер герметикалық жабылған, сынбайтын ыдыста болуы тиіс-6 бөтелше. Тромбоциттер мен эритроциттерді анықтауға арналған қанның екінші сұйылтпасына қосылатын тазартқыш ерітінді. Әрбір 1 литрлік контейнер герметикалық жабылған, сынбайтын ыдыста болуы тиіс-3 бөтелше. Анализатор жүйесін жууға арналған шаю ерітіндісі. Әрбір 1 литрлік контейнер герметикалық жабылған, сынбайтын ыдыста болуы тиіс-3 бөтелше. Өндіруші берген сапа сертификаты (паспорты) қоса ұсынылуы қажет. Реагенттердің жарамдылық мерзімі кемінде 3 (үш) жыл болуы тиіс. Жеткізу сәтінде жарамдылық мерзімінің кемінде 80%-ы сақталған болуы қажет. Жинақтарды жеткізу кезінде келесі құжаттар ұсынылуы тиіс: пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (инструкцияның) түпнұсқа тілдегі нұсқасы, сондай-ақ мемлекеттік және/немесе орыс тіліне нотариат куәландырған аудармасы; өндіруші берген сапа сертификаты. Жеткізу мерзімі: Тапсырыс берушінің тапсырысы берілген күннен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде. Жеткізу орны: Астана қаласы, Абай көшесінің 150 жылдығы көшесі, 22/3.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17851920-1
Наименование закупки:	Комплект реагентов для гематологии, ДИЗ Астана
Номер лота:	№ 82097490-ОИЗ
Наименование лота:	Набор реагентов
Описание лота:	для окрашивания форменных элементов крови
Дополнительное описание лота:	Комплект реагентов для гематологии
Количество:	1469
Единица измерения:	Доза
Места поставки:	711310000, г.Астана, район Сарыарка улица 150 лет Абая 22/3
Срок поставки:	согласно технической спецификации
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Требования к реагентам. Реагенты должны быть произведены к использованию для гематологического анализатора Abacus junior vet 3.10. Комплект реагентов должны входить следующие реагенты в требуемых объемах и хватать не менее чем на 1469 анализов: 1. Изотонический разбавитель. Предназначен для разбавления проб крови с антикоагулянтом при проведении измерений лейкоцитов, лимфоцитов, других форменных элементов крови, а также для анализа гемоглобина. Фасовка: канистры объемом не более 20 литров. Количество: 2 канистры. 2. Лизирующий раствор. Предназначен для добавления в первое разведение крови с целью дифференциации лейкоцитов. Совместимость с анализаторами Hemax 300 VET и ASPAN. Фасовка: по 1 литру в герметичной небьющейся таре. Количество: 6 бутылей. 3. Очищающий раствор. Предназначен для добавления во второе разведение крови при проведении анализа тромбоцитов и эритроцитов. Фасовка: по 1 литру в герметичной небьющейся таре. Количество: 3 бутылки. 4. Промывающий раствор. Предназначен для промывки системы анализатора Фасовка: по 1 литру в герметичной небьющейся таре. Количество: 3 бутылки. Наличие сертификата (паспорта) качества от производителя. Срок годности реагентов должен составлять не менее 3 (трех) лет. На момент поставки остаточный срок годности должен составлять не менее 80% от общего срока годности. При поставке наборов: - инструкцию/наставление по применению на языке оригинала, а также перевод на Государственный и/или русский язык с нотариальным переводом; - сертификат качества товара от производителя. Срок поставки: 30 календарных дней с момента подачи заявки Заказчиком. Место поставки: город Астана, ул. 150 лет Абая 22/3.