

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17770367-1
Сатып алудың атауы:	Дезинфекциялық камераны сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 84589207-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Камера
Лоттың сипаттауы:	бу әуелік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Дезинфекциялық камера
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	104030100, Абай облысы, Бородулиха ауданы, Бородулиха а. Абай облысы, Бородулиха ауданы, Бородулиха а. Тәуелсіздік көшесі 187
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс беруші өтінімді жіберген сәттен бастап 15 күнтізбелік күн.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Дезинфекциялық камера. Киімді, аяқ киімді, төсек-орын жабдықтарын және басқа заттарды бу-ауа және бу-формалин әдістері бойынша дезинфекциялауға (дезинсекциялауға), сондай-ақ бу-ауа әдісі бойынша кітаптарды дезинфекциялауға арналған. ГОСТ 20509-75. Оның жеке бу көзі бар. Камераны басқару автоматты. Бу генераторына су беру және оның деңгейін жұмыс режимінде қолдау автоматты түрде жүреді. Камераның ішкі көлемі: жалпы 1,89 м3 кем емес, тиеу 1,3 м3 кем емес. Бір реттік жүктеу кем дегенде 3 жиынтық (мақта матрасы, жастық, көрпе) немесе кем дегенде 36 кг іш киім болуы мүмкін. Камераның ішкі өлшемдері: ұзындығы кемінде 1310 мм, ені кемінде 710 мм, биіктігі кемінде 1950 мм. Камераның жалпы өлшемдері: ұзындығы 1400 мм-ден аспайды, ені 998 мм-ден аспайды, биіктігі 2015 мм-ден аспайды. Салмағы 350 кг аспайды. Камера корпусы жиналмалы, 6 панельден және 2 есіктен тұрады. Есікті оңға немесе солға ашуға орнату мүмкіндігі. Есіктерді бекітетін құрылғылар 4 дана (әр есікке 2 дана). Сыртқы панельдердің материалы-боялған болат. Ішкі камераның материалы, су буымен және формальдегид буларымен жанасатын беттер мен камера элементтері - боялған болат. Камера науасының материалы - тот баспайтын болат. Бу түзетін материалы -тот баспайтын болат. Бу түзгіштің көлемі кемінде 25 литр. Жұмыс температурасының диапазоны: +50-ден +100 С градусқа дейін. Қуат: айнымалы ток 3 фазалы, кернеуі 380 В аспайды. Тұтынылатын қуат 7 кВт-тан аспайды. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық, температура мен ылғалдылық өлшегіш-реттегішті пайдалану жөніндегі нұсқаулық. Операциялық басқару және параметрлерді басқару үшін сегменттік дисплеймен микропроцессорлық басқару жүйесі. Қосалқы бөлшектер: ауаға арналған электржылытқыштар (кемінде 1 дана), су арналған электржылытқыштары (кемінде 1 дана). Байланысты қызметтер: жеткізуші жеткізілетін дезинфекциялық камераны орнатуы керек, іске қосу-жөндеу қызметтері, жеткізуші өкілінің қатысуымен жеткізілген жабдықты тексеруді және сынауды жүзеге асыру.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17770367-1
Наименование закупки:	Приобретение дезинфекционной камеры
Номер лота:	№ 84589207-ЗЦП1
Наименование лота:	Камера
Описание лота:	паровоздушная
Дополнительное описание лота:	Камера дезинфекционная
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	104030100, область Абай, Бородулихинский район, с.Бородулиха область Абай, Бородулихинский район, с.Бородулиха ул.Тәуелсіздік 187
Срок поставки:	15 календарных дней с момента направления Заказчиком заявки.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Камера дезинфекционная. Предназначена для дезинфекции (дезинсекции) одежды, обуви, постельных принадлежностей и других вещей по паровоздушному и пароформалиновому методам, а также дезинфекции книг по паровоздушному методу. ГОСТ 20509-75. Имеет собственный источник пара. Управление камеры автоматическое. Подача воды в парогенератор и поддержка ее уровня в рабочем режиме происходит автоматически. Внутренний объем камеры общий не менее 1,89 м3, загрузочный не менее 1,3 м3. Разовая загрузка возможная не менее 3 комплектов (ватный матрас, подушка, одеяло) или не менее 36 кг белья. Внутренние размеры камеры: длина не менее 1310 мм, ширина не менее 710 мм, высота не менее 1950 мм. Габаритные размеры камеры: длина не более 1400 мм, ширина не более 998 мм, высота не более 2015 мм. Масса не более 350 кг. Корпус камеры РАЗБОРНЫЙ, состоит из 6 панелей и 2 дверей. Возможность установки двери на правое или левое открывание. Запирающие устройства дверей 4 шт (по 2 на каждую дверь). Материал внешних панелей обшивки - окрашенная сталь. Материал внутренней камеры, поверхностей и элементов камеры, соприкасающихся с водяным паром и парами формальдегида - окрашенная сталь. Материал поддона камеры - нержавеющей сталь. Объем парообразователя не менее 25 литров. Диапазон рабочих температур: от +50 до +100 градусов С. Питание: ток переменный 3-фазный, напряжение не более 380В. Потребляемая мощность не более 7 кВт. Руководство по эксплуатации, руководство по эксплуатации измерителя-регулятора температуры и влажности. Микропроцессорная система управления с сегментным дисплеем для оперативного контроля и управления параметрами. Запасные части: электронагреватели для воздуха (не менее 1 штуки), для воды (не менее 1 штуки). Сопутствующие услуги: поставщику необходимо выполнить монтаж и установку поставляемой дезинфекционной камеры, пусконаладочные услуги, в присутствии представителя поставщика осуществить проверку и испытание поставленного оборудования.