

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17784337-1
Сатып алудың атауы:	Үстел металлдан жасалған, аспаптық
Лоттың нөмірі:	№ 83993785-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Үстел
Лоттың сипаттауы:	металлдан жасалған, аспаптық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Согласно технической сецификации (Стол для лабораторного оборудования)
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791110000, Шымкент қ., Абай ауданы Шымкент қаласы, Крейсер Аврора көшесі, 48
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған күннен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде, Егер өнім беруші отандық тауар өндіруші болып табылса, тауарды жеткізу: шарт жасалғаннан кейін 60 күнтізбелік күнен кем емес
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Зертханалық жабдықтарға арналған үстел. Габариттік өлшемдері: ұзындығы — кемінде 1200 мм; тереңдігі — кемінде 600 мм; биіктігі — кемінде 900 мм. Үстелдің конструкциясы: каркас — тұтас дәнекерленген, күшейтілген. Материалы: қимасы кемінде 40×40×1,5 мм профильді болат құбыр. Қаттылық пен тұрақтылықты қамтамасыз ету үшін міндетті түрде қосымша байланыс (обвязка) қарастырылған болуы тиіс. Қаптамасы: ашық сұр түсті полимерлі ұнтақты бояу. Қаптама коррозияға, механикалық зақымдануға және дезинфекциялық құралдардың әсеріне төзімді болуы тиіс, рұқсат етілетін біркелкі жүктеме — кемінде 300 кг. Тіректері: үстел аяқтары реттелетін тіректермен жабдықталуы тиіс, реттеу диапазоны кемінде 0–30 мм; тайғанауға қарсы төсемдер болуы тиіс; үстел пайдалану кезінде шайқалмайтын және жылжымайтын, тұрақты болуы тиіс. Дірілге қарсы жүйе (демпферлік элементтер): конструкция үстелдің үстіңгі тақтасы мен металл каркасының арасында орнатылатын демпферлік элементтердің болуын міндетті түрде қарастыруы тиіс. Демпферлік элементтер тозуға төзімді материалдардан (резеңке, полиуретан немесе ұқсас материалдар) жасалуы тиіс, қалыңдығы кемінде 3 мм болуы тиіс, механикалық тербелістер мен дірілдің берілуін тиімді төмендетуі тиіс, жұмыс кезінде шуды азайтуы тиіс, ылғалға, дезинфекциялық құралдарға және химиялық реагенттерге төзімді болуы тиіс және пайдалану мерзімі бойы өз қасиеттерін сақтауы тиіс. Демпферлік элементтердің бекітілуі сенімді болуы және пайдалану кезінде орын ауыстыруды болдырмауы тиіс. Үстелдің жұмыс беті тұтас керамогранит плитадан жасалуы тиіс, жіктері, қосылыстары, саңылаулары болмауы керек, монолитті құрылымда болуы тиіс. Жұмыс беті су өткізбейтін, гигроскопиялық емес болуы тиіс, дезинфекциялық құралдарға, қышқылдарға, сілтілерге, еріткіштерге және химиялық реагенттерге төзімді болуы тиіс, механикалық зақымдануға төзімді болуы тиіс, кемінде 150°С температуралық әсерге төтеп беруі тиіс, беті тегіс, кеуексіз және микрожарықсыз болуы тиіс, тазалау және дезинфекция жүргізуге ыңғайлы болуы тиіс. Түсі — біртекті ашық сұр (Тапсырыс берушімен келісу қажет). Бет жоғары температура мен ыстық зертханалық жабдықтардың қысқа мерзімді әсері кезінде де деформациясыз өзінің пайдалану қасиеттерін сақтауы тиіс. Электрмен жабдықтау: артқы панель кемінде 2 дана шашыраудан қорғалған электр розеткаларымен жабдықталуы тиіс, розеткалар үстел бетінің үстінде орналасуы тиіс. Барлық электр қосылыстары мен кабельдік желілер ашық сымдарсыз, конструкция ішінде немесе кабель-арналарда жасырын жүргізілуі тиіс. Үстел үстіңгі тақтасының астында орналасқан жылжымалы тумбамен жабдықталуы тиіс, әрқайсысында үш тартпасы бар, роликті бағыттағыштармен және кездейсоқ түсіп кетуден қорғанысы бар. Тумбаның жоғарғы тартпасы құлыппен жабылуы тиіс. Подкатты тумба екі доңғалақты тіректермен жабдықталуы тиіс, алдыңғы екі тірек тежеу механизмімен жабдықталуы тиіс, биіктігі реттелетін болуы тиіс. Конструкцияға қойылатын талаптар: шығып тұрған бекіткіш элементтер болмауы тиіс, барлық элементтер пайдалану кезінде қауіпсіз болуы тиіс, конструкция пайдалануға ыңғайлы болуы тиіс. Материалдар қызметкерлер үшін қауіпсіз болуы тиіс, зиянды заттар бөлмеуі тиіс және зертханаларда қолдануға рұқсат етілуі тиіс. Жеткізу құрамына жеткізу, түсіру, зертханаға кіргізу және жинау кіреді және жеткізушінің есебінен жүзеге асырылады. Тауар міндетті түрде сапасын растайтын құжатпен бірге жеткізілуі тиіс. Модель, түс, фурнитура және жинақтау элементтері Тапсырыс берушімен міндетті түрде келісуге жатады. Кепілдік мерзімі кемінде 12 ай. Тауар жаңа болуы тиіс, пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген және жөнделмеген,

	2025 жылдан ерте өндірілмеген болуы тиіс. Үстелге түсетін біркелкі жүктеме — кемінде 150 кг.
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17784337-1
Наименование закупки:	Стол металлический, приборный
Номер лота:	№ 83993785-ЗЦП1
Наименование лота:	Стол
Описание лота:	металлический, приборный
Дополнительное описание лота:	Согласно технической сецификации (Стол для лабораторного оборудования) ЮКО
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791110000, г.Шымкент, Абайский район город Шымкент, улица Крейсер Авроры, 48
Срок поставки:	В течении 30 календарных дней с даты заключения договора, В случае, если поставщик является отечественным товаропроизводителем поставка товара будет: не менее 60 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Стол для лабораторного оборудования габаритные размеры: длина: не менее 1200 мм; глубина: не менее 600 мм; высота: не менее 900 мм. Конструкция стола: каркас: цельносварной, усиленный. Материал: профильная стальная труба сечением не менее 40×40×1,5 мм. Наличие обвязки для повышения жёсткости конструкции — обязательно. Покрытие: полимерная порошковая окраска светло-серого цвета. Покрытие должно быть устойчивым к: коррозии, механическим повреждениям, воздействию дезинфицирующих средств, допустимая распределённая нагрузка: не менее 300 кг. Опоры: ножки должны быть оснащены регулируемыми опорами: диапазон регулировки: не менее 0–30 мм; Наличие противоскользящих накладок; Стол должен быть устойчивым, без раскачивания и смещения при эксплуатации. Виброизоляция (демпфирующие элементы). Конструкция стола должна предусматривать обязательное наличие демпфирующих элементов, установленных между столешницей и металлическим каркасом. Демпфирующие элементы должны: быть выполнены из износостойких материалов (резина, полиуретан или аналогичные виброизоляционные материалы); иметь толщину не менее 3 мм; обеспечивать эффективное снижение передачи механических колебаний и вибраций; снижать уровень шума при эксплуатации; быть устойчивыми к воздействию влаги, дезинфицирующих средств и химических реагентов; сохранять свои свойства в течение всего срока эксплуатации изделия. Крепление демпфирующих элементов должно обеспечивать их надёжную фиксацию и исключать смещение в процессе эксплуатации. Столешница должна быть выполнена из цельной керамогранитной плиты не иметь швов, стыков, зазоров и щелей иметь монолитную структуру. Столешница стола должна быть влагонепроницаемая, неигроскопичная, устойчива к дезинфицирующим средствам, кислотам, щелочам, растворителям, химических реактивов, устойчива к механическим повреждениям, выдерживать температурное воздействие не менее 150 °С, поверхность гладкая, без пор и микротрещин, удобная для очистки и дезинфекции, Цвет: однотонный светло-серый (Согласовать с Заказчиком). Поверхность должна сохранять эксплуатационные свойства при кратковременном воздействии высоких температур и горячих лабораторных приборов без деформаци. Электрооснащение: Задняя панель должна быть оснащена: не менее 2 брызгозащитными электрическими розетками, розетки должны быть установлены над столешницей. Стол должен быть оснащён подкатной тумбой, установленной под столешницей, с тремя выдвижными полками каждая, на роликовых направляющих с защитой от случайного выпадения. Верхняя полка тумбы должны запираться на замок. Подкатная тумба должна оснащается двухколёсными опорами, регулируемые по высоте; две передние опоры должны быть оборудованы стопорным механизмом. Все электрические соединения и кабельные линии должны быть скрыты внутри конструкции или кабель-каналов без открытых проводов Требования к конструкции: отсутствие выступающих крепёжных элементов, все элементы должны быть безопасны при эксплуатации, конструкция должна обеспечивать удобство. Материалы должны: быть безопасными для персонала, не выделять вредных веществ, допускаться к использованию в лабораториях. В

поставку входит: доставка, разгрузка, занос в помещение лаборатории, сборка за счёт поставщика. В обязательном порядке товар должен сопровождаться документом, подтверждающим качество товара. Модель, цвет, фурнитура, комплектующие подлежат обязательному согласованию с Заказчиком. Гарантийный срок: не менее 12 месяцев, товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации; не восстановленным и не после ремонта; изготовленным не ранее 2025 года. Распределенная нагрузка на стол – не менее 150 кг.
