

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17779945-1
Сатып алудың атауы:	Стоматологияға арналған медициналық бұйымдарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87771281-ЗЦПЗ
Лоттың атауы:	Мамандандырылған шам
Лоттың сипаттауы:	ЖҰҚЖ үшін, цоколь типі - сымдар домалақ ұялы жалғағышымен, қуаты 45 Вт
Лоттың қысқаша сипаттауы:	DTE LUX полимерлеу шамы
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351010000, Қарағанды облысы, Қарағанды қ. Мұқанов көшесі, 5/4 ғимарат, ҚҚ.
Жеткізу мерзімі:	20 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	DTE LUX полимерлеу шамы. Жарықпен қатайтылатын полимерлермен және композиттермен жұмыс істеу үшін. Құрылғыда бактериялардың ауыз қуысына енуіне жол бермейтін 50 бір реттік полиэтилен қақпағы бар. Жарық диоды 220 градусқа осьтік айналу функциясымен жабдықталған және оның қисық ұшы дистальды бөлімде ыңғайлы жұмыс істеуге ықпал етеді, әсіресе пациенттің аузын кең аша алмай қиналса. Сондай-ақ, негізгі блоктың ұстағышы болып табылатын зарядтағыш бар. Ол бір уақытта екі функцияны орындайды: негізгі блоктың аккумуляторын қайта зарядтау және жұмыс уақытынан кейінгі стенд. Зарядтау процесінде дөңгелек индикатор қызғылт сары түске ие, құрылғы толық зарядталған кезде түс жасылға өзгереді. Сымсыз; сандық жарқын дисплей; Жадты пайдаланып полимерлеу уақытын (5, 10, 15 және 20 секунд) орнату; Жарық өткізгішке арналған бір реттік ауыстырылатын қақпақтар; Батареяның үлкен сыйымдылығы-толық заряд 10 секунд ішінде 400 циклден асады; 3 жұмыс режимі: толық қуат, қуаттың жоғарылауы, импульстік; Жарық ағынының тұрақты қуаты батарея зарядының деңгейіне байланысты емес; Жарық өткізгішті ось бойынша 220 градусқа бұру; Жоғары қуат; Корпусқа кіріктірілген жарық диоды болуы керек, бұл оның қызып кетуіне жол бермейді. Жинақ: полимерлеу шамы – 1 дана; жарық өткізгіш – 1 дана; Зарядтағыш – 1 дана; Адаптер – 1 дана.; Бір реттік Жарық өткізгіштің қақпағы – 50 дана; аккумуляторлық батарея – 1 дана; пайдалану жөніндегі Нұсқаулық – 1 дана.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17779945-1
Наименование закупки:	Закуп медицинских изделий для стоматологии
Номер лота:	№ 87771281-ЗЦПЗ
Наименование лота:	Лампа специализированная
Описание лота:	для ИВПП, тип цоколя - провода с круглым гнездовым разъемом, мощность 45 Вт
Дополнительное описание лота:	Полимеризационная лампа DTE LUX
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351010000, Карагандинская область, г.Караганда ул. Муканова, д. строение 5/4, оф.
Срок поставки:	20 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Полимеризационная лампа DTE LUX. Для работы со светоотверждаемыми полимерами и композитами. В комплектацию устройства входят 50 одноразовых полиэтиленовых чехлов, которые предотвращают попадание бактерий в ротовую полость. Световод оснащен функцией осевого вращения на 220 градусов, а его изогнутый кончик способствует более комфортной работе в дистальном отделе, особенно если у пациента есть проблемы с возможностью широко открывать рот. Также в комплект входит зарядное устройство, которое представляет собой держатель основного блока. Оно одновременно выполняет две функции: подзарядка аккумуляторной батареи основного блока и подставка в нерабочее время. В процессе зарядки круговой индикатор имеет оранжевый цвет, при полном заряде устройства цвет меняется на зелёный. Беспроводная; Цифровой яркий дисплей; Установка времени полимеризации (5, 10, 15 и 20 секунд) с использованием памяти; Одноразовые сменные чехлы для световода; Большая емкость батареи – полного заряда хватает более чем на 400 циклов по 10 секунд; 3 режима работы: полная мощность, возрастающая мощность, импульсный; Стабильная мощность светового потока, не зависит от уровня заряда аккумулятора; Поворот световода по оси на 220 градусов; Высокая мощность; Должна иметь встроенный в корпус светодиод, что предотвращает его перегрев. Комплектация: Полимеризационная лампа – 1 шт.; Световод – 1 шт.; Зарядное устройство – 1 шт.; Адаптер – 1 шт.; Чехол на световод одноразовый – 50 шт.; Аккумуляторная батарея – 1 шт.; Инструкция по эксплуатации – 1 шт.