

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17857251-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық кабинетке арналған медициналық бұйымдарды, шығыс материалдары мен жабдықтарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87661213-3ЦП2
Лоттың атауы:	Жылытқы
Лоттың сипаттауы:	резіңкелі, сыйымдылығы 1-3 л
Лоттың қысқаша сипаттауы:	резеңкеден жасалған жылытқыш (ДТ "International Camp Shabyt Fantasy")
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	117057100, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Қатаркөл а. ДТ "International Camp Shabyt Fantasy"
Жеткізу мерзімі:	Қазынашылық органдарында шарт тіркелген сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Резеңкеден жасалған жылытқыш. Ол бірнеше рет дезинфекциялауға төзімді сапалы медициналық резеңкеден немесе пластиктен жасалған. Ыстық су 90°С дейін ыстық сумен толтырылған кезде жылыту жастықшасы герметикалық болуы керек.Беті химиялық ерітінділермен Қос дезинфекциялауға төтеп беруі керек (мысалы, 1% хлорамин ерітіндісі немесе 3% сутегі асқын тотығы ерітіндісі). Бұйымда зауыттың тауар белгісі, жылыту төсемінің түрі, көлемі, шығарылған күні (тоқсан/жыл) және Стандарттың белгісі көрсетіледі

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17857251-1
Наименование закупки:	Приобретение медицинских изделий, расходных материалов и оборудования для медицинского кабинета
Номер лота:	№ 87661213-3ЦП2
Наименование лота:	Грелка
Описание лота:	резиновая, вместимость 1-3 л
Дополнительное описание лота:	Грелка резиновая (ДТ "International Camp Shabyt Fantasy")
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	117057100, Акмолинская область, Бурабайский район, с.Катарколь ДТ "International Camp Shabyt Fantasy"
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней с момента регистрации договора в органах Казначейства
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Грелка резиновая. Изготавливается из качественной медицинской резины или пластика, устойчивой к многократной дезинфекции. Грелка должна быть герметичной при заполнении горячей водой с температурой до 90°С. Горловина плотно закрывается пробкой. Поверхность должна выдерживать двойную дезинфекцию химическими растворами (например, 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси водорода). На изделии указываются товарный знак завода, тип грелки, объем, дата изготовления (квартал/год) и обозначение стандарта