

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17790150-1
Сатып алудың атауы:	Капилляр для небулайзера
Лоттың нөмірі:	№ 88257563-3ЦП1
Лоттың атауы:	Қылтамыр
Лоттың сипаттауы:	эритроциттердің тұну жылдамдығын анықтауға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Капилляр для небулайзера
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	751410000, Алматы қ., Бостандық ауданы Аль-Фараби 75Б
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған күннен бастап 80 күнтізбелік күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК Тауардың атауы: Shimadzu AA-6200 атомдық-абсорбциялық спектрофотометрінің бүріккішіне арналған жинақталған капилляр. 1. Тауардың функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы Өндірушінің 206-50230-91 каталогтық нөмірі бар жинақталған капилляр Shimadzu AA-6200 атомдық-абсорбциялық спектрофотометрінің бүріккішіне арналған. Капилляр сұйық сынаманы бүріккішке жеткізуді қамтамасыз етеді, онда кейіннен атомдық-абсорбциялық талдау жүргізуге қажетті аэрозоль түзіледі. 2. Техникалық сипаттамалары және саны • Каталогтық нөмірі: 206-50230-91. • Атауы: бүріккішке арналған жинақталған капилляр. • Үйлесімділігі: Shimadzu AA-6200 атомдық-абсорбциялық спектрофотометрі. • Функционалдық мақсаты: аэрозоль түзу үшін сұйық сынаманы бүріккішке жеткізу. • Саны: кемінде 1 дана. 3. Сапасы мен техникалық жай-күйіне қойылатын талаптар 3.1. Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген және жөндеуден өтпеген болуы тиіс. 3.2. Жинақталған капилляр 206-50230-91 каталогтық нөміріне сәйкес болуы және Shimadzu AA-6200 атомдық-абсорбциялық спектрофотометрімен толық үйлесімділікті қамтамасыз етуі тиіс. 3.3. Тауар жабдықтың тиісті бүріккіш торабына орнатуға және пайдалануға жарамды болуы тиіс. 3.4. Сұйық сынаманың қалыпты берілуіне кедергі келтіретін жарықтар, деформациялар, бітелулер, жалғау элементтерінің зақымдануы және басқа да ақаулар болмауы тиіс. 4. Қаптамаға, сақтауға және тасымалдауға қойылатын талаптар 4.1. Тауар тасымалдау және сақтау кезінде ластанудан, ылғалдан және механикалық зақымданудан қорғайтын қаптамада жеткізілуі тиіс. 4.2. Сақтау және тасымалдау шарттары өндірушінің талаптарына сәйкес болуы тиіс. 4.3. Жеткізу кезінде тауар бастапқы пайдалану қасиеттерін сақтауы және мақсаты бойынша пайдалануға жарамды болуы тиіс. 5. Жиынтықтылыққа және құжаттарға қойылатын талаптар 5.1. Тауар жинақталған күйінде кемінде 1 дана мөлшерінде жеткізіледі. 5.2. Өндіруші көздеген жағдайда каталогтық нөмірі мен таңбалануы тауарды сәйкестендіруге мүмкіндік беруі тиіс. 5.3. Тауарды жеткізу кезінде Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда тауарға ілеспе құжаттар және тауардың сапасын немесе сәйкестігін растайтын құжаттар ұсынылуы тиіс. 6. Жеткізу және кепілдік талаптары 6.1. Жеткізу мерзімі мен орны мемлекеттік сатып алу туралы шартпен айқындалады. 6.2. Егер шартта өзгеше көзделмесе, қаптау, тасымалдау және жеткізу шығындары тауардың құнына енгізіледі. 6.3. Өнім беруші тауардың осы техникалық ерекшелік талаптарына сәйкестігіне кепілдік береді. 6.4. Каталогтық нөмірге немесе техникалық талаптарға сәйкессіздік не ақаулар анықталған жағдайда, тауар шартта белгіленген тәртіппен және мерзімдерде өнім берушінің есебінен ауыстырылуы тиіс.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17790150-1
Наименование закупки:	Капилляр для небулайзера
Номер лота:	№ 88257563-3ЦП1
Наименование лота:	Капилляр
Описание лота:	для определения скорости оседания эритроцитов
Дополнительное описание лота:	Капилляр для небулайзера
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	751410000, г.Алматы, Бостандыкский район Аль-Фараби 75Б
Срок поставки:	в течение 80 календарных дней со дня подписания договора.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Наименование товара: Капилляр в сборе для атомно-абсорбционного спектрофотометра Shimadzu AA-6200. 1. Описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик товара Капилляр в сборе, каталожный номер производителя 206-50230-91, предназначен для распылителя атомно-абсорбционного спектрофотометра Shimadzu AA-6200. Капилляр обеспечивает подачу жидкой пробы в распылитель для последующего образования аэрозоля, необходимого для проведения атомно-абсорбционного анализа. 2. Технические характеристики и количество • Каталогный номер: 206-50230-91. • Наименование: капилляр в сборе для распылителя. • Совместимость: атомно-абсорбционный спектрофотометр Shimadzu AA-6200. • Функциональное назначение: подача жидкой пробы в распылитель для образования аэрозоля. • Количество: не менее 1 шт. 3. Требования к качеству и техническому состоянию 3.1. Товар должен быть новым, ранее не использованным, не восстановленным и не подвергавшимся ремонту. 3.2. Капилляр в сборе должен соответствовать каталожному номеру 206-50230-91 и обеспечивать полную совместимость с атомно-абсорбционным спектрофотометром Shimadzu AA-6200. 3.3. Товар должен быть пригоден для установки и эксплуатации в соответствующем узле распылителя оборудования. 3.4. Не допускаются трещины, деформации, засорения, повреждения соединительных элементов и иные дефекты, препятствующие нормальной подаче жидкой пробы. 4. Требования к упаковке, хранению и транспортировке 4.1. Товар должен поставляться в упаковке, обеспечивающей защиту от загрязнения, влаги и механических повреждений при транспортировке и хранении. 4.2. Условия хранения и транспортировки должны соответствовать требованиям производителя. 4.3. На момент поставки товар должен сохранять первоначальные эксплуатационные свойства и быть пригодным для использования по назначению. 5. Требования к комплектности и документам 5.1. Поставка осуществляется в сборе, в количестве не менее 1 шт. 5.2. Каталогный номер и маркировка, если предусмотрены производителем, должны позволять идентифицировать товар. 5.3. При поставке предоставляются товаросопроводительные документы и документы, подтверждающие качество или соответствие товара, если они предусмотрены законодательством Республики Казахстан. 6. Требования к поставке и гарантии 6.1. Срок и место поставки определяются договором о государственных закупках. 6.2. Расходы на упаковку, транспортировку и доставку включаются в стоимость товара, если иное не предусмотрено договором. 6.3. Поставщик гарантирует соответствие товара настоящей технической спецификации.

6.4. В случае выявления несоответствия каталожному номеру, техническим требованиям или наличия дефектов товар подлежит замене за счет поставщика в порядке и сроки, установленные договором.