

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17770750-1
Сатып алудың атауы:	Ультрадыбыстық құрал кабелі
Лоттың нөмірі:	№ 83375994-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Жалғағыш кабель
Лоттың сипаттауы:	хирургиялық аппарат үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ультрадыбыстық құрал кабелі
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711110000, Астана қ., Алматы ауданы Астана қ., Алматы ауданы Абылай хан даңғылы, 15"а"
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өкілінен өтінім бойынша (веб-портал арқылы) 16 күнтізбелік күн ішінде, қазақстандық тауар өндірушілер тізіліміндегі 60 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Техникалық сипаттамасы Ультрадыбыстық құрал кабелі Аппарат жағындағы контактілер саны — 2 Pin. Кабельдің ұзындығы — 3,5 м. Құрал жағындағы жалғағыштың өлшемі — 2 мм. Үйлесімді аппарат — Söring Sonoca 180 . Қолданылу түрі — биполярлық коагуляция / кесу. Үйлесімді аппараттың ең жоғары шығыс қуаты — 350 Вт. Орындалуы — көп рет қолданылатын. Кабель — иілгіш, ток өткізгіш, оқшаулағыш қабаты бар. Жалғағыштың үйлесімділігіне қойылатын талаптар Жалғағыш жоғары жиілікті хирургиялық S Söring Sonoca 180 аппаратымен қосымша адаптерлерді пайдаланбай тікелей қосылуға тиіс. Оқшаулағышқа қойылатын талаптар Оқшаулағыш қабатта зақымданулар, жарықтар және ток өткізгіш элементтердің ашық бөліктері болмауы тиіс. Кепілдік мерзімі Кепілдік мерзімі кемінде 12 ай болуы тиіс. Жеткізілім жиынтығы Кабель — 1 дана. Үйлесімділікке қойылатын талаптар Жеткізілетін кабель Söring Sonoca 180 жоғары жиілікті хирургиялық аппаратымен толық үйлесімді болуы тиіс. Аппараттың конструкциясына өзгерістер енгізуді немесе қосымша адаптерлерді пайдалануды талап етпеуі тиіс. Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған және зауыттық қаптамада жеткізілуі тиіс. Тауардың шығарылған күні шарт жасасу күніне дейін үш жылға дейін шығарылған жылы болуға тиіс.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17770750-1
Наименование закупки:	Кабель для ультразвукового инструмента
Номер лота:	№ 83375994-ЗЦП1
Наименование лота:	Кабель соединительный
Описание лота:	для хирургического аппарата
Дополнительное описание лота:	Кабель для ультразвукового инструмента
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711110000, г.Астана, район Алматы г.Астана, район Алматы проспект Абылайхана, 15 "а"
Срок поставки:	по заявке от представителя Заказчика (посредством веб-портала) в течение 16 календарных дней, для находящихся в реестре казахстанских товаропроизводителей в течение 60 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Техническая спецификация Кабель для ультразвукового инструмента - Технические характеристики - Количество контактов со стороны аппарата — 2 Pin. - Длина кабеля — 3,5 м. - Размер разъёма со стороны инструмента — 2 мм. - Совместимый аппарат — Söring Sonoca 180. - Тип применения — биполярная коагуляция / резание. - Максимальная выходная мощность совместимого аппарата — 350 Вт. - Исполнение — многоцветное. - Кабель — гибкий, токопроводящий, с изоляцией. - Требования к разъёму и изоляции - Совместимость разъёма — прямое подключение без использования переходников. - Изоляция кабеля не должна иметь повреждений, трещин и оголённых токопроводящих элементов. - Гарантийные обязательства - Гарантийный срок — не менее 12 месяцев. - Комплект поставки - Кабель — 1 шт. - Требования к совместимости - Поставляемый кабель должен быть полностью совместим с высокочастотным хирургическим аппаратом Söring Sonoca 180 без необходимости внесения изменений в конструкцию аппарата или использования дополнительных переходников. - Требования к состоянию и сроку изготовления товара - Товар должен быть новым, ранее не бывшим в эксплуатации, поставляться в заводской упаковке. Дата изготовления товара — год выпуска не ранее трех лет до даты заключения договора.