

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17370570-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық кабинеттердің тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87145631-ЗЦПЗ
Лоттың атауы :	Айна
Лоттың сипаттауы:	медициналық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Зеркало гортанное
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	311011100, Жамбыл облысы, Тараз қ., Әулиеата ауданы ҚАЗАҚСТАН, Жамбыл облысы, Тараз қ., Әулиеата ауданы, Ш.Мұртаза, 59
Жеткізу мерзімі:	30 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Атауы: Көңіл көмей айнасы. Қолданылуы: Оториноларингологиялық тексерулер кезінде көмей, жұтқыншақ және ауыз-жұтқыншақтың қол жетпейтін жерлерін көзбен тексеруге арналған. Техникалық сипаттамалары: Өнім түрі: Медициналық көмей айнасы. Дизайны: Тұтқасы бар металл білікке орнатылған дөңгелек айна. Материалы: Медициналық сапалы тот баспайтын болат. Жұмыс бөлігі: Бұрмаланбайтын бейнелеуді қамтамасыз ететін айна беті. Айна диаметрі: 10-нан 25 мм-ге дейін (өлшеміне байланысты). Тұтқасы: Металл, эргономикалық пішіні. Беті: Тегіс, жылтыратылған, коррозияға төзімді. Өндірушінің нұсқауларына сәйкес зарарсыздандыруға төзімділік (автоклавтау/дезинфекция). Өнімде саңылаулар, жарықтар және механикалық зақымданулар болмауы керек. ГОСТ ISO 7153-1-2014 «Хирургиялық құралдар — Материалдар — 1 бөлім: Металдар».

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17370570-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для медицинских кабинетов
Номер лота:	№ 87145631-ЗЦПЗ
Наименование лота:	Зеркало
Описание лота:	медицинское
Дополнительное описание лота:	Зеркало гортанное
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	311011100, Жамбылская область, г.Тараз, район Әулиеата КАЗАХСТАН, Жамбылская область, г.Тараз, район Әулиеата, Ш.Муртаза, 59
Срок поставки:	В течение 30 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование: Зеркало гортанное (ларингеальное зеркало). Назначение: Предназначено для визуального осмотра гортани, глотки и труднодоступных участков ротоглотки при проведении оториноларингологических обследований. Технические характеристики: Тип изделия – зеркало гортанное медицинское. Исполнение – круглое зеркало на металлическом стержне с рукояткой. Материал – нержавеющая медицинская сталь. Рабочая часть – зеркальная поверхность без искажений изображения. Диаметр зеркала – от 10 до 25 мм (в зависимости от размера). Рукоятка – металлическая, эргономичной формы. Поверхность – гладкая, полированная, устойчивая к коррозии. Предназначено для многократного использования. Устойчивость к стерилизации (автоклавирование/дезинфекция) согласно инструкции производителя. Изделие должно быть без заусенцев, трещин и механических повреждений. ГОСТ ISO 7153-1-2014 «Инструменты хирургические. Материалы. Часть 1. Металлы».