

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17787722-1
Сатып алудың атауы:	Бу стерилизаторына арналған шығын материалдары
Лоттың нөмірі:	№ 88206985-3ЦП1
Лоттың атауы:	Буып-түйгіш бау
Лоттың сипаттауы:	полипропилендік, ені 5-20 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ЛЕНТА ПАРОВАЯ АВТОКЛАВНАЯ 19 ММ × 50 М — специальная индикаторная клейкая лента, используемая для герметизации упаковок и пакетов перед паровой стерилизацией в автоклаве
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751110000, Алматы қ., Алмалы ауданы Төле би 93
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	19 ММ × 50 М автоклавты бу таспасы-бұл автоклавта бумен зарарсыздандыру алдында қаптамалар мен пакеттерді тығыздау үшін қолданылатын арнайы индикаторлық жабысқақ таспа. Таспа жоғары температураға және қаныққан буға ұшыраған кезде түсін өзгертетін ыстыққа сезімтал индикаторы бар берік ыстыққа төзімді материалдан жасалған. Стерилизация циклінің дұрыс өтуімен таспаның бетіндегі индикатор жолақтары түсін өзгертеді (әдетте бежевийдан қара қоңырға немесе сұрға дейін), бұл сәтті өңдеудің визуалды растауы ретінде қызмет етеді. Осының арқасында қызметкерлер өңделген қаптамаларды зарарсыздандырылмаған қаптамалардан тез және оңай ажырата алады. Ені 19 мм кез келген өлшемдегі қаптамаларды бекіту ыңғайлылығын қамтамасыз етеді, ал ұзындығы 50 м таспаны үнемді және пайдалану үшін берік етеді. Жабысқақ қабат қаптама материалының тұтастығын сақтай отырып, жойылғаннан кейін қалдық қалдырмайды. Артықшылықтары: * Стерилизацияға арналған қаптамаларды сенімді бекіту. * Процесті визуалды бақылауға арналған индикаторлық белгілеу. * Жоғары температура мен буға төзімді. * Бетті зақымдамай қарапайым пайдалану және таза жою. * ISO және EN талаптарына сәйкес келеді. Бумен зарарсыздандыру кезінде қаптамаларды таңбалау және тығыздау үшін медициналық, стоматологиялық, зертханалық және ветеринарлық мекемелерде қолданылады.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17787722-1
Наименование закупки:	Расходные материалы для парового стерилизатора
Номер лота:	№ 88206985-ЗЦП1
Наименование лота:	Лента упаковочная
Описание лота:	полипропиленовая, ширина 5-20 мм
Дополнительное описание лота:	ЛЕНТА ПАРОВАЯ АВТОКЛАВНАЯ 19 ММ × 50 М — специальная индикаторная клейкая лента, используемая для герметизации упаковок и пакетов перед паровой стерилизацией в автоклаве
Количество:	50
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751110000, г.Алматы, Алмалинский район Толе би, 93
Срок поставки:	по заявке заказчика в течение 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ЛЕНТА ПАРОВАЯ АВТОКЛАВНАЯ 19 ММ × 50 М — это специальная индикаторная клейкая лента, используемая для герметизации упаковок и пакетов перед паровой стерилизацией в автоклаве. Лента изготовлена из прочного термостойкого материала с нанесённым термочувствительным индикатором, который изменяет цвет при воздействии высоких температур и насыщенного пара. При правильном прохождении цикла стерилизации индикаторные полосы на поверхности ленты меняют цвет (обычно с бежевого на тёмно-коричневый или серый), что служит визуальным подтверждением успешной обработки. Благодаря этому персонал может быстро и легко отличить обработанные упаковки от нестерилизованных. Ширина 19 мм обеспечивает удобство фиксации упаковок любого размера, а длина 50 м делает ленту экономичной и долговечной в использовании. Клейкий слой не оставляет следов после удаления, сохраняя целостность упаковочного материала. Преимущества: • Надёжная фиксация упаковок для стерилизации. • Индикаторная разметка для визуального контроля процесса. • Устойчива к высоким температурам и пару. • Простое использование и чистое удаление без повреждения поверхности. • Соответствует требованиям ISO и EN. Применяется в медицинских, стоматологических, лабораторных и ветеринарных учреждениях для маркировки и герметизации упаковок при паровой стерилизации.