Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17985412-1
Сатып алудың атауы:	Гигрометр сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88497243-3ЦП1
Лоттың атауы:	Гигрометр
Лоттың сипаттауы:	психометрлік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Гигрометр
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	155649300, Ақтөбе облысы, Темір ауданы, Кеңқияқ с. ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Темір ауданы, Кеңқияқ с., ул.Балуанова,строение 11В
Жеткізу мерзімі:	шартка кол койлыган куннен бастап 15 кун ишинде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Үшін қолданылады қойма үй-жайларындағы, материалдық бөлмелердегі, тұт, жылыжай, құс шаруашылықтарындағы ауаның салыстырмалы ылғалдылығы мен температурасын өлшеу. Сипаттама Пластикалық негізде екі термометр, температура шкаласы, психрометриялық кесте және шыны қоректендіргіш бекітілген. Термом. Вит-2 - толуол сұйықтықтары Жұмыс тәртібі: Тазартылған су гигрометрдің қоректендіргішіне құйылады. Ауаның салыстырмалы ылғалдылығын өлшеу" құрғақ "және" ылғалданған " термометрлердің көрсеткіштерінің айырмашылығына негізделген. Термометрлердің көрсеткіштері алынғаннан кейін ауаның салыстырмалы ылғалдылығы психрометриялық кестеге сәйкес анықталады. Өлшеу диапазоны Т °С, +15 ...+40

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17985412-1
Наименование закупки:	Приобретение гигрометра для сада
Номер лота:	№ 88497243-ЗЦП1
Наименование лота:	Гигрометр
Описание лота:	психрометрический
Дополнительное описание лота:	Гигрометр
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	155649300, Актюбинская область, Темирский район, с.Кенкияк КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Темирский район, с.Кенкияк, Балуанов көшесі,құрылыс 11В
Срок поставки:	со дня подписания договора в течение 15 дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Применяется для измерения относительной влажности воздуха и температуры в складских помещениях, материальных комнатах, шелковичных, тепличных, птицеводческих хозяйствах. Описание На пластмассовом основании закреплены два термометра, температурная шкала, психрометрическая таблица и стеклянный питатель. Термом. жидкости ВИТ-2 - толуол Порядок работы: В питатель гигрометра заливают дистиллированную воду. Измерение относительной влажности воздуха основано на разнице показаний “сухого“ и “увлажненного“ термометров. После снятия показаний термометров по психрометрической таблице определяют относительную влажность воздуха. Диапазон измерения t °C, +15 …+40