

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17788362-1
Сатып алудың атауы:	Өрт қауіпсіздігі тауарлары
Лоттың нөмірі:	№ 85748544-3ЦП1
Лоттың атауы:	Өрт сөндіргіш
Лоттың сипаттауы:	ұнтақты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	MPT үшін магнитті емес өрт сөндіргіш
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711510000, Астана қ., Нұра ауданы Жәнібек Керей хандары көшесі 3/2 үй
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі Тапсырыс берушінің өтініші бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде. Әрбір сұраныс бойынша тауардың саны алдын ала келісіледі. Егер жеткізуші Қазақстандық өндірушілердің тізіліміне енгізілген болса, жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тауардың атауы: Магниттік-резонанстық томография (MPT) аппараты орналасқан бөлмеге арналған, заряды 5 кг көмірқышқыл газымен (CO₂) толтырылған, магниттік емес, тасымалды көмірқышқылды өрт сөндіргіш. Саны: 2 дана. 1. Техникалық сипаттамалары Түрі — тасымалды көмірқышқылды өрт сөндіргіш. Өрт сөндіргіш зат — көмірқышқыл газы (CO₂). Өрт сөндіргіш зат зарядының массасы — 5 кг. Орындалуы — MPT бөлмелерінде пайдалануға арналған арнайы орындалым. Магниттік үйлесімділігі — өндіруші растаған, орнатылған томографтың магнит өрісінің кернеулігіне сәйкес келетін магниттік үйлесімділік. Рұқсат етілетін магнит өрісінің деңгейі — кемінде 3 Тл немесе орнатылған MPT аппаратының техникалық сипаттамаларына сәйкес. Корпустың, вентильдің, іске қосу-жабу құрылғысының, тұтқаның, раструбтың, бекіткіштердің және басқа да құрамдас бөліктердің материалдары бұйымның магниттік үйлесімділігі расталған талаптарға сәйкес болуы тиіс. Корпус — қолданыстағы қауіпсіздік талаптарына сәйкес жұмыс қысымы мен сынақтарға төзімді, берік болуы тиіс. Іске қосу-жабу құрылғысы — қолмен басқарылатын, жарамды, сақтандырғыш элементі бар болуы тиіс. Жиынтықтылығы — өрт сөндіргіш толық жинақта, раструбпен, өндіруші көздеген керек-жарақтармен, бұйым паспортымен және пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен бірге жеткізілуі тиіс. Пайдалану температурасының диапазоны — өндірушінің паспортында және объектіні пайдалану шарттарында көрсетілген талаптарға сәйкес. Өрт сөндіру қабілеті — өндірушінің құжаттамасымен және тиісті сынақтармен расталуы тиіс. Тауар жаңа, пайдаланылмаған, 2025 жылдан ерте шығарылмаған және өрт сөндіргіш затпен толық зарядталған күйде жеткізілуі тиіс. 2. Магниттік үйлесімділікке қойылатын талаптар Өрт сөндіргіш MPT бөлмелерінде пайдалануға арнайы әзірленген және осы мақсатқа арналған болуы тиіс. Магниттік үйлесімділік өндірушінің ресми техникалық құжаттамасымен және сынақ нәтижелері туралы құжатпен немесе MPT-мен үйлесімділік сертификатымен расталуы тиіс. Құжаттамада бұйымды пайдалануға рұқсат етілетін магнит өрісінің шекті деңгейі көрсетілуі тиіс. 3. Сапа мен қауіпсіздікке қойылатын талаптар Өрт сөндіргіш ЕАЭО-ның 043/2017 «Өрт қауіпсіздігі мен өрт сөндіру құралдарына қойылатын талаптар туралы» техникалық регламентінің және қолданылатын басқа да міндетті талаптардың нормаларына сәйкес болуы тиіс. Тауарға Қазақстан Республикасының және ЕАЭО-ның заңнамасында көзделген сәйкестікті растау құжаттары қоса берілуі тиіс. Бұйымда өндіруші көздеген, өрт сөндіргіш заттың түрі, заряд массасы, шығарылған күні, пайдалану тәртібі және басқа да міндетті мәліметтер көрсетілген таңбалау болуы тиіс. Корпустың зақымдануына, ағып кетуге, вентиль ақауларына және міндетті жиынтықтауыштардың болмауына жол берілмейді.

Тауарды жеткізу кезінде тапсырыс берушіге ұсынылатын барлық құжаттар Қазақстан Республикасының заңнамасына және мемлекеттік сатып алу туралы шарттың талаптарына сәйкес болуы тиіс.

4. Жеткізу жиынтығы және құжаттама

Жеткізу жиынтығына мыналар кіруі тиіс:

Заряды 5 кг СО₂ болатын көмірқышқылды өрт сөндіргіш;

Бұйым паспорты және пайдалану жөніндегі нұсқаулық;

Сәйкестікті растау құжаттары;

MPT-мен магниттік үйлесімділікті және рұқсат етілетін магнит өрісінің деңгейін растайтын өндірушінің құжаты;

Егер өндірушінің жиынтықтамасында көзделсе, орнатуға арналған бекіткіш.

5. Жеткізу және қабылдау шарттары

Жеткізу мемлекеттік сатып алу құжаттамасында белгіленген мөлшерде жүзеге асырылады.

Тауар тасымалдау кезінде оның сақталуын қамтамасыз ететін қаптамада жеткізілуі тиіс.

Тауарды қабылдау саны, жиынтықтылығы, сыртқы жай-күйі, таңбалануы және ұсынылған құжаттары бойынша жүзеге асырылады.

Тапсырыс беруші техникалық құжаттаманың магниттік үйлесімділік талаптарына сәйкестігін тексеруге құқылы.

Жарамдылық мерзімі, техникалық қызмет көрсету кезеңділігі және кепілдік мерзімі өндірушінің құжаттамасына және қолданыстағы міндетті талаптарға сәйкес болуы тиіс.

Тауарды жеткізуге байланысты барлық шығындарды Жеткізуші көтереді.

6. Кепілдік міндеттемелер

Кепілдік мерзімі өндіруші белгілеген мерзімнен кем болмауы тиіс. Кепілдік міндеттемелері бұйым паспортымен немесе өндірушінің өзге де құжаттарымен расталады.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17788362-1
Наименование закупки:	Товары пожарной безопасности
Номер лота:	№ 85748544-ЗЦП1
Наименование лота:	Огнетушитель
Описание лота:	порошковый
Дополнительное описание лота:	Немагнитный огнетушитель для МРТ
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711510000, г.Астана, район Нұра ул. Жанибек и Керей хандары 3/2
Срок поставки:	Срок поставки - в течение 16 календарных дней по заявке Заказчика. Количество товара по каждой заявке предварительно согласовывается. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки - в течение 60 календарных дней.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование товара: Огнетушитель углекислотный немагнитный, переносной, для помещения с аппаратом магнитно-резонансной томографии (МРТ), с зарядом CO₂ 5 кг. Количество: 2 штуки. 1. Технические характеристики Тип — переносной углекислотный огнетушитель. Огнетушащее вещество — диоксид углерода (CO₂). Масса заряда огнетушащего вещества — 5 кг. Исполнение — специальное, предназначенное для эксплуатации в помещениях МРТ. Магнитная совместимость — подтверждённая производителем совместимость с магнитным полем не менее напряжённости поля установленного томографа. Допустимый уровень магнитного поля — не менее 3 Тл либо в соответствии с техническими характеристиками установленного аппарата МРТ. Материалы корпуса, вентиля, запорно-пускового устройства, рукоятки, раструба, креплений и прочих компонентов должны обеспечивать подтверждённую магнитную совместимость изделия. Корпус — прочный, рассчитанный на рабочее давление и испытания в соответствии с применимыми требованиями безопасности. Запорно-пусковое устройство — ручное, исправное, с предохранительным элементом. Комплектность — огнетушитель в сборе, раструб, предусмотренные изготовителем комплектующие, паспорт и руководство по эксплуатации. Температурный диапазон эксплуатации — согласно паспорту изготовителя и условиям эксплуатации объекта. Огнетушащая способность — подтверждённая документацией изготовителя и соответствующими испытаниями для предусмотренных классов пожара. Товар должен быть новым не ранее 2025-2026 года выпуска, не бывшим в эксплуатации и поставляться в полностью заряженном состоянии. 2. Требования к магнитной совместимости Огнетушитель должен быть специально разработан и предназначен для использования в помещениях МРТ. Магнитная совместимость должна подтверждаться официальной технической документацией изготовителя и документом о результатах испытаний либо сертификатом совместимости с МРТ. Документация должна указывать предельную напряжённость магнитного поля, при которой допускается использование изделия. 3. Требования к качеству и безопасности Огнетушитель должен соответствовать требованиям ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» и другим применимым обязательным требованиям. Товар должен иметь документы о подтверждении соответствия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и ЕАЭС. На изделии должна быть предусмотренная изготовителем маркировка с указанием типа огнетушащего вещества, массы заряда, даты изготовления, порядка применения и других обязательных сведений. Не допускаются повреждения корпуса, утечки, дефекты вентиля и отсутствие

обязательных комплектующих.

Все документы, передаваемые заказчику при поставке товара, должны соответствовать требованиям законодательства Республики Казахстан и условиям договора о государственных закупках.

4. Комплект поставки и документация

В комплект поставки должны входить:

углекислотный огнетушитель с зарядом CO₂ 5 кг;

паспорт изделия и руководство по эксплуатации;

документы о подтверждении соответствия;

документ производителя, подтверждающий магнитную совместимость с МРТ и допустимый уровень магнитного поля;

крепление для установки, если оно предусмотрено комплектацией.

5. Условия поставки и приёмки

Поставка осуществляется в количестве, установленном конкурсной документацией.

Товар должен поставляться в упаковке, обеспечивающей сохранность при транспортировке.

Приёмка осуществляется по количеству, комплектности, внешнему состоянию, маркировке и представленным документам.

Заказчик вправе проверить соответствие технической документации требованиям магнитной совместимости.

Срок годности, периодичность технического обслуживания и гарантийный срок должны соответствовать документации изготовителя и действующим обязательным требованиям.

Все расходы, связанные с поставкой товара производится за счет Поставщика.

6. Гарантия

Гарантийный срок — не менее установленного изготовителем. Гарантийные обязательства подтверждаются паспортом изделия или иными документами производителя.