

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17851001-1
Сатып алудың атауы:	Зертханалық електер жиынтығы
Лоттың нөмірі:	№ 87625410-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Елек
Лоттың сипаттауы:	зертханалық, тот баспайтын болаттан
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Зертханалық сынақ елек, тор көлемі 0,1; 0,25; 0,5; 1; 2; 5; 10 мм; елек табақшасының диаметрі 200 мм
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	471010000, Маңғыстау облысы, Ақтау қ. ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Ақтау қ., 4а шағын ауданы, 19 ғимарат
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 50 күнтізбелік күн ішінде, бірақ 2026 жылғы 25 желтоқсанның кешіктірмей
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Сатып алынатын тауардың атауы: Зертханалық електер жиынтығы. Лоттың қосымша сипаттамасы: ГОСТ 12536-2014 стандартына сәйкес топырақтардың түйіршік құрамын елеу әдісімен анықтауға арналған стандартты електер жиынтығы: диаметрі 10; 5; 2; 1 мм дөңгелек штампталған тесіктері бар 4 елек және өлшемдері 0,5; 0,25; 0,1 мм шаршы ұяшықтары бар, мыс немесе жез сымнан қарапайым өріммен тоқылған тордан жасалған 3 елек. Обечайканың ішкі диаметрі — 200 мм, обечайканың биіктігі — 50 мм. Жиынтыққа түпқойма мен қақпақ кіреді. Обечайкалар тот баспайтын болаттан жасалуы тиіс. Саны: 1 (бір) Өлшем бірлігі: жиынтық Тауарды жеткізу орны: Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, 4А шағынауданы, 19-ғимарат. Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы Тауардың функционалдық сипаттамалары және мақсаты Зертханалық електер сусымалы материалдарды (түбіндегі шөгінділерді, топырақтарды, грунттарды) түйіршік құрамын анықтау мақсатында құрғақ және ылғалды әдіспен елеуге арналған. Елеу қолмен де, елеу анализаторларының (діріл жетегі бар) құрамындағы елеу элементі ретінде де жүргізілуі тиіс. Техникалық сипаттамалары Обечайканың ішкі диаметрі: 200 мм. Обечайканың номиналды биіктігі: 50 мм. Обечайка материалы: тот баспайтын болат. Елеу элементі (ГОСТ 12536-2014 стандартына сәйкес): 10; 5; 2; 1 мм електер үшін — дөңгелек штампталған тесіктері бар тот баспайтын болаттан жасалған перфорацияланған табақ; 0,5; 0,25; 0,1 мм електер үшін — ГОСТ 6613-86 стандартына сәйкес шаршы ұяшықтары бар, қарапайым өріммен тоқылған жез (немесе мыс) сым тор. Дәлдік: жиынтықтағы барлық електер қалыпты дәлдік класына сәйкес болуы тиіс. Елеу элементтерінің метрологиялық сипаттамалары (тесіктер мен ұяшықтар өлшемдерінің рұқсат етілген ауытқулары) өлшеу құралдарының бекітілген типінің сипаттамасына сәйкес болуы тиіс. Құрылымы: елеу элементі обечайкаға салбыраусыз, деформациясыз және елеу элементі мен обечайка арасында саңылаулар пайда болмайтындай етіп сенімді бекітілуі тиіс. Бекіту құрғақ және ылғалды елеу кезінде елеу элементінің тұтастығын сақтауды қамтамасыз етуі тиіс. Електер, түпқойма және қақпақ өзара үйлесімді болуы және материалдың қосылыстар арқылы төгілуіне жол бермейтіндей, элементтері бір-біріне тығыз жанасатын бірыңғай бағанға орнатылуы тиіс. Елекке түсетін рұқсат етілген жүктеме: перфорацияланған табақтан жасалған електер үшін кемінде 0,5 кг, ал тордан жасалған електер үшін кемінде 0,2 кг. Таңбалау: әрбір елек бұйымды сәйкестендіруге мүмкіндік беретін ұзақ сақталатын зауыттық таңбалауға ие болуы тиіс. Таңбалауда дайындаушының атауы немесе тауар белгісі, тесіктердің немесе ұяшықтардың номиналды өлшемі, зауыттық нөмірі немесе өзге де бірегей сәйкестендіргіші көрсетілуі тиіс. Қосымша мәліметтер бұйымның паспортында көрсетіледі. Електер Қазақстан Республикасының Өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесінің (ҚР ӨБМЖ) тізіліміне енгізілуі тиіс. Бұл өлшеу

құралдарының типін бекіту туралы сертификатпен расталуы қажет.

Жиынтықтың құрамы

1. Диаметрі 10 мм дөңгелек штампталған тесіктері бар зертханалық елек (тот баспайтын болаттан жасалған перфорацияланған табақ), обечайканың ішкі диаметрі — 200 мм, биіктігі — 50 мм — 1 дана.
2. Диаметрі 5 мм дөңгелек штампталған тесіктері бар зертханалық елек (тот баспайтын болаттан жасалған перфорацияланған табақ), обечайканың ішкі диаметрі — 200 мм, биіктігі — 50 мм — 1 дана.
3. Диаметрі 2 мм дөңгелек штампталған тесіктері бар зертханалық елек (тот баспайтын болаттан жасалған перфорацияланған табақ), обечайканың ішкі диаметрі — 200 мм, биіктігі — 50 мм — 1 дана.
4. Диаметрі 1 мм дөңгелек штампталған тесіктері бар зертханалық елек (тот баспайтын болаттан жасалған перфорацияланған табақ), обечайканың ішкі диаметрі — 200 мм, биіктігі — 50 мм — 1 дана.
5. Өлшемі 0,5 мм шаршы ұяшықтары бар, қарапайым өріммен тоқылған жез (немесе мыс) тордан жасалған зертханалық елек, обечайканың ішкі диаметрі — 200 мм, биіктігі — 50 мм — 1 дана.
6. Өлшемі 0,25 мм шаршы ұяшықтары бар, қарапайым өріммен тоқылған жез (немесе мыс) тордан жасалған зертханалық елек, обечайканың ішкі диаметрі — 200 мм, биіктігі — 50 мм — 1 дана.
7. Өлшемі 0,1 мм шаршы ұяшықтары бар, қарапайым өріммен тоқылған жез (немесе мыс) тордан жасалған зертханалық елек, обечайканың ішкі диаметрі — 200 мм, биіктігі — 50 мм — 1 дана.
8. Електермен үйлесімді, диаметрі 200 мм тот баспайтын болаттан жасалған түпқойма — 1 дана.
9. Електермен үйлесімді, диаметрі 200 мм тот баспайтын болаттан жасалған қақпақ — 1 дана.
10. Әрбір елекке арналған паспорт — 7 дана; пайдалану жөніндегі нұсқаулық — 1 дана; салыстырып тексеру әдістемесі — 1 дана.
11. Әрбір елекке (7 дана) арналған, қолданыстағы күні көрсетілген және Қазақстан Республикасында өлшеу құралдарын салыстырып тексеру құқығына аккредиттелген заңды тұлға берген салыстырып тексеру сертификаттары.

Ілеспе қызметтер

- Тасымалдауға байланысты барлық шығындар тауардың құнына енгізілуі тиіс.
- Кепілдік мерзімі: тауарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай. Жеткізуші кепілдік талонын ұсынады. Кепілдік мерзімі ішінде пайдалану қағидаларын бұзуға байланысты емес ақаулар (елеу элементінің тұтастығының бұзылуы, тордың ажырауы, обечайканың деформациялануы) анықталған жағдайда, Жеткізуші тасымалдау және салыстырып тексеру шығындарын қоса алғанда, електі өз есебінен ауыстыруға міндетті.
- Жеткізілетін тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, зауытта құрастырылған, түпнұсқа зауыттық қаптамада, көзге көрінетін ақауларсыз, сызаттарсыз және механикалық зақымдануларсыз болуы тиіс. Тауарды қабылдау кезінде ақаулар, жиынтықтың толық болмауы немесе зақымданулар анықталған жағдайда, Жеткізуші тауарды тиісті сападағы жаңа тауарға өз есебінен ауыстыруға міндетті.

Жоғарыда көрсетілген құжаттама шет тілінде жасалған жағдайда, ол мемлекеттік және/немесе орыс тілдеріне түпнұсқаға сәйкес аудармасымен бірге ұсынылуы тиіс.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17851001-1
Наименование закупки:	Комплект сит лабораторных
Номер лота:	№ 87625410-ЗЦП1
Наименование лота:	Сито
Описание лота:	лабораторное, из нержавеющей стали
Дополнительное описание лота:	Сито контрольное лабораторное, диаметр пор 0,1, 0,25, 0,5, 1, 2, 5, 10 мм диаметр обечайки 200 мм
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	471010000, Мангистауская область, г.Актау КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г.Актау, 4а мкр, 19 здание
Срок поставки:	В течении 50 календарных дней со дня заключения договора, но не позднее 25 декабря 2026 года
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование закупаемого товара: Комплект сит лабораторных. Дополнительное описание лота: стандартный комплект сит для определения гранулометрического состава грунтов ситовым методом по ГОСТ 12536-2014: 4 сита с круглыми штампованными отверстиями диаметром 10; 5; 2; 1 мм и 3 сита из медной или латунной проволочной тканой сетки простого плетения с квадратными ячейками размером 0,5; 0,25; 0,1 мм, внутренний диаметр обечайки 200 мм, высота обечайки 50 мм, с поддоном и крышкой. Обечайки — из нержавеющей стали. Количество: 1 (один) Единица измерения: комплект Место поставки товара: Мангистауская область, город Актау, Микрорайон 4 А, здание 19. Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара: Функциональность, назначение товара Сита лабораторные предназначены для сухого и мокрого рассева сыпучих материалов (донных отложений, почв, грунтов) при определении гранулометрического состава как вручную, так и в качестве просеивающей части в составе ситовых анализаторов (с виброприводом). Технические характеристики Внутренний диаметр обечайки: 200 мм. Номинальная высота обечайки: 50 мм. Материал обечайки: нержавеющая сталь. Просеивающий элемент (в соответствии с ГОСТ 12536-2014): для сит 10; 5; 2; 1 мм — лист из нержавеющей стали с круглыми штампованными отверстиями; для сит 0,5; 0,25; 0,1 мм — латунная (или медная) проволочная тканая сетка простого плетения с квадратными ячейками по ГОСТ 6613-86. Точность: все сита комплекта — нормальной точности; метрологические характеристики просеивающих элементов (допускаемые отклонения размеров отверстий и ячеек) — в соответствии с описанием утверждённого типа средства измерений. Конструкция: просеивающий элемент должен быть надёжно закреплён в обечайке без провисания, деформации и образования зазоров между просеивающим элементом и обечайкой. Крепление должно обеспечивать сохранение целостности просеивающего элемента при сухом и мокром севе. Сита, поддон и крышка должны быть совместимы между собой и устанавливаться в единую колонну с плотным сопряжением элементов, исключающим просыпание материала через соединения. Допустимая нагрузка на сито: не менее 0,5 кг для сит с перфорированным листом и не менее 0,2 кг для сит с сеткой. Маркировка: каждое сито должно иметь долговечную заводскую маркировку, обеспечивающую идентификацию изделия, с указанием изготовителя или его товарного знака, номинального размера отверстий или ячеек, заводского номера либо иного уникального идентификатора. Дополнительные сведения указываются в паспорте изделия. Сита должны быть внесены в Реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан (ГСИ РК), что подтверждается сертификатом об утверждении типа средств измерений. Комплектация: 1) Сито лабораторное с круглыми штампованными отверстиями диаметром 10 мм (перфорированный лист из нержавеющей стали), внутренний диаметр

обечайки 200 мм, высота обечайки 50 мм — 1 шт.

2) Сито лабораторное с круглыми штампованными отверстиями диаметром 5 мм (перфорированный лист из нержавеющей стали), внутренний диаметр обечайки 200 мм, высота обечайки 50 мм — 1 шт.

3) Сито лабораторное с круглыми штампованными отверстиями диаметром 2 мм (перфорированный лист из нержавеющей стали), внутренний диаметр обечайки 200 мм, высота обечайки 50 мм — 1 шт.

4) Сито лабораторное с круглыми штампованными отверстиями диаметром 1 мм (перфорированный лист из нержавеющей стали), внутренний диаметр обечайки 200 мм, высота обечайки 50 мм — 1 шт.

5) Сито лабораторное с латунной (или медной) сеткой простого плетения с квадратными ячейками размером 0,5 мм, внутренний диаметр обечайки 200 мм, высота обечайки 50 мм — 1 шт.

6) Сито лабораторное с латунной (или медной) сеткой простого плетения с квадратными ячейками размером 0,25 мм, внутренний диаметр обечайки 200 мм, высота обечайки 50 мм — 1 шт.

7) Сито лабораторное с латунной (или медной) сеткой простого плетения с квадратными ячейками размером 0,1 мм, внутренний диаметр обечайки 200 мм, высота обечайки 50 мм — 1 шт.

8) Поддон из нержавеющей стали, диаметр 200 мм, совместимый с ситами — 1 шт.

9) Крышка из нержавеющей стали, диаметр 200 мм, совместимая с ситами — 1 шт.

10) Паспорт на каждое сито — 7 экз.; руководство по эксплуатации — 1 экз.; методика поверки — 1 экз.

11) Сертификаты о поверке на каждое сито (7 шт.) с актуальной датой, выданные юридическим лицом, аккредитованным на право поверки средств измерений в Республике Казахстан.

Сопутствующие услуги:

- Все расходы на транспортировку должны быть включены в стоимость.

- Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с момента подписания акта приема-передачи товара. Поставщик предоставляет гарантийный талон. При выявлении в гарантийный срок дефектов (нарушение целостности просеивающего элемента, отслоение сетки, деформация обечайки, не вызванные нарушением правил эксплуатации) Поставщик обязан заменить сито за свой счёт, включая расходы на транспортировку и поверку.

- Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, заводской сборки, в оригинальной заводской упаковке, без видимых дефектов, царапин и механических повреждений. В случае выявления дефектов, некомплектности или повреждений при приемке товара, Поставщик обязуется заменить товар на новый надлежащего качества за свой счет.

В случае если вышеуказанная документация составлена на иностранном языке, то она должна быть предоставлена с аутентичным переводом на государственный и/или русский языки.