

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17370570-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық кабинеттердің тауарларын сатып алу (қайталама)
Лоттың нөмірі:	№ 87147809-3ЦПЗ
Лоттың атауы :	Шамшырақ
Лоттың сипаттауы:	медициналық, жылжымалы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Светильник офтальмологический
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	311011100, Жамбыл облысы, Тараз қ., Әулиеата ауданы ҚАЗАҚСТАН, Жамбыл облысы, Тараз қ., Әулиеата ауданы, Ш.Мұртаза, 59
Жеткізу мерзімі:	30 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Медициналық жарықдиодты шам (мобильді/едендік) Мақсатты пайдалану: Медициналық процедуралар мен кішігірім хирургиялық араласулар кезінде операция, тексеру немесе процедура алаңын жергілікті жарықтандыруға арналған. Техникалық сипаттамалар Жарық көзі түрі: жарықдиодты. Жарықдиодтар саны: кемінде 3. 0,5 м жұмыс қашықтықтағы жарықтандыру: кемінде 35 000 лкс. Түсті көрсету индексі (CRI, Ra): кемінде 95. Түс температурасы: шамамен. 4000 К. Жарық өрісінің диаметрі: кемінде 10 см. Жұмыс қашықтығы: 200-800 мм. Жарық көзінің қызмет ету мерзімі: кемінде 40 000 сағат. Қуатты тұтыну: 10 Вт-тан аспайды. Жарық аймағында температураның көтерілуі: 0,5 ° С аспайды. Фокус түрі: тұрақты фокус. Дизайн: орнықты тұғыры және 5 құймалы (немесе 5 аяқты) негізі бар еденге арналған модель. Стенд материалы: баспайтын болат. Биіктікті реттеу: реттелетін (реттеу диапазоны кемінде 600 мм). Басқару элементтері: шам корпусындағы электронды қосу/өшіру. Қуат көзі: 220-230 В, 50/60 Гц. Жеңіл корпус: дезинфекциялауға төзімді. Пакет мазмұны Медициналық жарық - 1 бірлік. Стенд (дөңгелектері бар негіз) — 1 жиынтық. Қуат кабелі. Пайдаланушы нұсқаулығы. Өнімнің төлқұжаты. Кепілдік картасы. Кепілдік шарттары Кепілдік мерзімі — кемінде 12 ай. Шам ГОСТ IEC 60601-1, ГОСТ IEC 60601-1-2 және ГОСТ IEC 60601-2-41 (немесе балама халықаралық стандарттар) талаптарына және медициналық құрылғыны тіркеу куәлігіне ие болуы керек.
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17370570-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для медицинских кабинетов (повторно)
Номер лота:	№ 87147809-ЗЦПЗ
Наименование лота:	Светильник
Описание лота:	медицинский, передвижной
Дополнительное описание лота:	Светильник офтальмологический
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	311011100, Жамбылская область, г.Тараз, район Әулиеата КАЗАХСТАН, Жамбылская область, г.Тараз, район Әулиеата, Ш.Муртаза, 59
Срок поставки:	В течение 30 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Светильник медицинский светодиодный (мобильный/напольный) Назначение: Предназначен для локального освещения операционного, смотрового или процедурного поля при проведении медицинских манипуляций и малых хирургических вмешательств. Технические характеристики Тип источника света: светодиодный (LED). Количество светодиодов: не менее 3 шт. Освещенность на рабочем расстоянии 0,5 м: не менее 35 000 лк. Индекс цветопередачи (CRI, Ra): не менее 95. Цветовая температура: около 4000 К. Диаметр светового поля: не менее 10 см. Рабочее расстояние: 200–800 мм. Срок службы источника света: не менее 40 000 часов. Потребляемая мощность: не более 10 Вт. Повышение температуры в зоне светильника: не более 0,5 °С. Тип фокусировки: фиксированный фокус. Конструкция: напольная на устойчивом штативе с основанием на 5 колесах (ножках). Материал штатива: нержавеющая сталь. Регулировка высоты: предусмотрена (не менее 600 мм диапазон регулировки). Управление: электронное включение/выключение на корпусе светильника. Питание: 220–230 В, 50/60 Гц. Корпус светильника: устойчивый к дезинфицирующим средствам. Комплект поставки Медицинский светильник — 1 шт. Штатив (основание с колесами) — 1 комплект. Кабель питания. Руководство по эксплуатации. Паспорт изделия. Гарантийный талон. Гарантийные обязательства Гарантийный срок — не менее 12 месяцев. Светильник должен соответствовать требованиям ГОСТ IEC 60601-1, ГОСТ IEC 60601-1-2, ГОСТ IEC 60601-2-41 либо эквивалентным международным стандартам и иметь регистрационное удостоверение медицинского изделия.
--	---