

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17821925-1
Сатып алудың атауы:	Тауарларды мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88215256-3ЦП2
Лоттың атауы:	Оттегі аспабы
Лоттың сипаттауы:	жеке
Лоттың қысқаша сипаттауы:	оттегі концентраторы
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	274030100, Батыс Қазақстан облысы, Жаңақала ауданы, Жаңақала а. БҚО, Жаңақала ауданы, Жаңақала ауылы, А.Дауылбаев көшесі 14 үй
Жеткізу мерзімі:	16 күнтізбелік күнінің ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Техникалық сипаттамалары 1. Жабдық түрі: медициналық. 2. Оттегінің максималды концентрациясы: кем дегенде $93 \pm 3\%$. 3. Оттегінің өнімділігі: 0-ден 3 л/мин. 4. Максималды өнімділік: 3 л/мин. 5. Шығу қысымы: кем дегенде 30-70 кПа. 6. Максималды қуат тұтыну: кем дегенде 350 ВА. 7. Шудың максималды деңгейі: 45 дБ-ден аспайды. 8. Жабдықтың габариттік өлшемдері: ұзындығы — 500 мм — ден кем емес, Ені — 560 мм-ден кем емес, биіктігі-205 мм-ден кем емес. 9. Таза салмағы: 21 кг. 10. Жалпы салмағы: 23 кг. 11. Қаптаманың өлшемдері: 590 × 660 × 285 мм. 3. Функционалдық ерекшеліктері * Жылжымалы құрылым. * Сұйық кристалды дисплейдің болуы (СКД мониторы). * Кіріктірілген небулайзердің болуы. * Электр қуатын өшіру кезінде дабылдың болуы. * Аппараттың жұмыс уақыты есептегішінің болуы. * Қысым индикаторының болуы. * 30, 60, 90 және 120 минуттық таймердің болуы. * Қашықтан басқару пультінің болуы. 4. Жинақтау * Оттегі концентраторы — 1 дана. * Бас гарнитура-1 * Қашықтан басқару пульті-1 дана. * Небулайзер-1 жиынтық. * Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық-1 дана. 5. Жеткізу талаптары Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, ақаусыз, мәлімделген техникалық сипаттамаларға және медициналық жабдықтар үшін қауіпсіздік талаптарына сәйкес болуы тиіс. Жеткізу зауыттық қаптамада, қажетті құжаттамамен және керек-жарақтармен жүзеге асырылады. Кепілдік мерзімі 1 жыл

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17821925-1
Наименование закупки:	Государственные закупки товаров
Номер лота:	№ 88215256-ЗЦП2
Наименование лота:	Прибор кислородный
Описание лота:	индивидуальный
Дополнительное описание лота:	кислородный концентратор
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	274030100, Западно-Казахстанская область, Жангалинский район, с.Жангала ЗКО, Жангалинский район, с.Жангала, ул А.Дауылбаева дом 14
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Технические характеристики 1. Тип оборудования: медицинский. 2. Максимальная концентрация кислорода: не менее $93 \pm 3\%$. 3. Производительность кислорода: от 0 до 3 л/мин. 4. Максимальная производительность: 3 л/мин. 5. Давление на выходе: не менее 30–70 кПа. 6. Максимальная потребляемая мощность: не менее 350 ВА. 7. Максимальный уровень шума: не более 45 дБ. 8. Габаритные размеры оборудования: длина — не менее 500 мм, ширина — не менее 560 мм, высота не менее — 205 мм. 9. Вес нетто: 21 кг. 10. Вес брутто: 23 кг. 11. Габариты упаковки: 590 × 660 × 285 мм. 3. Функциональные особенности * Передвижная конструкция. * Наличие жидкокристаллического дисплея (ЖК-монитора). * Наличие встроенного небулайзера. * Наличие сигнализации при отключении электропитания. * Наличие счётчика времени работы аппарата. * Наличие индикатора давления. * Наличие таймера на 30, 60, 90 и 120 минут. * Наличие пульта дистанционного управления. 4. Комплектация * Кислородный концентратор — 1 шт. * Головная гарнитура — 1 комплект. * Пульт дистанционного управления — 1 шт. * Небулайзер — 1 комплект. * Руководство по эксплуатации — 1 экземпляр. 5. Требования к поставке Товар должен быть новым, ранее не использованным, без дефектов, соответствовать заявленным техническим характеристикам и требованиям безопасности для медицинского оборудования. Поставка осуществляется в заводской упаковке, с необходимой документацией и принадлежностями. Гарантия 1год