Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18003177-1
Сатып алудың атауы:	бактерицидтік сәулелендіргішті сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88758291-ОИ2
Лоттың атауы:	Сәулелендіргіш
Лоттың сипаттауы:	бактерицидтік, ультракүлгін сәулелену
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Бактерицидті, жылжымалы сәулелендіргіш, ОБП-4*30
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	311011100, Жамбыл облысы, Тараз қ., Әулиеата ауданы Төле би даңғ., 119
Жеткізу мерзімі:	келісімшартқа қол қойған күннен бастап 60 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Жылжымалы ОБП-4х30 бактерицидті сәулелендіргіш, жабдық болуы тиіс: - жаңа, пайдаланылмаған; – Шығарылған жылы-2026 жылдан ерте емес; - зауытта жасалған. Жабдықты бітіргеннен кейін тіркеу куәлігі, зауыт паспорты, сондай-ақ кепілдік паспорты болуы керек. Кепілдік мерзімі (айлармен) - 37 ай. Сәулелендіргіштердің қабырғалық немесе төбелік түрлерін қолдану қиын немесе тиімсіз үй-жайларда ауа мен бетті тез зарарсыздандыруға арналған. Дизайнына және қозғалу жеңілдігіне байланысты бірнеше үй-жайларды кезектесіп дезинфекциялау немесе адамдардың қатысуынсыз үлкен аумақтағы үй-жайларда пайдалану ұсынылады. Ашық типтегі жылжымалы бактерицидтік сәулелендіргіш тұтқасы бар тіректен тұрады. Сәулелендіргіш дизайнның қарапайымдылығымен және тартымды дизайнымен ерекшеленеді. Радиатордың түбіндегі кем дегенде 4 айналмалы доңғалақ оны үй ішінде оңай жылжытуға мүмкіндік береді. Корпустың оңай алынатын қақпақтары сәулелендіргіштің электрлік компоненттеріне оңай қол жеткізуді қамтамасыз етеді, бұл оған техникалық қызмет көрсетуді тез жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Ерекшеліктері: * Жақсартылған дизайн. * Ұнтақты эмальмен қаптау коррозияға қарсы тұрақтылықты арттырады. Бактерицидтік шамдардың саны, дана-4 дана. - қызмет мерзімі, сағ; - 9000 сағаттан кем емес. - шамның номиналды қуаты, Вт; - 4 × 30; - шамның бактерицидтік ағыны, Фбк Вт-11,2. Бактерицидтік ағынды пайдалану коэффициенті, Кф-0,8. Үй-жай санаты үшін алтын стафилококк бойынша бактерицидтік тиімділік, % (бактерицидтік тиімділікті қамтамасыз ету үшін үй-жайдың максималды көлемі, м3) Габариттік өлшемдері, мм, артық емес: 1030х290х275. - сәулелендіргіш; - 8,5; - қаптамалар-2 орын: 6,0 және 2,5. Қуат тұтыну, ВА, артық емес - 260. Айнымалы ток қуаты (кернеу / жиілік) - 220±10% В; 50±0,4 Гц. Сәулелендіргіштің қызмет ету мерзімі, жыл - 10. Тауардың әрбір жиынтығы мазмұнын қазақ немесе орыс тілдеріне аудара отырып, техникалық және пайдалану құжаттамасының жиынтығымен жабдықталады. Тауарларды өткізу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. Жеткізу жиынтығы тауардың нақты техникалық сипаттамаларын және осы кестенің әрбір тармағы (жиынтық немесе жабдық бірлігі) үшін барлық жиынтықты көрсете отырып сипатталады. Өлшеу құралдарына жататын тауар Қазақстан Республикасының өлшеу құралдарының тізіліміне енгізілуге тиіс. Жұмыс орнына жеткізуді, жабдықты түсіруді, аспаптарды орауды, орнатуды, баптауды және іске қосуды, олардың сипаттамаларының осы құжатқа және фирманың спецификациясына (дәлдігі, сезімталдығы, өнімділігі және басқалары) сәйкестігін тексеруді, медициналық (аппликациялық тренинг) және техникалық персоналды (растайтын құжатты бере отырып, қызмет көрсетудің базалық деңгейіне) оқытуды Тапсырыс берушіні тарта отырып, өнім беруші жүзеге асырады. штатта өндірушінің тиісті мамандары, қызметкерлері болмаған жағдайда. Медициналық техникаға кепілдік сервистік қызмет көрсету кемінде 37 ай. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету жылына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс.

	Техникалық қызмет көрсету жұмыстары пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы тиіс: - жұмыс істеген құрамдас бөліктерді ауыстыру; - медициналық техниканың жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; - медициналық техниканы баптау және реттеу; осы медициналық техникаға тән жұмыстар және т. б.; - тазалау, майлау және қажет болған жағдайда негізгі механизмдер мен тораптарды іріктеу; - медициналық техника корпусының құрамдас бөліктерінің сыртқы және ішкі беттерінен шаңды, кірді, коррозия мен тотығу іздерін кетіру(ішінара блокты-тораптық бөлшектеумен); - пайдалану құжаттамасында көрсетілген медициналық техниканың нақты түріне тән өзге де операциялар

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18003177-1
Наименование закупки:	приобретение бактерицидного облучателя
Номер лота:	№ 88758291-ОИ2
Наименование лота:	Облучатель
Описание лота:	бактерицидный, ультрафиолетовое излучение
Дополнительное описание лота:	Облучатель бактерицидный, передвижной, ОБП-4*30
Количество:	6
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	311011100, Жамбылская область, г.Тараз, район Әулиеата пр.Толе би, 119
Срок поставки:	60 календарных дней со дня подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Облучатель бактерицидный передвижной ОБП-4х30, Оборудование должно быть: - новым, не бывшим в эксплуатации; - год выпуска – не раннее 2026 года; - заводского изготовления. При поставки оборудования должно быть регистрационное удостоверение, заводской паспорт, также гарантийный паспорт. Гарантийный срок (в месяцах) - 37 месяцев. Предназначен для быстрого обеззараживания воздуха и поверхности в помещениях, где затруднено или малоэффективно применение настенного или потолочного типов облучателей. Благодаря своей конструкции и лёгкости перемещения, рекомендуются для поочередной дезинфекции нескольких помещений или для использования в помещениях большой площади, без присутствия людей. Облучатель бактерицидный передвижной открытого типа, состоит из стойки с ручкой. Облучатель отличает простота конструкции и привлекательный дизайн. Минимум 4 поворотных колёс в основании облучателя позволяют легко перемещать его в помещениях. Легкосъёмные крышки корпуса обеспечивают простой доступ к электрическим компонентам облучателя, позволяя быстро осуществлять его техническое обслуживание. Особенности: • Улучшенный дизайн. • Покрытие порошковой эмалью повышает антикоррозийную устойчивость. Количество бактерицидных ламп, шт.-4 шт. - срок службы, ч;-не менее 9000ч. - номинальная мощность лампы, Вт;- 4 × 30; - бактерицидный поток лампы, Фбк Вт- 11,2. Коэффициент использования бактерицидного потока, Кф- 0,8. Бактерицидная эффективность по золотистому стафилококку для категории помещения, % (максимальный объём помещения для обеспечения бактерицидной эффективности, м3) Габаритные размеры, мм, не более: 1030х290х275. - облучателя; - 8,5; - упаковки - 2 места: 6,0 и 2,5. Потребляемая мощность, ВА, не более- 260. Питание от сети переменного тока (напряжение / частота)- 220±10% В; 50±0,4 Гц. Срок службы облучателя, лет- 10. Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов,

	сотрудников производителя. Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в год. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники