

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16785553-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық бас жарықтандырғышты сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 82780017-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Шам
Лоттың сипаттауы:	медициналық, портативтік, қарау
Лоттың қысқаша сипаттауы:	KS-03 медициналық бас жарықтандырғышы
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751310000, Алматы қ., Әуезов ауданы Алматы қ., Аксай-4 ы.а., 17 үй
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімінде көрсетілген мөлшерде және мерзімде өтінім бойынша жеткізу
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	KS-03 медициналық бас жарықтандырғышы. Негізгі сипаттамалары: - Түрі: ЛОР тексерулеріне арналған маңдай (маңдай) шамы; - Жарық көзі: LED; - Жарықтық: реттелетін, 20 000 люкске дейін; - Түс температурасы: 5000-6000 к; - Жарық сәулесінің фокусы: реттелетін; - Қуат көзі: Li-ion батареясы, жұмыс уақыты 3-5 сағат; - Зарядтау: 220 В желісінен, адаптер жиынтықта; - Материал: жеңіл, тозуға төзімді пластик және металл; - Жинақ: бас таспа, батарея, зарядтағыш, ауыстырылатын сүзгі; - Салмағы: ~150 г; - Қолдану: ЛОР тәжірибесінде балалар мен ересектерді тексеруге арналған; - Қауіпсіздік және гигиена стандарттарына сәйкестік (ISO/CE).

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16785553-1
Наименование закупки:	Закуп медицинского налобного осветителя
Номер лота:	№ 82780017-ЗЦП1
Наименование лота:	Фонарь
Описание лота:	медицинский, портативный, осмотровый
Дополнительное описание лота:	Медицинский налобный осветитель KS-03
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751310000, г.Алматы, Ауэзовский район г.Алматы, мкр. Аксай-4, д. 17
Срок поставки:	Поставка по заявке в количестве и в сроки указанные в заявке Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Медицинский налобный осветитель KS-03. Медицинский налобный осветитель Основные характеристики: – Тип: налобный (лобный) светильник для ЛОР-осмотров; – Источник света: LED; – Яркость: регулируемая, до 20 000 люкс; – Цветовая температура: 5000-6000 К; – Фокусировка пучка света: регулируемая; – Источник питания: аккумулятор Li-ion, время работы 3-5 часов; – Зарядка: от сети 220 В, адаптер в комплекте; – Материал: легкий, износостойкий пластик и металл; – Комплект: налобная лента, аккумулятор, зарядное устройство, сменный фильтр; – Вес: ~150 г; – Применение: для детских и взрослых осмотров в ЛОР-практике; – Соответствие стандартам безопасности и гигиены (ISO/CE).