Утверждаю
Заместитель командующего РгК
«Батыс» (по тылу)
полковник К. Кажыбаев
«____» _____ 2026 года

Техническая спецификация
на проведение услуг по поверке счетчика ДД-25/1.6 воинской части 6656, по адресу Мангистауская область, г.Актау, 22 микрорайон, здание 39.

Поверка счетчика ДД-25/1.6 в количестве 1 штуки автотопливозаправщика КАМАЗ-66061-13, с выдачей сертификатов о поверке и поверительного клейма (самоклеющийся лейбл).

Поверку произвести в соответствии с ГОСТ 8.451-81 «Государственная система обеспечения единства измерения. Счетчики жидкости камерные. Методы и средства поверки»

Поверку должны проводить органы Государственной метрологической службы или аккредитованные на право поверки метрологические службы юридических лиц, аттестованные в качестве поверителя органом Государственной метрологической службы.

ДД-25/1.6 санауышын тексеру 1 дана көлемінде КАМАЗ-66061-13 автотопливозаправщигі (агрессивті емес мұнай өнімдерінің көлемдік мөлшерінің шығынын өлшеуге арналған) тексеру және тексеру таңбасы туралы сертификаттар бере отырып (өзі жабысатын лейбл).

Салыстырып тексеру "өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесі. Камералық сұйықтық есептегіштері. Тексеру әдістері мен құралдары"

Салыстырып тексеруді мемлекеттік метрологиялық қызмет орғандары немесе салыстырып тексеру құқығына аккредиттелген, салыстырып тексеруші ретінде мемлекеттік метрологиялық қызмет органы аттестаттаған заңды тұлғалардың метрологиялық қызметтері жүргізуге тиіс.

ВрИО начальника службы горючего и смазочных материалов УТ РгК «Батыс»
майор А. Садуакасов