Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17953025-1
Сатып алудың атауы:	Приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения
Лоттың нөмірі:	№ 88630081-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Ұштық
Лоттың сипаттауы:	мөлшерлеуіш үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	100-1000 мкл сүзгісі бар штативтегі стерильді ұшы, 100 дана қаптамада. Көлемі: 100-ден 1000 мкл-ге дейін (1-1 мл).Сүзгінің болуы: аэрозольдерді ұстайтын гидрофобты кеуекті сүзгі (әдетте полиэтиленнен жасалған).Стерильділік: стерильді (көбінесе гамма-сәулеленумен өңделеді).Материал: жоғары тазалықтағы медициналық полипропилен (мөлдір, химиялық инертті).Тазалық: әдетте ДНҚ, РНҚ, экзогендік ДНҚ және пирогендердің жоқтығына сертификатталған.Буып-түю: автоклавтауға дайын (егер штатив ыстыққа төзімді болса) және бір арналы және көп арналы диспенсерлермен пайдалануға дайын пластикалық штативте (әдетте әрқайсысы 96 дана).
Саны, көлемі:	82
Өлшем бірлігі:	Жиынтық
Жеткізу орны:	751910000, Алматы қ., Түрксіб ауданы Суюнбая 497 А, телефон 87787615650, 87272903818
Жеткізу мерзімі:	2027 жылғы 30 наурыз
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	100-1000 мкл сүзгісі бар штативтегі стерильді ұшы, 100 дана қаптамада. Көлемі: 100-ден 1000 мкл-ге дейін (1-1 мл).Сүзгінің болуы: аэрозольдерді ұстайтын гидрофобты кеуекті сүзгі (әдетте полиэтиленнен жасалған).Стерильділік: стерильді (көбінесе гамма-сәулеленумен өңделеді).Материал: жоғары тазалықтағы медициналық полипропилен (мөлдір, химиялық инертті).Тазалық: әдетте ДНҚ, РНҚ, экзогендік ДНҚ және пирогендердің жоқтығына сертификатталған.Буып-түю: автоклавтауға дайын (егер штатив ыстыққа төзімді болса) және бір арналы және көп арналы диспенсерлермен пайдалануға дайын пластикалық штативте (әдетте әрқайсысы 96 дана).

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17953025-1
Наименование закупки:	Приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения
Номер лота:	№ 88630081-ЗЦП1
Наименование лота:	Наконечник
Описание лота:	для дозатора
Дополнительное описание лота:	Стерильный наконечник для пипетки с фильтром, в штативе (100–1000 мкл), 100 штук в упаковке. Объем: от 100 до 1000 мкл (1–1 мл).Наличие фильтра: гидрофобный пористый фильтр (обычно из полиэтилена), задерживающий аэрозоли.Стерильность: стерильно (часто обрабатывается гамма-излучением).Материал: медицинский полипропилен высокой чистоты (прозрачный, химически инертный).Чистота: как правило, сертифицированы на отсутствие ДНКаз, РНКаз, экзогенной ДНК и пирогенов.Фасовка: в пластиковом штативе (обычно по 96 штук), готовом к автоклавированию (если штатив термостойкий) и использованию с одноканальными и многоканальными дозаторами.
Количество:	82
Единица измерения:	Набор
Места поставки:	751910000, г.Алматы, Турксибский район Суюнбая 497 А, телефон 87787615650, 87272903818
Срок поставки:	30 март 2027 года
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Стерильный наконечник для пипетки с фильтром, в штативе (100–1000 мкл), 100 штук в упаковке. Объем: от 100 до 1000 мкл (1–1 мл).Наличие фильтра: гидрофобный пористый фильтр (обычно из полиэтилена), задерживающий аэрозоли.Стерильность: стерильно (часто обрабатывается гамма-излучением).Материал: медицинский полипропилен высокой чистоты (прозрачный, химически инертный).Чистота: как правило, сертифицированы на отсутствие ДНКаз, РНКаз, экзогенной ДНК и пирогенов.Фасовка: в пластиковом штативе (обычно по 96 штук), готовом к автоклавированию (если штатив термостойкий) и использованию с одноканальными и многоканальными дозаторами.