

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 16844331-1
Сатып алудың атауы:	Генераторды мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 82445489-3ЦП1
Лоттың атауы :	Генератор
Лоттың сипаттауы:	арнайы және мамандандырылған техника үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Генератор (ДЭ)
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы
Жеткізу мерзімі:	Техникалық сипаттамаға сай

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Генератор. ҚР СТ 2.712-2019. WDZG-II (120 кВ / 3 мА) жоғары вольтты тұрақты ток генераторы кабельдік желілерді, электр жабдықтарын және оқшаулауды жоғары вольтты сынауға арналған арнайы сынақ жабдығы болып табылады. Зертханалық және далалық жағдайларда пайдалану кезінде тұрақты, реттелетін тұрақты ток кернеуін, жоғары өлшеу дәлдігін және сенімді қорғанысты қамтамасыз етеді. Негізгі мүмкіндіктер. Жабдық түрі: жоғары вольтты тұрақты ток (тұрақты ток) генераторы Мақсаты: жоғары кернеулі кабельдердің, электр жабдықтарының және электр қондырғыларының оқшаулауын сынау. Қолдану аясы: энергетикалық кәсіпорындар, сынақ зертханалары, қосалқы станциялар, жөндеу және техникалық қызмет көрсету. Конструкциясы: портативті (модульдік), басқару блогынан және жоғары вольтты түзеткіш қондырғыдан тұрады. Функционалдылық: жоғары тұрақты кернеуді генерациялау; шығыс кернеуін тегіс реттеу; ағып кету тогын бақылау; шамадан тыс жүктемеден және қысқа тұйықталудан қорғау; авариялық режимдерде автоматты өшіру; сынақ параметрлерін көрсету; Техникалық параметрлер: Максималды шығыс кернеуі: 120 кВ. Максималды шығыс тогы: 3мА. Шығу кернеуінің түрі: тұрақты (тұрақты ток). Кернеуді өлшеу дәлдігі: $\pm 1\%$. Ағымдағы өлшеу дәлдігі: $\pm 1\%$. Шығу кернеуінің тұрақсыздығы: $\leq 1\%$. Қуаты: 220 В, 50 Гц. Жұмыс температурасы: -10°C - $+40^{\circ}\text{C}$. Басқару әдісі: қолмен / электронды. Дисплей: сандық дисплей (кернеу, ток). Қорғаныс жүйесі: шамадан тыс жүктеме, бұзылу, қысқа тұйықталу. Калибрлеу: берілген. Жабдық: басқару блогы; жоғары вольтты түзеткіш қондырғы; қосу кабельдері; жерге сым; нұсқаулық. Ерекшеліктер: жоғары шығыс кернеуінің тұрақтылығы; жинақылық және тасымалдаудың қарапайымдылығы; пайдалану қауіпсіздігін арттыру; кәсіби пайдалануға жарамды. Кепілдікті мерзімі: Тауар жеткізілген сәттен бастап 12 ай. Бұрын қолданыста болған, қалпына келтірілген, қайта өңделген немесе қандай да бір түрде түрлендірілген тауарды жеткізуге жол берілмейді. Жеткізу мерзімі: Тапсырыс берушіден өтінімді алған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде. Егер Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда - жеткізу мерзімі Тапсырыс берушіден өтінім алған күннен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде. Өтінімдер веб-портал арқылы беріледі. Жеткізу орны: Астана қаласы ішінде, нақты мекенжайы Тапсырыс берушінің өтінішінде көрсетіледі.
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16844331-1
Наименование закупки:	Государственные закупки генератора
Номер лота:	№ 82445489-ЗЦП1
Наименование лота:	Генератор
Описание лота:	для специальной и специализированной техники
Дополнительное описание лота:	Генератор (ДЭ)
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль
Срок поставки:	Согласно технической спецификации

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Генератор. СТ РК 2.712-2019.Высоковольтный генератор постоянного тока WDZG-II (120 кВ / 3 мА) — специализированное испытательное оборудование, предназначенное для проведения высоковольтных испытаний кабельных линий, электротехнического оборудования и изоляции. Обеспечивает стабильное регулируемое напряжение постоянного тока, высокую точность измерений и надежную защиту при эксплуатации в лабораторных и полевых условиях. Основные характеристики. Тип оборудования: высоковольтный генератор постоянного тока (DC). Назначение: испытание изоляции кабелей, электрооборудования и электрических установок повышенным напряжением. Область применения: энергетические предприятия, испытательные лаборатории, подстанции, ремонтные и эксплуатационные службы. Конструкция: переносной (модульный), состоит из блока управления и высоковольтного выпрямительного блока. Функциональные возможности: генерация высокого постоянного напряжения; плавная регулировка выходного напряжения; контроль тока утечки; защита от перегрузки и короткого замыкания; автоматическое отключение при аварийных режимах; отображение параметров испытаний. Технические параметры: Максимальное выходное напряжение: 120 кВ; Максимальный выходной ток: 3 мА; Тип выходного напряжения: постоянное (DC); Точность измерения напряжения: $\pm 1\%$; Точность измерения тока: $\pm 1\%$; Нестабильность выходного напряжения: $\leq 1\%$; Питание: 220 В, 50 Гц. Метод управления: ручной/электронный. Отображение: цифровой дисплей (напряжение, ток). Система защиты: от перегрузки, пробоя, короткого замыкания. Калибровка: предусмотрена. Комплектация: блок управления; высоковольтный выпрямительный блок; соединительные кабели; заземляющий провод; руководство по эксплуатации. Особенности: высокая стабильность выходного напряжения; компактность и удобство транспортировки; повышенная безопасность эксплуатации; подходит для профессионального использования. Гарантийный срок: 12 месяцев с момента поставки товара. Недопустим к поставке товар бывший в употреблении, восстановленный, переработанный или каким-либо образом модифицированный. Срок поставки: в течение 15 календарных дней со дня направления заявки от Заказчика. В случае если Поставщик находится в Реестре казахстанских товаропроизводителей - срок поставки в течение 60 календарных дней со дня направления заявки от Заказчика. Заявки подаются посредством веб-портала. Место поставки: в пределах города Астаны, точный адрес указывается в заявке Заказчика.
--	---