

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17783804-1
Сатып алудың атауы:	Веналық қан үлгілерін алуға және плазмалық зертханалық зерттеулер жүргізуге арналған бір реттік вакуумдық пробирка
Лоттың нөмірі:	№ 88059380-ОИ2
Лоттың атауы:	Түтікше
Лоттың сипаттауы:	вакуумдық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Гепарин антикоагулянты бар, жасыл қақпақты вакуумдық пробирка. Көлемі 3мл
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	231010000, Атырау облысы, Атырау қ. Махамбет Өтемісұлы 118е/2
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған күннен бастап 16 (он алты) күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Бір рет қолданылатын, стерильді вакуумдық пробиркасы. Қанның ұюын болдырмайтын литий гепарин антикоагулянты болуы тиіс. Қақпағы жасыл түсті, герметикалық жабылатын. Көлемі 3 мл, өлшемі 13*75мм. Веналық қан алуға плазма дайындауға және ветеринариялық зертханалық, оның ішінде биохимиялық зерттеулер жүргізуге арналған. Пробирка бүтін, мөлдір зақымдалмаған және зауыттық қаптамада болуы тиіс.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17783804-1
Наименование закупки:	Одноразовая вакуумная пробирка для взятия венозной крови и лабораторного анализа плазмы.
Номер лота:	№ 88059380-ОИ2
Наименование лота:	Пробирка
Описание лота:	вакуумная
Дополнительное описание лота:	Вакуумная пробирка с антикоагулянтом (гепарином). Объем — 3 мл.
Количество:	100
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	231010000, Атырауская область, г.Атырау Махамбет Өтемісұлы 118е/2
Срок поставки:	в течении 16 (шестнадцать) календарных дней со дня заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Одноразовая стерильная вакуумная пробирка. Должна содержать антикоагулянт литий гепарин, предотвращающий свертывание крови. Крышка зеленого цвета, герметично закрывающаяся. Объем — 3 мл, размер — 13×75 мм. Предназначена для забора венозной крови, подготовки плазмы и проведения лабораторных, в том числе биохимических, исследований в ветеринарии. Пробирка должна быть целой, прозрачной, без повреждений и поставляться в заводской упаковке.