

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17370570-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық кабинеттердің тауарларын сатып алу (қайталама)
Лоттың нөмірі:	№ 87147711-3ЦПЗ
Лоттың атауы :	Проектор
Лоттың сипаттауы:	бейінді
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Проектор знаков
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	311011100, Жамбыл облысы, Тараз қ., Әулиеата ауданы ҚАЗАҚСТАН, Жамбыл облысы, Тараз қ., Әулиеата ауданы, Ш.Мұртаза, 59
Жеткізу мерзімі:	30 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Автоматты диаграмма проекторы (көру өткірлігін тексеру үшін). Мақсатты пайдалану: Офтальмологиялық клиникаларда, медициналық мекемелерде және оптометрия орталықтарында көру өткірлігін, бинокулярлық көруді, түсті қабылдауды және басқа көру функцияларын бағалау үшін оптотиптерді және сынақ кескіндерін көрсетуге арналған. Техникалық сипаттамалар Түрі: автоматты диаграмма проекторы. Орнату әдісі: қабырғаға (кронштейн арқылы) немесе үстелге (сөреге орнатылады). Экранға дейінгі жұмыс қашықтығы: 2,5-8,0 м. Кірістірілген сынақтар саны: кемінде 40. Педиатриялық оптотиптерді қамтиды. Суретті ауыстыру жылдамдығы: макс. 0,15 секунд. Оптикалық жүйенің ажыратымдылығы: кемінде 50 жол/мм. Басқару: қашықтан, басқару блогы арқылы. Жеткізу пакетінде проекциялық экран болуы керек. Сынақтарды таңдау және көрсету режимдерін өзгерту мүмкіндігі. Автоматты фороптер және/немесе авторефрактометрмен біріктіру мүмкіндігі (тиісті интерфейстің болуына байланысты). Қуат көзі: 220–240 В, 50/60 Гц. Дизайн ұзақ пайдалану кезінде тұрақты жұмысты қамтамасыз етуі керек. Пакет мазмұны Оптотиптік проектор — 1 бірлік. Қашықтан басқару пульті — 1 бірлік. Проекциялық экран — 1 бірлік. Қабырғаға бекіту кронштейні (стандартты зауыттық қаптамада болса). Пайдалану жөніндегі нұсқаулық. Өнім паспорты/мәліметтер парағы. Пайдаланудың кепілдік мерзімі кемінде 12 айды құрайды. Оптотиптік проектор ГОСТ IEC 60601-1, GOST IEC 60601-1-2, GOST ISO 8596, GOST ISO 8597 немесе соған ұқсас халықаралық стандарттар талаптарына сәйкес болуы керек, сондай-ақ медициналық құрылғыны тіркеу куәлігі (қажет болған жағдайда), сондай-ақ сапа мен қауіпсіздікті растайтын құжаттар болуы керек.
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17370570-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для медицинских кабинетов (повторно)
Номер лота:	№ 87147711-ЗЦПЗ
Наименование лота:	Проектор
Описание лота:	профильный
Дополнительное описание лота:	Проектор знаков
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	311011100, Жамбылская область, г.Тараз, район Өулиеата КАЗАХСТАН, Жамбылская область, г.Тараз, район Өулиеата, Ш.Муртаза, 59
Срок поставки:	В течение 30 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Проектор знаков автоматический (для проверки остроты зрения). Назначение: Предназначен для демонстрации опто типов и тестовых изображений при исследовании остроты зрения, бинокулярного зрения, цветоощущения и других функций зрительного анализатора в офтальмологических кабинетах, медицинских организациях и оптометрических центрах. Технические характеристики Тип: автоматический проектор знаков. Способ установки: настенный с помощью кронштейна или настольный (на полке). Рабочее расстояние до экрана: от 2,5 до 8,0 м. Количество встроенных тестов: не менее 40. Наличие детских опто типов. Скорость смены изображения: не более 0,15 секунды. Разрешающая способность оптической системы: не менее 50 линий/мм. Управление: дистанционное с помощью пульта управления. Комплект поставки должен включать экран для проекции. Возможность выбора тестов и изменения режимов отображения. Возможность интеграции с автоматическим фороптером и/или авторефрактометром (при наличии соответствующего интерфейса). Питание: 220-240 В, 50/60 Гц. Конструкция должна обеспечивать стабильную работу при длительной эксплуатации. Комплект поставки Проектор знаков — 1 шт. Пульт дистанционного управления — 1 шт. Экран для проекции — 1 шт. Кронштейн для настенного крепления (при наличии в заводской комплектации). Руководство по эксплуатации. Паспорт изделия. Гарантийный талон. Гарантийный срок эксплуатации — не менее 12 месяцев. Проектор знаков должен соответствовать требованиям ГОСТ IEC 60601-1, ГОСТ IEC 60601-1-2, ГОСТ ISO 8596, ГОСТ ISO 8597 или эквивалентным международным стандартам, а также иметь регистрационное удостоверение медицинского изделия (при необходимости) и документы, подтверждающие качество и безопасность.
--	---