

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17858512-1
Сатып алудың атауы:	"Шиелі аудандық көп бейінді орталық ауруханасы" ШЖҚ КМК-ны үшін мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88325418-ОИ2
Лоттың атауы:	Синоптофор
Лоттың сипаттауы:	офтальмологиялық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Көзді қорғау кабинеті үшін синоптофор
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	435230100, Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Шиелі к. Кызылординская область, Шиелийский район, кент Шиели, ул.Жайлыбаева, №58
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден тапсырыс алғаннан кейін 16 (он алты) күнтізбелік күннің ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	СИНОПТОФОР СИНФ-1 ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІ - Жалпы мәліметтер - Брендi: «Точмедприбор». - Өндiрушi: «ХЗ Точмедприбор» ЖАҚ. - Шығарылған елi: Украина. - Өлшем бірлігі: дана. - Қолданылу саласы: көз клиникаларында, емханаларда және балалардың көру қабілетін қорғау кабинеттерінде қолданылады. - Техникалық сипаттамалары - Қоректендіру: жиілігі 50 Гц айнымалы ток желісінен. - Жұп объектілердің саны: 20. - Көлденең бұрыштар шкаласының көрсеткіштер диапазоны: 0°-тан ±45°-қа дейін. - Тік бұрыштар шкаласының көрсеткіштер диапазоны: 0°-тан ±10°-қа дейін. - Оптикалық жүйенің үлкейтуі: 2х. - Бір бағытта бірлесіп бұру кезіндегі оптикалық бастиектердің бұрылу бұрышы: кемінде 32°. - Әрбір оптикалық бастиектің бұрылу бұрышы: - жеке бұрылған кезде — ±45°; - екі бастиекті де окулярлардың оптикалық осьтері алшақтайтын бағытта симметриялы бұрған кезде — кемінде 25°. - Функционалдық мүмкіндіктері СИНФ-1 синоптофору төмендегілерге арналған: - қылилықтың объективті және субъективті бұрыштарын анықтау; - торлы қабықтардың корреспонденция жағдайын анықтау; - бинокулярлық бірігу қабілетін бағалау; - фузиялық резервтерді анықтау; - функционалдық скотоманың бар-жоғын анықтау; - фовеалдық емес бірігудің бар-жоғын анықтау. - Жиынтықталуы Жеткізу жиынтығына мыналар кіреді: - СИНФ-1 синоптофору — 1 дана. - Біріктіруге арналған объектілер — 6 жұп. - Бірігуге арналған объектілер — 12 жұп. - Стереоскопиялық жылтырды бақылауға арналған объектілер — 1 жұп. - Бақылау объектілері — 1 жұп. - Габариттік өлшемдері мен салмағы - Ұзындығы: 455 мм. - Ені: 297 мм. - Биіктігі: 377 мм. - Салмағы: 18 кг. Ілеспе қызметтерге қойылатын талаптар Тауардың әрбір жиынтығы мазмұны қазақ немесе орыс тілдеріне аударылған техникалық және пайдалану құжаттамасының толық жиынтығымен қамтамасыз етілуі тиіс. Тауарларды өткізу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. Жеткізу жиынтығы осы кестенің әрбір тармағы (жиынтық немесе жабдық бірлігі) бойынша тауардың нақты техникалық сипаттамалары мен толық жиынтықталуын көрсете отырып сипатталуы тиіс. Техникалық ерекшелікте өзгеше көзделмесе, электрмен қоректендіру

қосымша адаптерлерсіз немесе трансформаторларсыз 220 В болуы тиіс. Аспаптармен бірге жеткізілетін бағдарламалық қамтамасыз ету Тапсырыс берушінің орнатылған жабдығының бағдарламалық қамтамасыз етуімен үйлесімді болуы тиіс.

Өнім беруші тауарды жеткізу процесін білікті мамандардың сүйемелдеуін қамтамасыз етеді.

Тауарды жеткізу кезінде Өнім беруші Тапсырыс берушіге тауардың бағдарламалық қамтамасыз етуіне қол жеткізу үшін барлық сервистік кодтарды ұсынады.

Өлшеу құралдарына жататын тауар Қазақстан Республикасының өлшем құралдарының мемлекеттік тізіліміне енгізілуі тиіс.

Жабдықты орнатуға дейін күнтізбелік 40 (қырық) күннен кешіктірмей Өнім беруші Тапсырыс берушіні жабдықты сәтті іске қосу үшін қажетті инсталляция алдындағы талаптар туралы хабардар етеді.

Ірі габаритті жабдық үй-жайды алдын ала дайындау кезінде күрделі монтаждау жұмыстарын қажет етпеуі және сыртқы өлшемдері бойынша стандартты есік ойықтарынан (ені — 80 сантиметр, биіктігі — 200 сантиметр) өтуі тиіс.

Жабдықты жұмыс орнына жеткізуді, түсіруді, қаптамадан шығаруды, орнатуды, реттеуді және іске қосуды, аспаптардың сипаттамаларының осы құжатқа және өндіруші фирманың техникалық ерекшеліктеріне (дәлдігі, сезімталдығы, өнімділігі және басқа сипаттамалары) сәйкестігін тексеруді, сондай-ақ Тапсырыс берушінің медициналық персоналын (қолдану бойынша оқыту) және техникалық персоналын (қызмет көрсетудің базалық деңгейіне, растайтын құжат бере отырып) оқытуды Өнім беруші жүзеге асырады. Тиісті мамандар Өнім берушінің штатында болмаған жағдайда, өндірушінің қызметкерлері тартылады. ГОСТ 14934-88

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17858512-1
Наименование закупки:	Государственная закупка для КГП на ПХВ "Шиелийской многопрофильной центральной районной больницы"
Номер лота:	№ 88325418-ОИ2
Наименование лота:	Синоптофор
Описание лота:	офтальмологический
Дополнительное описание лота:	Синоптофор для кабинета охраны зрения
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	435230100, Кызылординская область, Шиелийский район, п.Шиели Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Шиелі кенті, Жайлыбаев көшесі №58
Срок поставки:	в течение 16 (шестнадцать) календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Техническая спецификация синоптофора СИНФ-1 - Общие сведения - Бренд: «Точмедприбор». - Производитель: ЧАО «ХЗ Точмедприбор». - Страна происхождения: Украина. - Единица измерения: штука. - Область применения: применяется в глазных клиниках, поликлиниках и кабинетах охраны зрения детей. - Технические характеристики - Питание: от сети переменного тока частотой 50 Гц. - Количество парных объектов: 20. - Диапазон показаний шкалы горизонтальных углов: от 0° до ±45°. - Диапазон показаний шкалы вертикальных углов: от 0° до ±10°. - Увеличение оптической системы: 2×. - Угол поворота оптических головок при совместных односторонних разворотах: не менее 32°. - Угол поворота каждой оптической головки: - при самостоятельных разворотах — ±45°; - при симметричных разворотах обеих головок в направлении расхождения оптических осей окуляров головок — не менее 25°. - Функциональные возможности Синоптофор СИНФ-1 предназначен для: - определения объективного и субъективного углов косоглазия; - определения состояния корреспонденции сетчаток; - оценки способности к бинокулярному слиянию; - определения фузионных резервов; - выявления наличия или отсутствия функциональной скотомы; - выявления наличия нефовеального слияния. - Комплектация В комплект поставки входят: - Синоптофор СИНФ-1 — 1 шт. - Объекты на совмещение — 6 пар. - Объекты на слияние — 12 пар. - Объекты для наблюдения стереоскопического блеска — 1 пара. - Контрольные объекты — 1 пара. - Габаритные размеры и масса - Длина: 455 мм. - Ширина: 297 мм. - Высота: 377 мм. - Вес: 18 кг. - Требования к сопутствующим услугам - Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. - Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. - Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. - Если иное не указано в технической спецификации, электрическое

питание — 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов.

- Программное обеспечение, поставляемое с приборами, должно быть совместимо с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика.
- Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами.
- При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет Заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара.
- Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан.
- Не позднее чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования.
- Крупное оборудование не должно предполагать проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения и по внешним габаритам должно проходить в стандартные дверные проемы (ширина — 80 сантиметров, высота — 200 сантиметров).
- Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные характеристики), обучение медицинского персонала (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением сотрудников производителя при отсутствии в штате соответствующих специалистов. ГОСТ 14934-88