

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17850733-1
Сатып алудың атауы:	Фармацевтикалық тоңазытқыш, кептіру-зарарсыздандыру шкафы (тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес)
Лоттың нөмірі:	№ 88336307-3ЦП1
Лоттың атауы:	Кептіргіш шкаф
Лоттың сипаттауы:	металлдан жасалған, зертханалық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ШС-80 кептіру-зарарсыздандыру шкафы (тапсырыс берушінің техникалық сипаттамасына сәйкес)
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751410000, Алматы қ., Бостандық ауданы Алматы қ., Байзақов к-сі, 299а
Жеткізу мерзімі:	тапсырыс берушінің өтінімі бойынша (тауарды жеткізу өтінім берілген сәттен бастап күнтізбелік 15 күннен аспайды)
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ШС-80 кептіру-зарарсыздандыру шкафы. Шыны және металл ыдыстарды, ыстыққа төзімді шприцтерді, хирургиялық және басқа құралдарды кептіруге және ауамен дезинфекциялауға арналған. Шкаф ауруханаларда, зертханаларда және басқа медициналық мекемелерде қолданылады. Шкаф қоршаған ауа температурасы +10-нан +35 °С-қа дейін, салыстырмалы ылғалдылығы 80% +25 °С температурада жасанды реттелетін климаттық жағдайлары бар үй-жайларда пайдалануға арналған. Шкаф аяқтардағы тіреуішпен жасалады (аяқтардағы тіреу шкафтың параметрлеріне сәйкес келуі керек және ШС-80 кептіру-зарарсыздандыру шкафын жасаған зауыт дайындауы керек). Негізі бар опцияның параметрлері: Жұмыс камерасының өлшемдері, мм, кем емес: Ені:400 * Биіктігі:500 * Тереңдігі: 400 Жұмыс камерасының көлемі, дм3: 80 Номиналды қуат тұтыну, кВт: 1,26 Жиілігі 50 Гц бір фазалы айнымалы токтың номиналды кернеуі, В: 220 Жұмыс камерасында автоматты түрде сақталатын температура диапазоны, °С: +50 - ден +200-ге дейін. Жұмыс камерасын 200°С дейін қыздыру уақыты, мин, артық емес: 30. Өнім беруші тауарды жеткізген кезде тіркеу куәлігін, барлық қажетті сертификаттарды және басқа құжаттарды ұсынуы керек.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17850733-1
Наименование закупки:	Холодильник фармацевтический, шкаф сушильно-стерилизационный (согласно технической спецификации заказчика)
Номер лота:	№ 88336307-3ЦП1
Наименование лота:	Шкаф сушильный
Описание лота:	металлический, лабораторный
Дополнительное описание лота:	Шкаф сушильно-стерилизационный ШС-80 (согласно технической спецификации заказчика)
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751410000, г.Алматы, Бостандыкский район г. Алматы, ул. Байзакова 299А
Срок поставки:	по заявке заказчика (поставка товара не более 15 календарных дней с момента подачи заявки)
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Шкаф сушильно-стерилизационный ШС-80. Предназначен для сушки и воздушной дезинфекции стеклянной и металлической посуды, термостойких шприцев, хирургического и другого инструмента. Шкаф применяется в больницах, лабораториях и других медицинских учреждениях. Шкаф предназначен для эксплуатации в помещениях с искусственно регулируемым климатическими условиями при температурах окружающего воздуха от +10 до +35 °С с относительной влажностью 80 % при температуре +25 °С. Шкаф изготавливается в с подставкой на ножках (подставка на ножках должна соответствовать параметрам шкафа и быть изготовленной заводом изготовившим сушильно-стерилизационный шкаф ШС-80). Параметры для варианта с основанием: Размеры рабочей камеры, мм, не менее: Ширина: 400*Высота: 500*Глубина: 400 Объем рабочей камеры, дм³: 80 Номинальная потребляемая мощность, кВт: 1,26 Номинальное напряжение однофазного переменного тока частотой 50 Гц, В: 220 Диапазон автоматически поддерживаемых температур в рабочей камере, °С: от +50 до +200. Время разогрева рабочей камеры до 200°С, мин, не более: 30. Поставщик при поставке товара должен предоставить регистрационное удостоверение, все необходимые сертификаты и прочие документы.