

**Сатып алынатын қызметтердің Техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы:	"Алматы қаласы Наурызбай ауданы әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы:	"Алматы қаласы Наурызбай ауданы әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 17771773-2
Конкурстың атауы:	Мүгедектерге арналған протездік-ортопедиялық құралдарды өндіру бойынша қызметтер
Лоттың нөмірі:	№ 88032950-OK1
Лоттың атауы	Протездеу бойынша медициналық қызметтері
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	841212.038.000000
Қызметтің атауы:	Протездеу бойынша медициналық қызметтері
Өлшем бірлігі:	Бір қызмет
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы:	14285714.29
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	14285714.29
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс:	
Қызмет көрсету мерзімі	2026 жыл
Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы	ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР Наурызбай ауданындағы мүгедектерді протездік-ортопедиялық құралдармен қамтамасыз ету қызметтері үшін 2026 жылға арналған Мүгедектерді протездік-ортопедиялық көмекпен, құралдармен қамту және оларды пайдалануды үйрету қызметінің Техникалық сипаттамасы Мүгедектерді протездік-ортопедиялық құралдармен қамтудағы, сондай-ақ ол құралдарды пайдалануды үйретудегі көрсетілетін арнайы медициналық-техникалық көмек түрі протездік-ортопедиялық көмектің мәні болып табылады. Жеткізуші Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары-Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2023 жылғы 30 маусымдағы № 287 бұйрығымен бекітілген мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, техникалық көмекші (компенсаторлық) құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен, оларды ауыстыру мерзімдерін қоса алғанда, қамтамасыз ету қағидаларының 3-қосымшасына сәйкес протездік-ортопедиялық құралдарды өндіруге және олармен мүгедектерін қамтамасыз етуге тиіс. Протездік-ортопедиялық қызмет Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары-Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2023 жылғы 30 маусымдағы № 287 бұйрығымен бекітілген Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, техникалық көмекші (компенсаторлық) құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен, оларды ауыстыру мерзімдерін қоса алғанда, қамтамасыз ету қағидаларына сәйкес көрсетілуі тиіс. Күрделі протездік-ортопедиялық құралдар кезектілік тәртібімен тапсырыстар өндіріске тапсырылған күннен бастап 45 жұмыс күнінен аспайтын мерзім ішінде дайындалады. Ұсақ протездік-ортопедиялық құралдар кезектілік тәртібімен тапсырыстар өндіріске тапсырылған күннен бастап 7 жұмыс күнінен аспайтын мерзім ішінде дайындалады. Тұтынушыларды протездік-ортопедиялық көмекпен қамсыздандыру қызметі мына нормативтік-құқықтық актілерге сай болуы тиіс: 2009 жылғы қыркүйектің 18-індегі №193-IV «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы кодексіне; Қазақстан Республикасының 2023 жылғы сәуірдің 20-сындағы № 224-VIIҚРЗ Әлеуметтік кодексіне; 1724-2007 «Протездеуден медициналық қызмет түрлерін ұсыну және протездік-ортопедиялық бұйымдармен қамтамасыз ету. Жалпы талаптар» ҚР СТ; Протездік-ортопедиялық бұйымдар Қазақстан Республикасының Мемлекеттік стандарттарына сай болуы тиіс; 68-2012 «Халықтың жеке тапсырыстары бойынша жасалған протездік-ортопедиялық бұйымдар» ҚР СТ; 3.06-01-2011 «Халықтың қимыл-қозғалысы қиын топтары үшін ғимараттар мен жайлардың қолжетімділігі» ҚР ҚН; 3.06-101-2012 «Ғимараттар мен жайларды халықтың қимыл-қозғалысы қиын топтары үшін қолжетімді болуын ескеріп жобалау. Жалпы талаптар» ҚР ЕЖ; Бастапқы стационарлық протездеу 20 жұмыс күні ішінде аяқталады. Екінші стационарлық протездеу 7 жұмыс күні ішінде аяқталады. Протездік-ортопедиялық көмек келесі жабдықтар мен қызметтерді қамтуы керек:
--	---

	1. Соңғы технология бойынша жамбас протезі 2 бірлік көлемінде – ҚР СТ 69-2012 «Халықтың жеке тапсырысы бойынша жасалған төменгі аяқ протездері. Техникалық талаптар». Өнімде силикон төсемі, көміртекті жең, көміртекті талшықты табаны бар гидравликалық/пневматикалық тізе жинағы (науқастың физиологиясына байланысты) болуы керек. Жамбас протезі - ампутациядан кейін немесе туа біткен мүше болмаған кезде жамбас буынындағы төменгі аяқты немесе жамбас буыны мен тізе буынының арасындағы төменгі аяқтың бір бөлігін алмастыратын құрал. Ампутация деңгейіне байланысты аяқ-қолдың ампутацияланған бөлігінің көптеген жоғалған функцияларын ауыстыру және қалпына келтіру қажет. Гидравликалық/пневматикалық тізе жинағы және көміртекті талшықты табаны бар құрал жоғары функционалдылыққа, жоғары тіреулерге төзімділікке және тізе буындарындағы бүгілу және ұзарту фазаларын бөлек реттеу мүмкіндігіне ие болуы керек. Түтікке орнату: вакуумда, былғары белбеуде, тоқыма таңғышта, серпімді таңғышта немесе құлыпсыз немесе құлыпсыз силикон жамылғысында. Материал: титан, алюминий. Тізенің бүгу бұрышы: 170°, салмағы: 3 кг-ға дейін, дене салмағының максималды мөлшері: 145 кг. Жамбас протезіне арналған көміртекті талшық аяқ. Науқастың салмағына байланысты қаттылық категориясы. Сыртқы табаны толық өлшемді. Тұрақтылық көміртекті талшықтардың үздіксіз ұзындығымен қамтамасыз етіледі. Көміртекті талшықты қолдау модулі бар аяқтың энергияны үнемдеу дәрежесі жоғары болуы керек. Қосылу тақтасымен бірге 3-ші буын косметикалық қабығымен бірге жеткізіледі. 2. 1 бірлік санында жаңа технология бойынша ұсақ бөлшектері бар аяқ протезі – ҚР СТ 70-2012 «Халықтың жеке тапсырысы бойынша жасалған жоғарғы аяқ-қолдардың протездері. Техникалық талаптар». Аяқ ақаулары бар және тобыққа дейін ұзын аяқтары бар балалар мен ересектерге тағайындалады. Ол дiңгек құймасынан жеке құйма алып, сосын бiрдей сау аяқ пішініне құйып жасайды. Протездік бұйым ешқандай қосымша құрылғыларсыз біртұтас силиконды зат ретінде құйылады. Контурлар, шаш сызығы (бар болса), бүктемелер және түс реңктері сау аяққа сәйкес келеді. Әрбір саусақ бөлек-бөлек сызылады, ал аяқ киімді киген кезде науқасқа қосымша құрылғылар қажет емес (бекіткіштер, велкро, аяқ киім және т.б.). Яғни, бұл жағдайда детальдары аз протездік табан бір блок силиконнан жасалады, контурлары, саусақтары, тырнақтары және т.б сау аяқпен бірдей. 3. «Қазіргі заманғы технологияны қолданатын аз бөлшекті қол саусақтары протезі 3D» – 1 бірлік көлемінде – ҚР СТ 70-2012 «Халықтың жеке тапсырыстары бойынша дайындалатын жоғарғы аяқ-қол протездері. Техникалық шарттар» стандартына сәйкес. Ампутациядан кейін немесе аяқтың туа біткен жоқтығында жоғарғы аяқтың бір бөлігін алмастыратын өнім. Қалыптан тапсырыс бойынша жасалған композиттік қабылдау жеңі бар косметикалық протез. Науқастың физиологиясына байланысты бекіту оны тікелей дiңгекке бекіту арқылы жүзеге асырылады, щетка силиконды косметикалық қолғап болып табылады. Қол косметикасы барлық бөлшектерді, соның ішінде тырнақтарды, әжімдерді
--	--

	және кішкентай шашты тартады. Протездің түсі сау қолмен бірдей болуы керек, уақыт өте келе қара түске айналатын немесе түсін өзгертетін қасиетке ие болмауы керек. 4. 1 бірлік көлеміндегі корсеттер шинно – Қазақстан Республикасының СТ 72-2015 «Халықтың жеке тапсырыстары бойынша дайындалған ортопедиялық корсеттер. Техникалық шарттар», ҚР СТ 61-2015 «Халықтың жеке тапсырыстары бойынша жасалған корсет бұйымдары. Жалпы техникалық шарттар». омыртқаның барлық бөліктеріне арналған корсет; балаларға арналған функционалды корсет; балаларға арналған ортокрилден жасалған корсет-бас ұстағыш; балдақпен ламинатталған немесе термопластикалық корсет; тоқыма корсет; емдік және профилактикалық шалбар және т.б. Олар дененің бұлшықеттерінің сал ауруына, сколиозға, омыртқаның сынуына тағайындалады және жасалады. Корсеттер бекітуші және түзетуші болып бөлінеді. Тоқыма - металл немесе оларды ауыстыру пластиналары арқылы қол жеткізілетін шілтер мен қатты жақтауы бар мата жеңінен тұрады. Қатты корсеттер поливиктен жасалған. 5. ____ бірлік көлеміндегі корсеттер – Қазақстан Республикасының СТ 72-2015 «Халықтың жеке тапсырыстары бойынша дайындалған ортопедиялық корсеттер. Техникалық шарттар», ҚР СТ 61-2015 «Халықтың жеке тапсырыстары бойынша жасалған корсет бұйымдары. Жалпы техникалық шарттар». омыртқаның барлық бөліктеріне арналған корсет; балаларға арналған функционалды корсет; балаларға арналған ортокрилден жасалған корсет-бас ұстағыш; балдақпен ламинатталған немесе термопластикалық корсет; тоқыма корсет; емдік және профилактикалық шалбар және т.б. Олар дененің бұлшықеттерінің сал ауруына, сколиозға, омыртқаның сынуына тағайындалады және жасалады. Корсеттер бекітуші және түзетуші болып бөлінеді. Тоқыма - металл немесе оларды ауыстыру пластиналары арқылы қол жеткізілетін шілтер мен қатты жақтауы бар мата жеңінен тұрады. Қатты корсеттер поливиктен жасалған. 6. ____ бірлік көлемінде бастық - Қазақстан Республикасының СТ 68-2012 «Халықтың жеке тапсырыстары бойынша дайындалатын протездік-ортопедиялық бұйымдар. Жалпы техникалық шарттар». Бас ұстағыш жұмсақ, мойын омыртқасын бекітуге және/немесе реттеуге арналған, бастың берілген қалыпта ұсталуын қамтамасыз ететін бекіту өнімі болып табылады. 7. ____ бірл. көлеміндегі ішкі табандар – ҚР СТ 57-2015 «Қол және механикалық өндірістің кешенді ортопедиялық аяқ киімі. Техникалық шарттар», ҚР СТ 58-2015 «Ортопедиялық, күрделілігі төмен, қол және механикалық өндірістің профилактикалық аяқ киімі. Техникалық талаптар». Бұл әртүрлі этиологиялардың патологиялық жағдайлары мен деформацияларына байланысты аяқтың функцияларын бұзуға арналған емдік және профилактикалық агенттер. Олар аяққа статикалық және динамикалық жүктемелердің біркелкі бөлінуі және аяқтың қалпын бақылау есебінен аяқтың серіппелі, тірек, итеру және тепе-теңдік функцияларын қалыпқа келтіреді. 8. Ступинаторлар ____ бірлік көлемінде – ҚР СТ 57-2015 «Қол және механикалық өндірістің кешенді ортопедиялық аяқ киімі. Техникалық шарттар», ҚР СТ 58-2015 «Ортопедиялық, күрделілігі төмен,
--	--

	қол және механикалық өндірістің профилактикалық аяқ киімі. Техникалық талаптар». Бұл аяқ киімнің астыңғы бөлігінің ішкі жиегін көтеретін, табанға бекітілген немесе табан мен жартылай табан арасындағы табан доғасына жүктемені дұрыс бөлуге және азайтуға арналған, жалпақ табан болған кезде аяқ доғасын қолдау, аяқтың ауыратын жерлерін жеңілдету, өкшенің дұрыс орналасуын қамтамасыз ету. Ол былғарыдан, тығыннан, металдан немесе пластмассада жасалған, сондай-ақ құйылған, негізгі астары бар, құю арқылы қарапайым немесе ортопедиялық аяқ киімге салынған. Ортопедиялық аяқ киімдегі доға тірегі ортопедиялық табанның артқы, ортаңғы және алдыңғы бөліктерінің аймағында орналасқан. 9. Реклинаторлар ____ бірлік көлемінде - Қазақстан Республикасының СТ 68-2012 «Халықтың жеке тапсырыстары бойынша дайындалатын протездік-ортопедиялық бұйымдар. Жалпы техникалық шарттар». Иықтарды таратуға және дұрыс поза стереотипін дамытуға арналған жоғарғы кеуде омыртқасына арналған серпімді матадан жасалған бұйым иық пышақтарын басу арқылы жоғарғы иық белдеуінің бөлінуін қамтамасыз етеді, кеуде омыртқасының жұмсақ және жартылай қатты бекітуін жасайды, ол оның кеуде аймағының түсірілуіне әкеледі, арқа бұлшықеттерінің шамадан тыс тонусын жояды. Барлық жас топтарына арналған, алушылардың жасы мен анатомиялық ерекшеліктерін ескере отырып, жеке жасалуы керек. 10. ____ бірлік көлемінде таңғыш - ҚР СТ 60-2012 «Халықтың жеке тапсырыстары бойынша дайындалатын таңғыштар. Техникалық талаптар». шап жарығы үшін бір жақты таңғыш; скротальды грыжа үшін таңғыш; пролапс және бүйрек аурулары үшін таңғыш; екі жақты шап жарығы бар таңғыш; медициналық әмбебап таңғыш; протездік белдік таңғыш және т.б. Таңғыштар олардың әрекет ету принципіне сәйкес жасалады: грыжа және емдік. Бір жақты қатты грыжа таңғышы науқастың денесіне бекітуге арналған бауы бар белбеуден және грыжаның шығуына кедергі жасайтын таңғыштан тұрады. Қайталанбайтын грыжалармен таңғышты қолдануға тыйым салынады. Егер таңғыш реттелсе және дұрыс қойылса, онда әртүрлі позицияларда кенеттен қозғалыстармен және науқас жөтелгенде грыжаның шығуы болмайды. Емдік таңғыш іштің алдыңғы қабырғасының грыжалары бар іш мүшелерін түсірген кезде оларды көтеру және ұстау үшін, сондай-ақ операциядан кейінгі кезеңде жетілмеген тыртықтар кезінде профилактикалық мақсатта жасалады. Жүктілік кезінде іш қуысын қолдау және іштің алдыңғы қабырғасының бұлшықеттерінің шамадан тыс созылуын болдырмау үшін бинттер де қолданылады. Сонымен қатар, жеткізушіде «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес медициналық және фармацевтикалық қызметті жүзеге асыруға лицензиясы болуы қажет, оның кіші түрлері бар: мамандықтар бойынша ересек тұрғындарға амбулаториялық-емханалық көмек, консультациялық-диагностикалық көмек. , жаттығу терапиясы, массаж, физиотерапия, медициналық оңалту, стационарлық және ересектер мен балаларға амбулаторлық көмек (терапия, травматология, дәрігерге дейінгі, алғашқы медициналық-санитарлық көмек), еңбекке уақытша
--	--

	жарамсыздықты тексеру. Протездеумен қамтамасыз етілген мүгедектердің есебін жүргізу, мәліметтер базасын құру, мүгедекті протездік-ортопедиялық бұйымдарды пайдалануға үйрету қажет. Сатып алынатын қызметтердің барлық спектрі бойынша қызметтерді көрсету мүмкіндігі бар, өйткені жеке мүгедектер медициналық себептерге байланысты көбінесе жоғарғы немесе төменгі аяқтардың протезін де, ортопедиялық аяқ киімді де, протезге арналған аяқ киімді де, сондай-ақ басқа да емдік және профилактикалық құралдар мен мүгедектерге арналған жабдықтар. Протездік-ортопедиялық бұйымдар Қазақстан Республикасының мемлекеттік стандарттарына сәйкес болуы керек; ҚР СТ 68-2012 «Халықтың жеке тапсырыстары бойынша жасалған протездік-ортопедиялық бұйымдар». Қазақстан Республикасының «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Кодексінің талаптарын орындау. Стационарлық протездеуге мұқтаж мүгедектер провайдердің медициналық стационарына жатқызылады. «Денсаулық сақтау және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 59-бабының 2-тармағына сәйкес еңбекке уақытша жарамсыздық парағы медициналық стационарға бару және кері қайтару уақытын қоса алғанда, ауруханаға жатқызудың бүкіл кезеңіне беріледі. Тапсырыс беруші шартты орындау кезінде протездік-ортопедиялық бұйымдарды дайындау сапасын іріктеп тексеруге құқылы.
Әлеуетті өнім берушіге оның жеңімпазы анықталған және онымен Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған жағдайда қойылатын талаптар (қажет болған кезде көрсетіледі) (әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін қабылдамауға жол берілмейді)	

**Техническая спецификация
закупаемых услуг
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы"
Наименование организатора	Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы"
№ конкурса:	№ 17771773-2
Наименование конкурса:	Услуги по изготовлению протезно-ортопедических средств для инвалидов
Номер лота:	№ 88032950-ОК1
Наименование лота:	Услуги медицинские по протезированию
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	841212.038.000000
Наименование услуги:	Услуги медицинские по протезированию
Единица измерения:	Одна услуга
Количество (объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	14285714.29
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	14285714.29
Срок оказания услуги:	2026 год
Размер авансового платежа* *:	0 %
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ на услуги по обеспечению лиц, имеющих инвалидность Наурызбайского района протезноортопедическими средствами на 2026 год Техническая спецификация услуги по обеспечению лиц с инвалидно-стью протезно-ортопедической помощью и средствами и обучение пользова-нию ими. Протезноортопедическая помощь заключается в предоставлении специализированного вида медико-технической помощи по обеспечению лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими средствами, а также в обучении пользования ими. Поставщик должен производить и обеспечивать лиц с ин-валидностью протезноортопедическими средствами, согласно Приложения 3 к Правилам обеспечения лиц с инвалидностью протезно- ортопедической по-мощью, техническими вспомогательными (компенсаторными) средствами, специальными средствами передвижения в соответствии с индивидуальной программой реабилитации и реабилитации лица с инвалидностью, включая сроки их замены утвержденными приказом Заместителя Премьер-Министра - Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 июня 2023 года № 287. Протезно-ортопедическая помощь должна быть ока-зана в соответствии с Правилами обеспечения лиц с инвалидностью протезноортопедической помощью, техническими вспомогательными (компенсатор-ными) средствами, специальными средствами передвижения в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидно-стью, включая сроки их замены, утвержденными приказом Заместителя Пре-мьер-Министра - Министра труда и социальной защиты населения Республи-ки Казахстан от 30 июня 2023 года № 287. Сложные протезно-ортопедические средства изготавливаются в порядке очередности в течение не более 45 рабо-чих дней со дня сдачи заказов в производство. Мелкие протезноортопедические средства изготавливаются в том же порядке в течение не бо-лее 7 рабочих дней со дня сдачи заказов в производство. Услуги по обеспече-нию получателей услуг протезно-ортопедической помощью должны соответ-ствовать следующим нормативно-правовым актам: Кодексу Республики Ка-захстан от 18 сентября 2009 года № 193-IV «О здоровье народа и системе здравоохранения»; Социальному Кодексу Республики Казахстан от 20 апреля 2023 года № 224-VII ЗРК; СТ РК 1724-2007 «Предоставление медицинских услуг по протезированию и обеспечение протезно-ортопедическими изделия-ми. Общие требования»; Протезноортопедические изделия должны соответствовать государственным стандартам Республики Казахстан; СТ РК 68-2012 «Изделия протезно-ортопедические, изготовленные по индивидуальным зака-зам населения»; СН РК 3.06-01-2011 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп»; СП РК 3.06-101-2012 «Проектирование зданий и со-оружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»; Первичное стационарное протезирование осуществляется в срок не более 20 рабочих дней. Вторичное стационарное протезирование осуществляет-ся в срок не более 7 рабочих дней. Протезно-ортопедическая помощь должна быть оказана с предоставле-нием следующих
---	---

	средств и услуг: 1.Протез бедра по современной технологии в количестве 2 единиц – в соответствии со стандартом Республики Казахстан СТ РК 69-2012 «Протезы нижних конечностей, изготовленные по индивидуальным заказам населения. Технические условия». Изделие должно содержать силиконлайнер, карбоновую гильзу, гидравлический/пневматический коленный узел (в зависимости от физиологии пациента) с углепластиковой стопой. Протез бедра - средство, замещающее нижнюю конечность в тазобедренном суставе или часть нижней конечности между суставом бедра и коленным суставом после ампутации или при врожденном отсутствии конечности. В зависимости от уровня ампутации должны быть заменены и восстановлены многочисленные утраченные функции ампутированной части конечности. Средством с гидравлическим/пневматическим коленным узлом и углепластиковой стопой должен обладать высокой функциональностью, высокой подкосоустойчивостью, возможностью отдельной регулировки фаз сгибания и разгибания в коленных шарнирах. Крепление на культю: на вакууме, кожаном поясе, бандаж текстильный, бандаж крепления эластичный или силиконовым чехлом с замком или без. Материал: Титан, Алюминий. Угол сгибания коленного шарнира: 170°, вес: до 3 кг, максимальная масса тела: 145 кг. Стопа углепластиковая для протезов бедра. Категория жесткости в зависимости от веса пациента. Подошвенная основа полноразмерная. Стабильность обеспечивается за счёт непрерывной длины углепластиковых волокон. Стопа с углепластиковым опорным модулем должна обладать повышенной степенью энергосбережения. Поставляется с косметической оболочкой 3 поколения совместно с соединительной пластиной. 2.Протез стопы с малой детализацией по новой технологии в количестве 1 единиц – в соответствии со стандартом Республики Казахстан СТ РК 70-2012 «Протезы верхних конечностей, изготовленные по индивидуальным заказам населения. Технические условия». Назначают детям и взрослым с дефектом стопы и при длинной культю голени до лодыжки. Изготавливается по слепку культи, путем снятия индивидуального слепка и последующей отливки по форме идентичной здоровой стопы. Протезное изделие отливается как единый силиконовый предмет, без дополнительных приспособлений. Контуры, волосяной покров (при наличии), складки и тон цвета совпадает со здоровой ногой. Каждый палец прорисовывается отдельно с малой детализацией, при этом при надевании обуви пациенту не требуется дополнительного приспособления (застёжки, липучки, башмак и прочее). То есть, в данном случае изготавливается протез стопы с малой детализацией из единого бруска силикона, с контурами, пальцами, ногтями и прочее идентичные здоровой ноги. 3. «Протез кисти и пальцев с малой детализацией по современной технологии 3D» в количестве 1 единицы – в соответствии со стандартом Республики Казахстан СТ РК 70-2012 «Протезы верхних конечностей, изготовленные по индивидуальным заказам населения. Технические условия». Изделие замещающее часть верхней конечности после ампутации или при врожденном
--	--

	отсутствии конечности. Протез косметический с составной приемной гильзой индивидуального изготовления по слепку. В зависимости от физиологии пациента крепление осуществляется путем фиксации непосредственно к культе, кисть силиконовая косметическая перчатка. Косметика руки прорисовывается каждая деталь, включая ногти, морщины и мелкий волосяной покров. Цвет протеза должен быть идентичен здоровой руке, при этом не иметь свойства со временем чернеть или менять окрас. 4.Шинно корсеты в количестве 1 единиц - в соответствии со стандартами Республики Казахстан СТ РК 72-2015 «Корсеты ортопедические, изготовленные по индивидуальным заказам населения. Технические условия», СТ РК 61-2015 «Изделия корсетные, изготовленные по индивидуальным заказам населения. Общие технические условия». корсет на все отделы позвоночника; корсет функционально коррегирующий детский; корсет-головодержатель из ортокрила детский; корсет из слоистого пластика или из термопласта с костыликами; корсет текстильный; лечебно-профилактические штанишки и так далее. Назначаются и изготавливаются при параличе мышц туловища, сколио-зах, переломах позвоночника. Разделяются корсеты на фиксационные и кор-ригирующие. Текстильные – состоят из матерчатой гильзы со шнуровкой и жесткого каркаса, достигающегося за счет металлических либо их заменяю-щих планшеток. Жесткие корсеты изготавливаются из поливика. 5.Корсеты в количестве ____ единиц - в соответствии со стандартами Республики Казахстан СТ РК 72-2015 «Корсеты ортопедические, изготовлен-ные по индивидуальным заказам населения. Технические условия», СТ РК 61-2015 «Изделия корсетные, изготовленные по индивидуальным заказам населения. Общие технические условия». корсет на все отделы позвоночника; корсет функционально коррегирующий детский; корсетголоводержатель из ортокрила детский; корсет из слоистого пластика или из термопласта с костыликами; корсет текстильный; лечебнопрофилактические штанишки и так далее. Назначаются и изготавливаются при параличе мышц туловища, сколио-зах, переломах позвоночника. Разделяются корсеты на фиксационные и корригирующие. Текстильные – состоят из матерчатой гильзы со шнуровкой и жесткого каркаса, достигающегося за счет металлических либо их заменяю-щих планшеток. Жесткие корсеты изготавливаются из поливика. 6.Головодержать в количестве ____ единиц - в соответствии со стандартами Республики Казахстан СТ РК 68-2012 «Изделия протезноортопедические, изготовленные по индивидуальным заказам населения. Об-щие технические условия». Головодержатель – мягкий, предназначен для фиксации и/или коррек-тировки шейного отдела позвоночника, является фиксирующим изделием, обеспечивающим удержание головы в заданном положении. 7.Стельки в количестве ____ единиц - в соответствии со стандартами Республики Казахстан СТ РК 57-2015 «Обувь ортопедическая сложная ручно-го и механического производства. Технические условия», СТ РК 58-2015 «Обувь ортопедическая малосложная, профилактическая ручного и механиче-ского производства. Технические
--	--

условия». Это лечебные и профилактические средства при нарушении функций стопы вследствие патологических состояний и деформаций различной этиологии. Нормализуют рессорную, опорную, толчковую и балансирующую функции стопы за счет равномерного распределения статических и динамических нагрузок на стопы и осуществления контроля положения стопы. 8. Сступинаторы в количестве ___ единиц - в соответствии со стандартами Республики Казахстан СТ РК 57-2015 «Обувь ортопедическая сложная ручного и механического производства. Технические условия», СТ РК 58-2015 «Обувь ортопедическая малосложная, профилактическая ручного и механического производства. Технические условия». Это внутренняя деталь низа обуви, поднимающая внутренний край стопы, прикрепляемая к стельке, или между стелькой и полустелькой, предназначенная для правильного распределения и уменьшения нагрузки на свод стопы, поддержки свода стопы при наличии плоскостопия, разгрузки болезненных зон стопы, обеспечения правильной установки пяток. Изготавливается из кожи, пробки, металла или пластмассы, а также формованным, с основной стелькой методом литья, вкладывается в обычную или ортопедическую обувь. Супинатор в ортопедической обуви располагается в области заднего, среднего и переднего отделов ортопедической стельки.

9. Реклинаторы в количестве ___ единицы - в соответствии со стандартами Республики Казахстан СТ РК 68-2012 «Изделия протезно-ортопедические, изготовленные по индивидуальным заказам населения. Общие технические условия». Изделие из эластичной ткани на верхнегрудной отдел позвоночника, предназначенное для разведения плеч и выработки правильного стереотипа осанки, обеспечивает разведение верхнего плечевого пояса с прижатием лопаток, создает мягкую и полужесткую фиксацию грудного отдела позвоночника, что приводит к разгрузке его груднопоясничного отдела, устраняет избыточный тонус мышц спины. Предназначается для всех возрастных групп, должен быть изготовлен индивидуально с учетом возраста и анатомических характеристик получателей.

10. Бандаж в количестве ___ единиц - в соответствии со стандартом Республики Казахстан СТ РК 60-2012 «Бандажи, изготовленные по индивидуальным заказам населения. Технические условия». бандаж односторонний при паховой грыже; бандаж при мошоночной грыже; бандаж при опущении и заболевании почек; бандаж при двух сторонней паховой грыже; бандаж лечебный универсальный; бандаж поясной протезный и так далее. Бандажи изготавливаются по принципу их действия: грыжевые и лечебные. Односторонний жесткий грыжевой бандаж состоит из пояса со штрипкой для крепления его на теле больного и пелота, создающего препятствие для выхода грыжи. При невправимых грыжах использование бандажом запрещается. Если бандаж отрегулирован и надет правильно, то при резких движениях в различных положениях и при покашливании больного грыжевого выпячивания не бывает. Лечебный бандаж изготавливается для поднятия и поддержания органов брюшной полости при опущении их, при грыжах передней брюшной

	стенки, а также с профилактической целью при неокрепших рубцах в послеопераци-онном периоде. Бандажи также применяют в период беременности для под-держания живота и предупреждения излишнего растяжения мышц передней брюшной стенки. Кроме того, поставщик обязан иметь лицензию на медицинскую и фар-мацевтическую деятельности согласно Закона Республики Казахстан «О раз-решениях и уведомлениях», с подвидами на: амбулаторно-поликлиническую помощь взрослому населению по специальностям, консультативнодиагностическую помощь, лечебная физкультура, массаж, физиотерапия, ме-дицинская реабилитология, стационарная помощь и амбулаторно-поликлиническая помощь взрослому и детскому населению (терапия, травма-тология, доврачебная, первичная медикосанитарная помощь), экспертиза временной нетрудоспособности. Следует вести учет инвалидов, которым оказана услуга протезирования, создать базу данных, обучать инвалида пользованию протезноортопедическими изделиями. Обладать способностью предоставлять услуги по всему перечню но-менклатуры закупаемых услуг, так как по медицинским показаниям нередко отдельные инвалиды одновременно нуждаются как в протезе верхней либо нижней конечностей, так и ортопедической обуви, либо обуви на протезы, а также в других лечебно-профилактических средствах и инвалидной технике. Протезноортопедические изделия должны соответствовать государ-ственным стандартам Республики Казахстан; СТ РК 68-2012 «Изделия про-тезноортопедические, изготовленные по индивидуальным заказам населения». Соответствовать требованиям Кодекса Республики Казахстан «О здоро-вье народа и системе здравоохранения». Инвалиды, нуждающиеся в стационарном протезировании, госпитализируются в медицинский стационар поставщика. На весь период госпитализации, включая время проезда в медицинский стационар и обратно, выдается лист о временной нетрудоспособности в соответствии с пунктом 2 статьи 59 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье и системе здравоохранения». Заказчик имеет право в течении исполнения договора выборочным путем проверять качество изготовления протезноортопедических изделий.
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	