

**Құрылыс-монтаждау жұмыстарымен байланысты емес сатып алынатын
жұмыстардың
техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы:	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Трансфузиология ғылыми-өндірістік орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны
Ұйымдастырушының атауы:	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Трансфузиология ғылыми-өндірістік орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны
Конкурстың №:	№ 17792718-1
Конкурстың атауы:	Қомпрессорлық блогын ауыстыру арқылы MBF-21 жылдам мұздатқышын жөндеу жұмыстарын мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 82275873-OK1
Лоттың атауы	Работы по ремонту/модернизации лабораторного/учебно-лабораторного оборудования
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	331312.200.000000
Жұмыстың атауы:	Работы по ремонту/модернизации лабораторного/учебно-лабораторного оборудования
Өлшем бірлігі:	Жұмыс
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы:	4898000

Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	4898000
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс:	
Жұмыстарды орындау мерзімі	Шарттың талаптарына сәйкес
Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы	Жұмыс атауы ҚР ДСМ «Трансфузиология ғылыми-өндірістік орталығы» ШЖҚ РМК (бұдан әрі - ТҒӨО) 1 дана мөлшерінде Ккмпрессорлық қондырғыны ауыстыра отырып, «MBF-21 плазмасыны жылдам мұздатқышту» аппаратына арналған жөндеу жұмыстары. Жұмыстар көлемі Жөндеу жұмыстарының тізімі: 1.Күйген компрессор мен іргелес жүйелерді диагностикалау: -ескі BITZER 4CC-6.2 Y-40S компрессорын бөлшектеу алдында апаттың түпкілікті себебін анықтау үшін міндетті тексерулер кешенін жүргізу. 1. Май және механика күйін қышқыл теті арқылы тексеру; 2. Электр диагностикасы; 3. Dometic MBF-21 іргелес орнату жүйелерін тексеру. Функционалдық сипаттамасы Техникалық ерекшелікке сәйкес компрессорды жөндеу жөніндегі жұмыстардың барлық тізбесін жүзеге асырылады. Техникалық сипаттамасы Бөлшектеу және монтаждау регламенті: 1. Тоңазытқыш контурының кешенді диагностикасы; 2.Салқындатқышты өшіру және жинау; 3. Электр қуатын өшіру және компрессорды бөлшектеу; 4. Жаңа компрессорын орнату; 5.Компрессорлық майды ауыстыру; 6. Контурды құрғақ азотпен қысымын тексеру және толық кептіру (тұмшаланып жабылғанына тест жүргізу); 7. R507 толтыру және қосу. Эксплуатациялық сипаттамалар Жұмыстарды орындау кезінде Әлеуетті өнім беруші мынадай шығын материалдарын пайдалануы тиіс: 1. Компрессор; 2. Салқындатқыш (фреон) R507 (екі компонентті); 3. Компрессорымен үйлесімді компрессорлық майы (синтетикалық, POE); 4. R507/POE, дәнекерлеу / бұранда үйлесімді сүзгі кептіргіші; 5. Контурдағы қысымды тексеруге арналған құрғақ (техникалық, ерекше тазалық) азоты; 6. Мыс-фосфор дәнекерлеу флюсы. Сапалық сипаттамалары 1.Пайдаланылған шығын материалдары май және салқындатқыш түпнұсқа болып, стандарттарына сәйкес келуі керек. 2. Тез мұздатқышты жөндеу Өнім берушінің аумағында жүзеге асырылады. Жұмысты көрсету мерзімі Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 30 (отыз) күннің ішінде. Барлық сұрақтар бойынша мына телефонға хабарласуға болады: 54-33-00 вн.147, 151
--	--

Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	
--	--

**Техническая спецификация
закупаемых работ, не связанных со строительно-монтажными работами
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Научно-производственный центр трансфузиологии" Министерства здравоохранения Республики Казахстан
Наименование организатора	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Научно-производственный центр трансфузиологии" Министерства здравоохранения Республики Казахстан
№ конкурса:	№ 17792718-1
Наименование конкурса:	Государственные закупки работ по ремонту быстросамораживателя MBF-21 с заменой компрессорной установки
Номер лота:	№ 82275873-OK1
Наименование лота:	Работы по ремонту/модернизации лабораторного/учебно-лабораторного оборудования
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	331312.200.000000
Наименование работы:	Работы по ремонту/модернизации лабораторного/учебно-лабораторного оборудования
Единица измерения:	Работа
Количество (объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	4898000
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	4898000

Срок выполнения работы:	Согласно условиям договора
Размер авансового платежа* *:	0 %
Гарантийный срок (в месяцах)	12
Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	Наименования работ Работы по ремонту «Быстрозамораживателя для плазмы MBF-21» с заменой компрессорной установки, в количестве 1 штуки РГП на ПХВ «Научно производственный центр трансфузиологии» МЗ РК (далее - НПЦТ). Объем работ Перечень работ по ремонту: Диагностика сгоревшего компрессора и смежных систем: - перед демонтажем старого компрессора Bitzer 4CC-6.2Y-40S провести комплекс обязательных проверок для выявления первопричины выхода из строя: 1. Анализ состояния масла и механики кислотный тест; 2. Электрическая диагностика; 3. Проверка смежных систем установки Dometic MBF-21. Функциональные характеристики Осуществляется весь перечень работ по ремонту компрессора в соответствии с технической спецификацией. Техническая характеристика Регламент демонтажа и монтажа: 1. Комплексная диагностика холодильного контура; 2.Отключение и сбор хладагента; 3. Отключение электрики и демонтаж компрессора; 4. Монтаж нового компрессора; 5.Замена компрессорного масла; 6. Опрессовка и глубокая осушка контура сухим азотом (тест на герметичность); 7. Заправка R507 и подключение. Эксплуатационные характеристики При выполнении работ Потенциальный поставщик должен использовать следующие расходные материалы: 1. Компрессор; 2. Хладагент (фреон) R507 (двухкомпонентный); 3. Масло компрессорное (синтетическое, POE), совместимое с компрессором; 4. Фильтр-осушитель, совместимый с R507/POE, под пайку/резьбу; 5. Азот сухой (технический, особой чистоты) для опрессовки контура; 6. Припой флюс Медно-фосфорный. Качественные характеристики 1.Используемые расходные материалы масло и хладагент должны быть оригинальными и отвечать стандартам. 2. Ремонт быстрозамораживателя осуществляется на территории Поставщика. Сроки оказания работ По заявке заказчика в течении 30 (тридцати) календарных дней. По всем вопросам обращаться по телефону: 54-33-00 вн.147, 151.

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	
--	--