

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17855693-1
Сатып алудың атауы:	«Валента мн 05» Холтер монитормына арналған сым кабелі
Лоттың нөмірі:	№ 88324182-3ЦП2
Лоттың атауы:	Мамандандырылған кабель
Лоттың сипаттауы:	электрокардиограф үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	«Валента мн-05» холтер монитормына арналған сым кабелі
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	111010000, Ақмола облысы, Көкшетау қ. Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Әуелбеков көшесі, 94
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған сәттен бастап 60 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	<p>ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА</p> <p>Тауардың атауы: "Валента мн-05"Холтер монитормына арналған сым кабелі</p> <p>1. Тауардың мақсаты</p> <p>Қорғасын кабелі бір реттік электродтарды тапсырыс берушіде бар "Валента мн-05" ЭКГ Холтер тіркеушісіне қосуға және электрокардиограммаға тәуліктік мониторинг жүргізу кезінде электрокардиографиялық сигнал беруге арналған.</p> <p>2. Негізгі техникалық сипаттамалары</p> <p>№ Сипаттама Атауы талап етілетін мән</p> <p>1 тауардың атауы Холтер монитормына арналған қорғасын кабелі</p> <p>2 "Валента мн-05"Холтер ЭКГ тіркеушісінің үйлесімділігі</p> <p>3 мақсаты бір реттік электродтарды ЭКГ Холтер тіркеушісіне қосу</p> <p>4 электродты қорғасын саны кемінде 7</p> <p>5 Кабель ұзындығы диапазоны 50см-100см</p> <p>6 Кабель түсі келісу</p> <p>7 Электродтарды қосуға арналған қосқыштардың түрі түйме</p> <p>3. Сапа мен үйлесімділікке қойылатын талаптар</p> <p>3.1. Жеткізілетін тауар жаңа, пайдаланылмаған, механикалық зақымданусыз және ақаусыз болуы тиіс.</p> <p>3.2. Кабель "Валента мн-05" Холтер ЭКГ тіркеушісімен конструктивті және электрлік үйлесімді болуы тиіс.</p> <p>3.3. Кабель үйлесімді тіркеушімен жұмыс істегенде бір реттік электродтардың сенімді қосылуын және электрокардиографиялық сигналдың берілуін қамтамасыз етуі керек.</p> <p>3.4. Коннекторлар тиісті электродтармен сенімді байланыс орнатуы керек.</p> <p>3.5. Тауар жабдық өндірушінің техникалық құжаттамасына және Қазақстан Республикасының медициналық бұйымдардың айналысы саласындағы заңнамасының қолданылатын талаптарына сәйкес келуге тиіс.</p> <p>3.6. Тапсырыс берушінің сұрауы бойынша өнім беруші өндірушінің техникалық құжаттамасын немесе Кабельдің "Валента МН-05" ЭКГ Холтер тіркеушісімен үйлесімділігін растайтын өзге де құжатты ұсынады.</p> <p>3.7. Тауарды жеткізу орнына жеткізу жеткізушінің күшімен және есебінен жүзеге асырылады. Тасымалдау, буып-түю, тиеу-түсіру шығындары тауардың құнына қосылады.</p> <p>3.8. Тауардың қаптамасы тасымалдау және сақтау кезінде оның сақталуын қамтамасыз етуі тиіс.</p> <p>3.9. Жеткізу кезінде өнім беруші Тапсырыс берушіге тауардың сапасын, шығу тегін және Қазақстан Республикасы заңнамасының белгіленген талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттарды заңнамада көзделген көлемде береді.</p> <p>Кепілдік: 12 ай.</p>

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17855693-1																								
Наименование закупки:	Кабель отведений для холтеровского монитора «Валента МН 05»																								
Номер лота:	№ 88324182-ЗЦП2																								
Наименование лота:	Кабель специализированный																								
Описание лота:	для электрокардиографа																								
Дополнительное описание лота:	Кабель отведений для холтеровского монитора «Валента МН-05»																								
Количество:	3																								
Единица измерения:	Штука																								
Места поставки:	111010000, Акмолинская область, г.Кокшетау Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Ауельбекова, 94																								
Срок поставки:	60 календарных дней с момента заключения договора																								
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	<p>ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ</p> <p>Наименование товара: Кабель отведений для холтеровского монитора «Валента МН-05»</p> <p>1. Назначение товара</p> <p>Кабель отведений предназначен для подключения одноразовых электродов к уже имеющемуся у Заказчика холтеровскому регистратору ЭКГ «Валента МН-05» и передачи электрокардиографического сигнала при проведении суточного мониторингирования электрокардиограммы.</p> <p>2. Основные технические характеристики</p> <table><tr><td>№</td><td>Наименование характеристики</td><td>Требуемое значение</td></tr><tr><td>1</td><td>Наименование товара</td><td>Кабель отведений для холтеровского монитора</td></tr><tr><td>2</td><td>Совместимость</td><td>Холтеровский регистратор ЭКГ «Валента МН-05»</td></tr><tr><td>3</td><td>Назначение</td><td>Подключение одноразовых электродов к холтеровскому регистратору ЭКГ</td></tr><tr><td>4</td><td>Количество электродных отведений</td><td>Не менее 7</td></tr><tr><td>5</td><td>Длина кабеля</td><td>Диапазон 50см-100см</td></tr><tr><td>6</td><td>Цвет кабеля</td><td>согласовать</td></tr><tr><td>7</td><td>Тип коннекторов для подключения электродов</td><td>Кнопочный</td></tr></table> <p>3. Требования к качеству и совместимости</p> <p>3.1. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без механических повреждений и дефектов.</p> <p>3.2. Кабель должен быть конструктивно и электрически совместим с холтеровским регистратором ЭКГ «Валента МН-05».</p> <p>3.3. Кабель должен обеспечивать надежное подключение одноразовых электродов и передачу электрокардиографического сигнала при работе с совместимым регистратором.</p> <p>3.4. Коннекторы должны обеспечивать надежное соединение с соответствующими электродами.</p> <p>3.5. Товар должен соответствовать технической документации производителя оборудования и применимым требованиям законодательства Республики Казахстан в области обращения медицинских изделий.</p> <p>3.6. По запросу заказчика поставщик предоставляет техническую документацию производителя или иной документ, подтверждающий совместимость кабеля с холтеровским регистратором ЭКГ «Валента МН-05».</p> <p>3.7. Доставка товара до места поставки осуществляется силами и за счет поставщика. Расходы на транспортировку, упаковку, погрузочно-разгрузочные включаются в стоимость товара.</p> <p>3.8. Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении.</p> <p>3.9. При поставке поставщик передает заказчику документы, подтверждающие качество, происхождение и соответствие товара установленным требованиям законодательства Республики Казахстан, в объеме, предусмотренном законодательством.</p> <p>Гарантия: 12 месяцев.</p>	№	Наименование характеристики	Требуемое значение	1	Наименование товара	Кабель отведений для холтеровского монитора	2	Совместимость	Холтеровский регистратор ЭКГ «Валента МН-05»	3	Назначение	Подключение одноразовых электродов к холтеровскому регистратору ЭКГ	4	Количество электродных отведений	Не менее 7	5	Длина кабеля	Диапазон 50см-100см	6	Цвет кабеля	согласовать	7	Тип коннекторов для подключения электродов	Кнопочный
№	Наименование характеристики	Требуемое значение																							
1	Наименование товара	Кабель отведений для холтеровского монитора																							
2	Совместимость	Холтеровский регистратор ЭКГ «Валента МН-05»																							
3	Назначение	Подключение одноразовых электродов к холтеровскому регистратору ЭКГ																							
4	Количество электродных отведений	Не менее 7																							
5	Длина кабеля	Диапазон 50см-100см																							
6	Цвет кабеля	согласовать																							
7	Тип коннекторов для подключения электродов	Кнопочный																							