

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17783930-1
Сатып алудың атауы:	Зертханалық термостатты сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 82100872-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Термостат
Лоттың сипаттауы:	зертханалық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Термостат
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	101010000, Абай облысы, Семей қ. Абай Құнанбаев көшесі, 103. Тауар жеткізілген жағдайда тауарды жеткізуші тапсырыс берушінің нөлдік қабатында орналасқан №4 қоймаға жеткізеді және түсіреді.
Жеткізу мерзімі:	Техникалық сипаттамаға сәйкес
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Термостат қақпағына орнатылған металл шағылыстырғыш пластина микротүтікшелер қақпағында конденсацияның пайда болуына жол бермейді. Түтік ұяларының саны 103 дана: 21x0.5 мл + 32x1.5 мл + 50x0.2 мл түтік. Жалпы сипаттамалары: Температураны орнату диапазоны: +25°C....+ 120°C. Температураны реттеу диапазоны: +25 °C - тан (кем дегенде бөлме +5 °C) кем дегенде +120 °C-қа дейін. Температураны орнату қадамы: 0,1 °C. Температура тұрақтылығы: ±0,1 °C. ±0,1°C температураның біркелкі таралуы. Дисплей: СКД, 2x16 таңба. Сандық уақытты орнату: орнату диапазоны 1 минуттан кем емес 96 сағатқа дейін (1 мин қадаммен) немесе үздіксіз жұмыс режимі. Өлшемдері: 230x210x110 мм артық емес. Салмағы 2,8 кг-нан аспайды. Қуат: 230В, 50/60 Гц немесе 120В, 50/60 Гц. Қуат тұтыну: 200 Вт (870 мА). Жеткізу жинағы: 103 дана пробирка блогы бар құрғақ блок термостаты; Пайдаланушы нұсқаулығы. Термостат алюминий блоктың ұяларына орналастырылған түтіктердегі үлгілерді тұрақты температурада ұстауға арналған. Бұрын-соңды болмаған жоғары дәлдік пен блок температурасының біркелкілігі. ПТР талдауын қою кезінде кеңінен қолданылады. Бағаға жабдықты жеткізу және орнату кіреді. Тауарды жеткізу мерзімі: шарт жасалған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн. ГОСТ Р 12.2.091-2012.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17783930-1
Наименование закупки:	Приобретение термостата лабораторного
Номер лота:	№ 82100872-ЗЦП1
Наименование лота:	Термостат
Описание лота:	лабораторный
Дополнительное описание лота:	Термостат
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	101010000, область Абай, г.Семей улица Абая Кунанбаева, 103. В случае поставки товара, товар доставляется и разгружается Поставщиком на склад №4 расположенного на нулевом этаже Заказчика.
Срок поставки:	Согласно технической спецификации
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Металлическая отражательная пластина, установленная в крышке термостата, предотвращает формирование конденсата на крышке микропробирок. Количество гнезд для пробирок 103 штуки: 21x0.5 мл + 32x1.5 мл + 50x0.2 мл пробирок. Общие характеристики: Диапазон установки температуры: +25°C....+ 120°C. Диапазон регулирования температуры: От +25 °C (не менее чем от комнатная +5 °C) до не менее +120 °C. Шаг установки температуры: 0,1 °C. Стабильность температуры: ±0,1 °C. Равномерность распределения температуры при ±0,1°C. Дисплей: ЖК ,2x16 знаков. Цифровая установка времени: диапазон установки от 1 минуты до не менее 96 часов (с шагом 1 мин) или режим непрерывной работы. Размеры: не более 230x210x110 мм. Вес не более 2,8 кг. Питание: 230 В, 50/60 Гц или 120В, 50/60 Гц. Потребляемая мощность: 200Вт (870 мА). Комплект поставки: Драй-блок термостат с блоком на 103 штуки пробирок; Инструкция пользователя. Термостат предназначен для поддержания постоянной температуры образцов в пробирках, помещенных в гнезда алюминиевого блока. Беспрецедентно высокая точность и равномерность температуры по блоку. Широко применяется при постановке ПЦР – анализа. В стоимость входит доставка и установка оборудования. Срок поставки товара: 30 календарных дней с момента заключения договора. ГОСТ Р 12.2.091-2012.