

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17774198-1
Сатып алудың атауы:	Ток өлшеу қысқыштары. Тел.: 87785014088
Лоттың нөмірі:	№ 87544095-ОИ4
Лоттың атауы:	Тістеуіш
Лоттың сипаттауы:	коммутациялық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ток өлшейтін тістеуіштер
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	115633100, Ақмола облысы, Зеренді ауданы, Ақкөл а. әуежай аумағы, 1
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Ток өлшейтін қысқыштар – айнымалы және тұрақты токты 60 Аге дейін, 0,1 мА ажыратымдылықпен өлшейтін жоғары дәлдікті, көпфункционалды өлшеу құралы. Ток өлшейтін қысқыштар кернеуді, кедергіні, сыйымдылықты өлшеуі, электр тізбегін тұтастыққа тексеруді және диодтарды тестілеуді жүзеге асыруы тиіс. Негізгі сипаттамалары: – Айнымалы ток: кемінде 60 А (ажыратымдылығы 0,1 мА) (қателік $\pm(1,5\%+10)$); – Тұрақты ток: кемінде 60 А (қателік $\pm(2\%+3)$); – Айнымалы кернеу: кемінде 600 В (қателік $\pm(0,8\%+3)$); – Тұрақты кернеу: кемінде 600 В (қателік $\pm(0,7\%+3)$); – Кедергі (Ω): кемінде 60 МОм (қателік $\pm(0,8\%+2)$); – Сыйымдылық: кемінде 62 мФ (қателік $\pm(4\%+5)$); – Жарықтандырылған түсті СКД дисплейінің болуы; – Құрал дисплейіндегі өлшеулердің ағымдағы мәндерін сақтау мүмкіндігі, автоматты түрде өшіру функциясы. Бұйым жаңа, бұрын пайдаланылмаған, механикалық зақымданулары жоқ болуы тиіс. Жеткізу кезінде Жеткізуші мыналарды ұсынуы тиіс: бір жыл мерзімге жарамды бастапқы тексеру немесе калибрлеу/аттестаттау туралы сертификат; орыс тіліндегі паспорт және пайдалану жөніндегі нұсқаулық; жабдықтың Қазақстан Республикасының өлшем құралдары тізіліміне енгізілгенін растайтын құжат.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17774198-1
Наименование закупки:	Токоизмерительные клещи. Тел: 87785014088
Номер лота:	№ 87544095-ОИ4
Наименование лота:	Клещи
Описание лота:	коммутационные
Дополнительное описание лота:	Токоизмерительные клещи
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	115633100, Акмолинская область, Зерендинский район, с.Акколь территория аэропорт, 1
Срок поставки:	по заявке Заказчика в течение 16 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Токоизмерительные клещи высокоточный, многофункциональный измерительный прибор, измеряющий переменный и постоянный ток до 60 А с разрешением 0,1 мА. Токовые клещи должны измерять напряжение, сопротивление, емкость, осуществляет прозвонку цепи и тест диодов. Основные характеристики: - Переменный ток: не менее 60 А (разрешение 0,1 мА) (погрешность $\pm(1.5\%+10)$); - Постоянный ток: не менее 60 А (погрешность $\pm(2\%+3)$); - Переменное напряжение: не менее 600 В (погрешность $\pm(0.8\%+3)$); - Постоянное напряжение: не менее 600 В (погрешность $\pm(0.7\%+3)$); - Сопротивление (Ω): не менее 60 МОм (погрешность $\pm(0.8\%+2)$); - Емкость: не менее 62 мФ (погрешность $\pm(4\%+5)$); - Наличие цветного ЖК дисплея с подсветкой. - Возможность сохранения текущих значений измерений на дисплее прибора, автоматическое отключение. Изделие должно быть новым, не бывшим в эксплуатации, без механических повреждений; На момент поставки Поставщик должен предоставить: - сертификат о первичной поверке или калибровке/аттестации с действием на один год. - паспорт и руководство по эксплуатации на русском языке. - подтверждающий документ о внесении оборудования в реестр средств измерений Республики Казахстан.