Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17990695-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық бұйымдарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 83194077-ОИ2
Лоттың атауы:	Жіп
Лоттың сипаттауы:	хирургиялық, синтетикалық, зарарсыздандырылған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Полигликоль қышқылынан жасалған сіңірілетін стерильді хирургиялық жіп, USP 1
Саны, көлемі:	360
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751110000, Алматы қ., Алмалы ауданы Панфилов көшесі, 139
Жеткізу мерзімі:	шарт талаптарына сәйкес
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Хирургиялық жіп стерильді, сіңірілетін, полигликоль қышқылынан (ПГА) жасалған, өрілген, полифиламентті, мата арқылы өту кезінде жіптің жеңіл сырғуын қамтамасыз ететін жабыны болуы тиіс. Жіп материалы: полигликоль қышқылы (PGA), сополимер. Жіптің құрылымы: өрілген, полифиламентті. Жіпті жабу: поликапролактон мен кальций стеаратынан, үйкелісті азайтуға және жіптің ұлпалар арқылы өтуін жеңілдетуге мүмкіндік береді. Жіп түрі: еритін. Жіптің түсі: операция жарасында жақсартылған визуализацияны қамтамасыз ететін күлгін. Жіп өлшемі: М4 метрикалық өлшемі, USP 1. Жіптің ұзындығы: кем дегенде 75 см. Жіптің беріктігі: имплантациядан кейін 3 аптадан кейін in vivo бастапқы созылу беріктігінің кем дегенде 50% сақтау. Толық резорбция мерзімі: 60-тан 90 күнге дейін. Атравматикалық инеге қойылатын талаптар: Ине материалы: жоғары беріктігі коррозияға төзімді хирургиялық болат қорытпасы. Ине кристалларалық коррозияға жоғары төзімділікке ие болуы керек және серпімді қасиеттерін сақтауы керек. Иненің қайтымсыз деформацияға (иілуге) төзімділігі: кемінде 4,6 Н/см. Инені жабу: силикон, ине мен маталар арасындағы үйкелісті азайтады және тығыз маталар арқылы өтуді жеңілдетеді. Ине пішіні: конустық ұшы бар дөңгелек корпус. Ине түрі: тесу. Иненің қисықтығы: шеңбердің 1/2 бөлігі. Иненің ұзындығы: 40 мм. Ине хирургиялық манипуляциялар кезінде жеткілікті беріктікке, серпімділікке және деформацияға төзімділікке ие болуы керек. Жіптің инеге қосылуы: атравматикалық, жіптің сенімді бекітілуін және түйісу орнында оның беріктігін сақтауды қамтамасыз етеді. Стерильділік пен қаптамаға қойылатын талаптар: Өнім медициналық қолдануға арналған стерильді болуы керек. Қаптама ашылған сәтке дейін бұйымның стерильділігін сақтауды қамтамасыз ететін жеке, герметикалық болуы тиіс. Тауар МЕМСТ 31620-2012 "тігісті хирургиялық материалдар. Жалпы техникалық талаптар. Қолданылатын бөліктегі "сынақ әдістері".

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17990695-1
Наименование закупки:	Закуп медицинских изделий
Номер лота:	№ 83194077-ОИ2
Наименование лота:	Нить
Описание лота:	хирургическая, синтетическая, стерильная
Дополнительное описание лота:	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полигликолевой кислоты USP 1
Количество:	360
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751110000, г.Алматы, Алмалинский район улица Панфилова, 139
Срок поставки:	согласно условиям договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Хирургическая нить должна быть стерильной, рассасывающейся, изготовленной из полигликолевой кислоты (ПГА), плетёной, полифиламентной, с покрытием, обеспечивающим облегчённое скольжение нити при прохождении через ткани. Материал нити: полигликолевая кислота (ПГА), сополимер. Структура нити: плетёная, полифиламентная. Покрытие нити: из поликапролактона и стеарата кальция, обеспечивающее снижение трения и облегчение прохождения нити через ткани. Тип нити: рассасывающаяся. Цвет нити: фиолетовый, обеспечивающий улучшенную визуализацию в операционной ране. Размер нити: метрический размер М4, USP 1. Длина нити: не менее 75 см. Прочность нити: сохранение не менее 50% первоначальной прочности на разрыв in vivo через 3 недели после имплантации. Срок полного рассасывания: от 60 до 90 дней. Требования к атравматической игле: Материал иглы: высокопрочный коррозионно-стойкий хирургический сплав стали. Игла должна обладать высокой устойчивостью к межкристаллитной коррозии и сохранять упругие свойства. Устойчивость иглы к необратимой деформации (изгибу): не менее 4,6 Н/см. Покрытие иглы: силиконовое, обеспечивающее уменьшение трения между иглой и тканями и облегчающее прохождение через плотные ткани. Форма иглы: округлый корпус с коническим наконечником. Тип иглы: колющая. Кривизна иглы: 1/2 окружности. Длина иглы: 40 мм. Игла должна обладать достаточной прочностью, упругостью и устойчивостью к деформации при проведении хирургических манипуляций. Соединение нити с иглой: атравматическое, обеспечивающее надёжную фиксацию нити и сохранение её прочности в месте соединения. Требования к стерильности и упаковке: Изделие должно быть стерильным, предназначенным для медицинского применения. Упаковка должна быть индивидуальной, герметичной, обеспечивающей сохранение стерильности изделия до момента вскрытия. Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ 31620-2012 „Материалы хирургические шовные. Общие технические требования. Методы испытаний“ в применимой части