

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17861228-1
Сатып алудың атауы:	Зертханаға гомогенизатор сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87910146-ЗЦПЗ
Лоттың атауы:	Гомогенизатор
Лоттың сипаттауы:	автоматтық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Гомогенизатор
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	191010000, Алматы облысы, Қонаев қ. Алматы облысы, Қонаев қ., Абая 35/5
Жеткізу мерзімі:	Келісім шарт жасалған күннен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	<p>1.Мақсаты: Бұл зертханалық сынамаларды ұнтақтағыш (гомогенизатор) жануарлар мен өсімдіктер, сондай ақ басқа қатты тіңдерге арналған</p> <p>2.Техникалық сипаттамалары:</p> <p>Гомогенизатор компрессорлық салқындату жүйесімен жабдықталған және процесс кезінде ДНК мен РНК ыдырау қауіпін азайту үшін - 50°C температураға жетуі керек. Температураны бақылау дәлелі $\pm 1^{\circ}\text{C}$. Бағдарламаға арналған 5 дюймдік дисплей, жұмыс уақыты 0-999 сек, жабдықтың жұмыс уақыты 1-99. Апатты тоқтататын тиймесі, электромагниттік қауіпсіздік құлпы, қақпақты құлыптау мүмкіндігі, жабдықтың жұмыс кезінде ашылуына жол бермейді. Қауіпсіздік қозғалуға арналған екі тасмалдау бұрандасы. Жабдықтың өлшемдері (ҰхЕхБ) 650×420×430 мм. Салмағы 54 кг жуық. Қуат көзі -200-240 В, айналмалы ток 50-60 Гц, 500 Вт.</p> <p>3.Жадық мыналарды қамту керек:</p> <p>1.Тіңдердің гомогенизаторлау құралы- 1 дана</p> <p>2. 24 үлгіге арналған 2 мл түтіктерге арналған қуыс адаптер -1 дана.</p> <p>3. 48 үлгіге арналған 2 мл түтіктерге арналған қуыс адаптер- 1 дана</p> <p>4. 4 мм болат шарлары бар ұнтақтау шарларын беруге арналған тұтқа- 1 дана.</p> <p>5. 3 мм болат шарлары бар ұнтақтау шарларын беруге арналған тұтқа - 1 дана.</p> <p>6. 4 мм цирконий шарлары бар ұнтақтау шарларын беруге арналған тұтқа - 1 дана.</p> <p>7. Қуат кабелі- 1 дана.</p> <p>8. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық -1 дана.</p> <p>4. Қосымша талаптар</p> <p>1. Өндіріс күні 2026 жылдан ерте кем болмауы керек.</p> <p>2. Жабдықтың кепілдік мезімі жеткізілген күннен бастап кемінде 1 жыл</p> <p>3. Жеткізу кезінде жеткізуші төмендегілерді ұсынуы тиіс:</p> <ul style="list-style-type: none"> • мемлекеттік тілдегі төлқұжат немесе пайдалану нұсқаулығы немесе орыс тілінде • аттестаттау куәлігі • мамандарды дайын дайындау туралы құжат 3 дана көлемінде • тауар шығу туралы сертификат • Жеткізуші барлық техникалық сипаттамаларға сәйкес әрбір мәлімделген параметр бойынша жеткізу керек <p>5. Жеткізу кезінде жеткізуші төмендегілерді ұсынуы тиіс:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Бастапқы аттестаттау құжаты және сынақтар өткізу туралы аттестат - Паспорт / пайдалану жөніндегі Нұсқаулық (орыс және қазақ тілдерінде) -Тауардың құнына жеткізу және орнату шығындары қосылуы тиіс - Кемінде 2 маманды оқыту (аяқталуы бойынша құжат) - Жеткізушіден кемінде 12 ай кепілдік <p>ҚР медициналық техникасына тіркеу куәлігі. Егер тауар медициналық бұйым болып табылмаған және Қазақстан Республикасында мемлекеттік тіркеуге жатпайтын жағдайда, тауарды жеткізу сәтінде уәкілетті органнан растайтын құжатты ұсыну қажет;</p> <p>Жеткізу орны: Алматы облысы, Қонаев қаласы, Абай көшесі, 35/5</p>

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17861228-1
Наименование закупки:	Приобретение Гомогенизатор для лаборатории
Номер лота:	№ 87910146-ЗЦПЗ
Наименование лота:	Гомогенизатор
Описание лота:	автоматический
Дополнительное описание лота:	Гомогенизатор
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	191010000, Алматинская область, г.Қонаев Алматинская область, г.Қонаев, Абая 35/5
Срок поставки:	30 календарных дней с даты заключение договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	<p>1.Предназначение: Ллабораторный измельчитель проб (гомогенизатор) предназначен для ткани животных, растений,так и для более других твердых тканей.</p> <p>2.Техническая характеристики: Гомогенизатор должен быть оснащен компрессорной системой охлаждения и способен достигать температуры до -50°С для снижения риска деградации ДНК и РНК в процессе измельчения. Точность регулирования температуры ±1°С.</p> <p>Наличие экрана размером 5 дюймов для программирования. Время работы 0-9999 сек. Время паузы 0-999 сек, время работы оборудования 1-99 раз.</p> <p>Наличие кнопки аварийной остановки. Наличие электромагнитного предохранительного замка. Наличие функции блокировки открытия крышки во время работы оборудования. Наличие двух транспортировочных винтов для безопасного перемещения оборудования.</p> <p>Размеры оборудования не менее (Д×Ш×В) 650×420×430 мм. Вес около 54 кг. Питание 200-240 В переменного тока, 50-60 Гц, 500 Вт.</p> <p>3.В комплектацию оборудования должно быть включено:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Гомогенизатор тканей – 1 шт. 2.Полый адаптер для пробирок объемом 2 мл на 24 образца – 1 шт. 3.Полый адаптер для пробирок объемом 2 мл на 48 образцов – 1 шт. 4.Ручка для дозирования измельчающих шариков со стальными шариками 4 мм – 1 шт. 5.Ручка для дозирования измельчающих шариков со стальными шариками 3 мм – 1 шт. 6.Ручка для дозирования измельчающих шариков с циркониевыми шариками 4 мм – 1 шт. 7.Кабель питания – 1 шт. 8.Инструкция по эксплуатации – 1 шт. <p>4.Дополнительные требования:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Дата изготовления должна быть не ранее 2026 года 2. Гарантийный срок оборудование не менее 1 год с момента поставки 3. На момент поставки Поставщик предоставляет: <ul style="list-style-type: none"> • паспорт или руководство по эксплуатации на государственном языке или на русском языке • сертификат аттестации • акт о проведении обучения персонала в количестве 3 штук • сертификат происхождения товара • подтверждающей документ о внесении оборудования в реестр средств измерений <p>Поставщик должен каждый заявленный параметр в соответствии с технической спецификацией.</p> <p>5. При доставке поставщик должен предоставить:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Паспорт или руководство по эксплуатации на государственным и русском языках; • Акт приема- передачи товара в количестве 3 штук; • Акт ввода в эксплуатацию в количестве 3 штук; • Накладные в количестве 3 штук; • Подтверждающий документ о внесении оборудование в реестр средств измерений Республики Казахстан. В случае если оборудования не подлежит внесению средств измерений, предоставить документ установления

	<p>принадлежности средства измерений.</p> <p>В стоимость товара должны все затраты по доставке, установке, по пуско-наладочным работам. После ввода в эксплуатацию оборудования необходимо провести обучение не менее 2-х специалистов заказчика;</p> <p>Условия поставки: В течение 30 календарных дней по заявке Заказчика</p> <p>Товар поставляется Поставщиком к указанному адресу, разгружается и распаковывается</p> <p>Заказчик принимает товар согласно условиям технической спецификации и договора.</p> <p>Адрес поставки: г. Конаев, ул Абая 35/5.</p>
--	---