

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17859220-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 82987042-3ЦП1
Лоттың атауы:	Медициналық жиынтық
Лоттың сипаттауы:	әмбебап, бір реттік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Автоматтандырылған инжекторға арналған препаратты сұйылтуға және мөлшерлеуге арналған жинақ
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711510000, Астана қ., Нұра ауданы Жәнібек Керей хандары көшесі 3/2 үй
Жеткізу мерзімі:	Бірінші жеткізу шарт жасалған күннен бастап 16 (он алты) күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады. Кейінгі жеткізілімдер Тапсырыс берушінің қалауы бойынша жүзеге асырылады. Әрбір сұраныс бойынша тауарлардың саны Тапсырыс берушімен алдын ала келісіледі.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты – жоқ. Халықаралық стандарт – жоқ. Өнім беруші тауарды жеткізген кезде келесі құжаттарды ұсынуы керек: 1. Медициналық бұйымға тіркеу куәлігінің болуы.; 2. Сәйкестік туралы декларация/сертификат; 3. Қолдану жөніндегі нұсқаулық. Функционалдық сипаттамасы: Автоматтандырылған инжекторға арналған препаратты сұйылту және дозалау жинағы, радиофармацевтикалық препаратты физиологиялық ерітіндімен араластырып, оны пациентке көктамыр ішіне енгізу үшін мөлшерлеуге арналған. Автоматтандырылған инжекторға арналған препаратты сұйылту және дозалау жинағы радиофармацевтикалық препараты бар көпдозалы құтыны автоматтандырылған инжектор арқылы пациентке радиофармацевтикалық препаратты енгізуге арналған түтікшелер мен сүзгілер жинағы) қосуға арналған. Автоматтандырылған инжекторға арналған препаратты сұйылту және дозалау жинағы бір құтымен тек бір рет қолдануға арналған. Техникалық сипаттамасы: Автоматтандырылған инжекторға арналған препаратты сұйылту және дозалау жинағының құрамы: • Физиологиялық ерітіндіні беруге арналған ине • Физиологиялық ерітіндіні беруге арналған түтікше • Радиофармацевтикалық препаратты беруге арналған түтікше • Инелері бар картридж • SAS катушкасы • Катушкаға дейінгі түтікше сегменті • Катушкадан кейінгі түтікше сегменті • Қалдықтарға арналған контейнер • Т-тәрізді жалғағыш • Қалдықтарды шығаруға арналған түтікше • Пациентке арналған түтікше • Қорғаныс клапаны • Люэрлік жалғағыш • Араластырғыш Қалдықтарға арналған сыйымдылық көлемі кемінде 375 мл. Қалдықтар контейнері ішіндегі белсенділік деңгейінің шекті мөлшері: 3,7 ГБк. Сапалық сипаттамасы: Жұмыс температурасы: 0°С-тан +40°С-қа дейін. Жұмыс ылғалдылығы: 10%-дан 90%-ға дейін. Жинақ стерильді болуы тиіс. Апирогенді болмауы тиіс. Құрамында латекс болмауы тиіс. Тауар ақаусыз, өндірушінің түпнұсқалық қаптамасында, сериялық нөмірі мен өндірілген күні көрсетілген күйде болуы тиіс. Жарамдылық мерзімі: өндірушінің нормативтік құжаттамасына сәйкес, жеткізу сәтінде өндіруші көрсеткен жарамдылық мерзімінің кемінде 70%-ын құрауы тиіс. Таңбалануы: екі тілде – қазақ және орыс тілдерінде. Жеке қаптамада партия нөмірі, бұйым атауы, сақтау шарттары, өндіруші кәсіпорынның атауы, жарамдылық мерзімі анық көрсетілуі тиіс. Пайдалану сипаттамасы:

Бұйымды стерильді қаптамасында, құрғақ, қараңғы және реттелетін температурасы бар бөлмеде сақтаңыз.
Стерильді қаптамадағы бұйымды кірден, шаңнан, ылғалдан, жоғары температурадан және күн сәулесінің әсерінен қорғаңыз.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17859220-1
Наименование закупки:	Закуп изделий медицинского назначения
Номер лота:	№ 82987042-ЗЦП1
Наименование лота:	Комплект медицинский
Описание лота:	универсальный, одноразовый
Дополнительное описание лота:	Набор для разбавления и дозировки препарата, для автоматизированного инжектора
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711510000, г.Астана, район Нұра ул. Жанибек и Керей хандары 3/2
Срок поставки:	Первая поставка в течение 16 (шестнадцати) календарных дней с даты заключения договора. Последующие поставки - по заявке Заказчика. Количество товара по каждой заявке предварительно согласовывается с Заказчиком.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Национальный стандарт Республики Казахстан - отсутствует. Международный стандарт - отсутствует. Поставщик при поставке товара должен предоставить следующие документы: 1. Наличие регистрационного удостоверения на медицинское изделие. 2. Декларация/сертификат соответствия 3. Инструкция по применению. Функциональная характеристика: Набор для разбавления и дозировки препарата, для автоматизированного инжектора (SAS) предназначен для фасовки радиофармацевтического препарата для внутривенного введения с физиологическим раствором. Набор для разбавления и дозировки препарата, для автоматизированного инжектора (SAS) соединяет многодозовый флакон радиофармацевтического препарата с Набор трубок и фильтров для введения радиофармпрепарата пациенту, через автоматический инжектор (PAS) для внутривенного введения пациентам. SAS предназначен только для одноразового применения с флаконом. Техническая характеристика: Состав набора (SAS): • Игла для подачи физиологического раствора • Трубка для подачи физиологического раствора • Трубка для подачи радиофармацевтического препарата • Картридж с иглами • Катушка SAS • Докатушечный сегмент трубки • Послекатушечный сегмент трубки • Контейнер для отходов • Разъем Т-образный • Трубка для отведения отходов • Трубка к пациенту • Клапан предохранительный • Разъем люэровский • Смеситель Емкость для отходов не менее 375 мл Предельный уровень активности содержимого контейнера для отходов: 3,7 ГБк Качественная характеристика: Рабочая температура: от 00С до +400С Рабочая влажность: от 10% до 90% Набор должен быть стерильным. Не должен являться апиногенным. Не содержит латекса. Товар должен не иметь дефектов, в оригинальной упаковке производителя с указанием серийного номера и даты производства. Срок годности: в соответствии с НД производителя, не менее 70% от заявленного производителем срока годности на момент доставки. доставки. Маркировка: на двух языках: казахский и русский, на индивидуальной упаковке четко указаны номер партии, наименование изделия, условия хранения, название предприятия изготовителя, срок годности.

Эксплуатационная характеристика:

Хранение изделий в стерильной упаковке в сухом, темном помещении с регулируемой температурой.

Защищать изделие в стерильной упаковке от воздействия грязи, пыли, влажность, высокая температура и солнечный свет.