

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17784641-1
Сатып алудың атауы:	Су термостаты мен Центрифуганы сатып алу (ХТжЭ кафедрасы үшін)
Лоттың нөмірі:	№ 82926156-ОИ4
Лоттың атауы:	Центрифуга
Лоттың сипаттауы:	химия өнеркәсібі үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Зертханалық үстел үсті центрифугасы (ХТжЭ кафедрасы үшін)
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	352410000, Қарағанды облысы, Теміртау қ. Республика даңғылы 30
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Зертханалық үстел үсті центрифугасы . Бір фазалы айнымалы ток көзі: тұтынылптын қуат 300 Вт кем емес, кернеу 220 В кем емес, жиілік 50 Гц кем емес Максималды айналу жылдамдығы 4000 айн/мин кем емес. Максималды сыйымдылығы: 24 кем емес 10 мл түтік кем емес. Өлшемдері, мм: ұзындығы 445 кем емес ені 400 кем емес биіктігі 200 кем емес. МЕМЛЕКЕТАРАЛЫҚ СТАНДАРТ МЕМСТ ІЕС 61010-2-020-2013 ЭЛЕКТР БАҚЫЛАУ-ӨЛШЕУ АСПАПТАРЫ МЕН ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖАБДЫҚТАРДЫҢ ҚАУІПСІЗДІГІ 2-020 бөлім Зертханалық центрифугаларға қойылатын жеке талаптар. Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу және түсіру көлікпен және Жеткізушінің күшімен жүзеге асырылады.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17784641-1
Наименование закупки:	Закуп водяного термостата и центрифуги (для кафедры ХТиЭ)
Номер лота:	№ 82926156-ОИ4
Наименование лота:	Центрифуга
Описание лота:	для химической промышленности
Дополнительное описание лота:	Центрифуга лабораторная настольная (для кафедры ХТиЭ)
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	352410000, Карагандинская область, г.Темиртау проспект Республики 30
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней с момента заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Центрифуга лабораторная настольная . Питание от однофазной сети переменного тока: потребляемая мощность, не менее 300 Вт, напряжение не менее 220 В, частота не менее 50 Гц Максимальная скорость вращения не менее 4000 оборотов в минуту. Максимальная вместимость — не менее 24 пробирки по не менее 10 мл. Габаритные размеры, мм: длина не менее 445 ширина не менее 400 высота не менее 200. МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ ГОСТ IЕС 61010-2-020-2013 БЕЗОПАСНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ Часть 2-020 Частные требования к лабораторным центрифугам. Поставка и разгрузка на склад Заказчика осуществляется транспортом и силами Поставщика.