

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17864876-1
Сатып алудың атауы:	Тексеруі бар шыны термометр.
Лоттың нөмірі:	№ 81944669-3ЦП1
Лоттың атауы:	Термометр
Лоттың сипаттауы:	ТС-7-М1
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ТС-7-М1 шыны термометрі 1 нұсқасы. ТУ 25-2022. 0002-87. Тексерумен. Бөлме ішіндегі қоршаған орта температурасын өлшеуге арналған. Температураны өлшеу диапазоны -20-дан +70 градус Цельсийге дейін. Шкаланы бөлу мәні 1 градус Цельсий. Термометрдің рұқсат етілген өлшеу қателігі мынадан аспауы керек: -20-дан +1,5 градус Цельсийге дейін. 0-ден +70 градус Цельсийден жоғары. Термометриялық сұйықтық - метилкарбитол. Қаптамаға кіреді: термометр - 1 дана, паспорт - 1 дана. Қабырғаға бекіту. 206 x 26 x 16 мм.
Саны, көлемі:	15
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	111010000, Ақмола облысы, Көкшетау қ. АБЫЛАЙ ХАН ДАҢҒЫЛЫ, 1А
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ТС-7-М1 шыны термометрі 1 нұсқасы. ТУ 25-2022. 0002-87. Тексерумен. Бөлме ішіндегі қоршаған орта температурасын өлшеуге арналған. Температураны өлшеу диапазоны -20-дан +70 градус Цельсийге дейін. Шкаланы бөлу мәні 1 градус Цельсий. Термометрдің рұқсат етілген өлшеу қателігі мынадан аспауы керек: -20-дан +1,5 градус Цельсийге дейін. 0-ден +70 градус Цельсийден жоғары. Термометриялық сұйықтық - метилкарбитол. Қаптамаға кіреді: термометр - 1 дана, паспорт - 1 дана. Қабырғаға бекіту. 206 x 26 x 16 мм.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17864876-1
Наименование закупки:	Термометр стеклянный с поверкой.
Номер лота:	№ 81944669-ЗЦП1
Наименование лота:	Термометр
Описание лота:	ТС-7-М1
Дополнительное описание лота:	Термометр стеклянный ТС-7-М1 исп.1. ТУ 25-2022. 0002-87. С поверкой. Предназначен для измерения температуры окружающей среды в помещении. Диапазон измерения температуры от -20 до +70 градусов цельсия.Цена деления шкалы 1 градус цельсия. Пределы допустимой погрешности измерений термометра не должны превышать: от -20 до +1,5 градусов цельсия. св.0 до +70 градусов цельсия. Термометрическая жидкость – метилкарбитол. Комплект поставки: термометр- 1 шт., паспорт – 1 экз. Крепление настенное. 206*26*16 мм.
Количество:	15
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	111010000, Акмолинская область, г.Кокшетау ПРОСПЕКТ АБЫЛАЙ ХАНА, 1А
Срок поставки:	В течение 20 (двадцать) календарных дней со дня подписание договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Термометр стеклянный ТС-7-М1 исп.1. ТУ 25-2022. 0002-87. С поверкой. Предназначен для измерения температуры окружающей среды в помещении. Диапазон измерения температуры от -20 до +70 градусов цельсия.Цена деления шкалы 1 градус цельсия. Пределы допустимой погрешности измерений термометра не должны превышать: от -20 до +1,5 градусов цельсия. св.0 до +70 градусов цельсия. Термометрическая жидкость – метилкарбитол. Комплект поставки: термометр- 1 шт., паспорт – 1 экз. Крепление настенное. 206*26*16 мм.